

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



DIREZIONE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 111 DEL 23-05-2016

OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI N.1 CAMERA IPERBARICA, MOD. 2300, S/N 183, INSTALLATA NEI LOCALI DELL'U.O.S. DI MEDICINA IPERBARICA

<p>Proposta N. <u>10</u> del <u>18/05/2016</u></p> <p><u>Aree proponenti:</u> U.O.S. FACILITY MANAGEMENT DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO</p> <p>La presente deliberazione è composta da n° 4 pagine e da n. 4 allegati (n. 11 pagine)</p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Ing. Flavia Costa</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'U.O.S. FACILITY MANAGEMENT Ing. Antonino D'Amico</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IL DIRETTORE SANITARIO DI PRESIDIO Dott. Luigi Aprea</p>	<p>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</p> <p>Autorizzazione spesa N. <u>215</u> del <u>18-05-2016</u></p> <p>CONTO ECONOMICO 5.03.03.01.0101</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA e PATRIMONIALE <i>di interin</i> Dott.ssa Duilia Martellucci</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Circular Stamp: AREA ECONOMICO FINANZIARIA PATRIMONIALE A.O.U.P. "P. Giaccone" Palermo]</i></p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura eseguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

IL RESPONSABILE PROPONENTE
Ing. Antonino D'Amico

[Signature]

Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni

Nominato con D.P.R.S. n. 211/serv.1/S.G. del 24/06/2014

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99
del Direttore Amministrativo **Dott. Roberto Colletti**
e del Direttore Sanitario **Dott. Luigi Aprea**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm. e ii. operate dai Decreti Legislativi n°517 del 7 dicembre 1993 e n°229 del 19 giugno 1999;
- VISTO** il Decreto Legislativo n°517 del 21 dicembre 1999 recante la “Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e le Università”, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. N. 419 del 30 novembre 1998;
- VISTO** il Decreto Rettorale n°264 del 26 Aprile 2000, con il quale viene costituita l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, dotata di autonomia e personalità giuridica;
- VISTA** la Legge Regionale n.5 del 14 aprile 2009 relativa alle “norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- VISTA** la deliberazione della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo n. 430 del 10/05/2011 con la quale è stata autorizzata a stipula del contratto di manutenzione ordinaria di durata quinquennale, rinnovabile annualmente, con la ditta Sistemi Iperbarici s.r.l.” per n.1 Camera Iperbarica, mod. 2300, S/N 183, installata nei locali dell’U.O.S. di Medicina Iperbarica per un importo annuo di Euro 32.000,00 + IVA;
- PRESO ATTO** che, nella suddetta deliberazione, è stato previsto che il Servizio di manutenzione sarebbe decorso per un periodo di anni cinque e che tale Servizio scadrà in data 25/05/2016;
- VISTA** la nota del 12/04/2016 con la quale il Dott. Domenico Garbo, Responsabile dell’U.O.S. di Medicina Iperbarica, chiede il rinnovo del contratto di manutenzione relativo alla Camera Iperbarica (Allegato n.1);
- VISTA** la proposta della ditta Sistemi Iperbarici s.r.l. del 11/05/2016, avente ad oggetto: *“Servizio di manutenzione programmata “Full risk” alla Camera Iperbarica multi posto in ambiente clinico in dotazione al Servizio di Anestesia e Rianimazione”* (Allegato n.2), contratto di durata quinquennale rinnovabile di anno in anno il cui compenso totale forfettario annuo – per n. 6 visite annue comprendenti i kit di ricambio e consumabili – è di Euro 40.000,00 + IVA;
- VISTA** la Dichiarazione di esclusività del 11/05/2016 della ditta Sistemi Iperbarici s.r.l. (Allegato n.3) dal quale si evidenzia che la società opera in regime di esclusività su tutti gli impianti iperbarici di loro fabbricazione e secondo standard di qualità ai sensi della normativa CE EN 46000;
- VISTA** la nota del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. 710/16 del 13/05/2016 (Allegato n.4), nella quale l’Ing. Flavia Costa precisa di ritenere opportuno procedere alla stipula del contratto di manutenzione full risk e valuta congrua l’offerta di canone proposto dalla ditta Sistemi Iperbarici s.r.l. pari ad Euro 40.000,00 + IVA;

- TENUTO CONTO** che il nuovo contratto determina un aumento dell'impegno aziendale che da Euro 160.000,00 + IVA, relativo al contratto quinquennale precedente, ascende ad Euro 200.000,00 + IVA del presente contratto e che dai previsti Euro 26.026,65 – comunicati dall'Area Facility Management, con nota prot. n. 1740 del 24/11/2015, all'Area Economica Finanziaria e Patrimoniale – richiederà un incremento di spesa di Euro 13.726,40 IVA inclusa (22%);
- TENUTO CONTO** che la camera iperbarica di cui sopra necessita di manutenzione ordinaria, sia perchè prevista dagli attuali dettami normativi in vigore, sia al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività assistenziale dell'U.O.S. di Medicina Iperbarica;
- TENUTO CONTO** dei compiti specifici del Servizio di Ingegneria Clinica e dell'U.O.S. Facility Management;
- RITENUTO** di dovere procedere all'adozione urgente del presente atto, attribuendo al medesimo il carattere di "immediata esecuzione" al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo;
- SENTITI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la proposta della ditta Sistemi Iperbarici s.r.l. con sede operativa e stabilimento in Via delle Cereria 5 (Strada privata) – 00040 Pomezia (ROMA) – P. IVA e C. Fiscale n. 01985020518, relativa al "Servizio di manutenzione programmata "Full risk" alla Camera Iperbarica multi posto in ambiente clinico in dotazione al Servizio di Anestesia e Rianimazione, di durata quinquennale rinnovabile di anno in anno, il cui compenso totale forfettario annuo è, per 6 visite annue comprendente i kit di ricambio e consumabili, di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) + IVA (22%) annui per complessivi Euro 48.800,00 (quarantottotocento/00) IVA inclusa annui per i successivi 60 mesi come di seguito:-
 - Euro 24.109,59 + IVA anno 2016 (mesi 7 + giorni 6);
 - Euro 40.000,00 + IVA anno 2017 (mesi 12);
 - Euro 40.000,00 + IVA anno 2018 (mesi 12);
 - Euro 40.000,00 + IVA anno 2019 (mesi 12);
 - Euro 40.000,00 + IVA anno 2020 (mesi 12);
 - Euro 15.890,41 + IVA anno 2021 (mesi 4 + giorni 25);
- 2) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale, all'U.O.S. Facility Management ed al Servizio di Ingegneria Clinica per lo svolgimento dei relativi atti di propria competenza;
- 3) **DI DARE** immediata esecutività al presente atto.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Colletti

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Aprea

Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 e divenuta</p> <p>ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n.30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art. 53 comma 2 a decorrere dal <u>23-05-2016</u> e fino al <u>21-06-2016</u></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 e divenuta</p> <p>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n.30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 della L.R. 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata</p> <p>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n.30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine e n. 4 allegati (n.11 pagine)


NOTE:

Allegato n.1: Nota del 12/04/2016 del Responsabile dell'U.O.S. di Medicina Iperbarica.

Allegato n.2: proposta della ditta Sistemi Iperbartici s.r.l. del 11/05/2016 avente ad oggetto "Servizio di manutenzione programmata "Full Risk" alla Camera Iperbarica multi posto in ambito clinico in dotazione al Servizio di Anestesia e Rianimazione;

Allegato n.3: Dichiarazione di esclusività del 11/05/2016 della ditta Sistemi Iperbarici s.r.l.;

Allegato n.4: Nota del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. 710/16 del 13/05/2016;



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone**



DIPARTIMENTO DI EMERGENZE URGENZA 00.93


Dir. Prof. A. Giarratano

U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Intensiva e del Dolore 49.01.00

Dir. Prof. A. Giarratano

U.O.S. DI MEDICINA IPERBARICA 49.01.02

Responsabile: Dott.D. Garbo



Al Direttore Sanitario

Dott. L. Aprea

Al Capo Area Gestione Tecnica e Logistica

All'Unità di Staff Ingegneria Clinica

Oggetto rinnovo contratto di manutenzione relativo alla Camera Iperbarica

Si richiede il rinnovo del contratto di manutenzione della Camera Iperbarica tenuto conto che è venuto a naturale scadenza quello in essere (Delibera n°430 del 10/05/2011).

Si ricorda che La camera Iperbarica necessita di manutenzione ordinaria, sia perche previsto dagli attuali dettami normativi in vigore, sia al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività assistenziale in elezione ed in urgenza.

Fiduciosi in un tempestivo riscontro si porgono cordiali saluti.

Palermo 12 aprile 2016

Il Responsabile
Dott. D. Garbo



PROPOSTA DI OFFERTA

Data 11 Maggio 2016

**AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
POLICLINICO "PAOLO GIACCONE"
VIA DEL VESPRO, 129
90127 PALERMO**

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Servizio di manutenzione programmata "FULL RISK" alla

Camera Iperbarica multiposto in ambiente clinico

in dotazione al Servizio di Anestesia e Rianimazione

Indice argomenti:

1. CARATTERISTICA DEL SERVIZIO:.....	3
2. LOCALE CAMERA IPERBARICA:.....	3
3. SISTEMA DI GESTIONE COMPUTERIZZATO DELL'IMPIANTO:	4
4. IL LOCALE TECNICO:.....	4
5. APPLICABILITÀ:.....	6
6. DECORRENZA:.....	7
7. PREZZO:	7
8. RIFERIMENTI PER L'ORDINE:	7
9. MODALITÀ DI PAGAMENTO	7

1. CARATTERISTICA DEL SERVIZIO:

Per l'impianto iperbarico saranno effettuate sei visite nel corso dell'anno da parte di un nostro tecnico specializzato, con la supervisione del nostro Ufficio Tecnico (che avrà cura di mantenere in ordine e sempre aggiornata la documentazione tecnica dell'impianto ed i rapporti che l'Ente ha con ISPEL ed ASL), che comprende le operazioni appresso riportate.

2. LOCALE CAMERA IPERBARICA:

1. Controllo della tenuta delle linee: Aria ed Ossigeno al fine di eliminare le eventuali perdite riscontrate.
2. Controllo della qualità dell'aria immessa in camera in conformità alla Norma (ex DIN 3188.) EN 12021.
3. Verifica del perfetto funzionamento degli organi di:

Controllo: Manometri posizionati sulla consolle comandi per il controllo dello stato di pressurizzazione della camera, della riserva aria, della riserva ossigeno e dell'antincendio.

Trasduttori elettronici per la rilevazione dei parametri ambientali, posizionati in camera.

Strumentazione di rilevazione della percentuale di ossigeno in camera, con taratura, almeno una volta l'anno, con bomboletta di azoto.

Comando: Leve di regolazione delle valvole motorizzate.

Valvole di pressurizzazione, scarico, mandata ossigeno e scarico maschere.

Elettrovalvole.

4. Verifica della taratura delle Valvole di sicurezza (quest'operazione viene effettuata una volta l'anno in accordo al D.M. 329 del 1 dicembre 2004) insieme con l'uff. PMP della competente ASL o con l'O.N. designato.
5. Controllo dei filtri silenziatori sulla mandata aria in camera, per la pressurizzazione della stessa.
6. Controllo dell'impianto elettrico della Camera Iperbarica.
7. Controllo dello stato di tenuta dei portelli e degli oblò, se necessario pulizia delle guarnizioni e delle loro sedi.
8. Controllo dello stato di efficienza dei circuiti di respirazione ed espirazione.
9. Controllo dello stato di efficienza dell'impianto antincendio con prova dello stesso (per le operazioni di pulizia e di svuotamento della Camera il ns. tecnico dovrà essere assistito da Vs. personale).

3. SISTEMA DI GESTIONE COMPUTERIZZATO DELL'IMPIANTO:

- Controllo dei parametri di taratura del sistema con ns. software proprietario e con i sistemi originali Schneider (casa costruttrice del PLC);
- Controllo e test della rete UNITELWAY installata;
- Sostituzione della batteria tampone del PLC una volta l'anno;
- Aggiornamenti software gratuiti limitatamente alle funzioni già installate;
- Taratura delle valvole motorizzate.

4. IL LOCALE TECNICO:

1. Controllo dello stato di efficienza dei serbatoi di stoccaggio aria.
2. Controllo dello stato di efficienza delle bombole AP necessarie alla pressurizzazione dei serbatoi dell'antincendio
3. Controllo dello stato di efficienza dei serbatoi acqua dell'antincendio.
4. Verifica funzionale dell'impianto antincendio (con assistenza del Vs. personale).

5. Verifica della taratura delle valvole di sicurezza (quest'operazione viene effettuata una volta l'anno in accordo al D.M. 329 del 1 dicembre 2004) insieme con l'uff. PMP della competente ASL o con l'O.N. designato.
6. Controllo dell'efficienza dei riduttori di pressione.
7. Verifica e controllo della centrale di produzione aria: COMPRESSORE: Controllo livello olio e sostituzione agli intervalli definiti dal manuale, sostituzione filtro olio (secondo gli intervalli definiti dal manuale), pulizia della scatola di aspirazione, sostituzione del filtro aria (secondo gli intervalli definiti dal manuale), controllo e pulizia della valvola di ricircolo olio, controllo e pulizia del disoliatore, pulizia del radiatore olio, pulizia del raffreddatore finale, controllo e verifica della valvola di minima pressione (con pulizia della sede), test sicurezza temperatura, sostituzione pannelli filtro (secondo esigenze), controllo tesatura cinghie (sostituzione agli intervalli definiti dal manuale).
8. Verifica e controllo della centrale di produzione aria: CATENA DI FILTRAZIONE *Controllo della qualità dell'aria con strumento campione in conformità alla EN 12031.* Verifica scaricatore automatico di condensa (pulizia sede), verifica valvola selettiva di entrata Aria (pulizia sede), verifica valvola selettiva di uscita Ara (pulizia sede), verifica diffusori di flusso, verifica efficienza Manometri di controllo, verifica e configurazione scheda elettronica computerizzata, sostituzione del: Microfiltro disoleatore, Submicrofiltro disoleatore, Silenziatori sfiato, Filtro a carbone, Carica essiccante, Filtro sterile, secondo le scadenze previste dal manuale.
9. Verifica e controllo della centrale di produzione aria: DRY-LIFE (controllo gas refrigerante del circuito frigorifero, se necessario sostituzione dello stesso, pulizia scambiatore, controllo dispositivi di scarico condensa).
10. **Condizionatore:** Controllo del gas refrigerante nella pompa di calore. Sostituzione del liquido refrigerante se necessario, una volta l'anno, secondo le indicazioni fornite dalla casa costruttrice;
Controllo dell'isolamento termico dell'impianto e delle linee.

Nel corso della prima visita di manutenzione verrà redatta la “scheda d’impianto” a cura del nostro Ufficio Tecnico, con l’accesso al portale Sicurezza: “Safety-web”; verrà in tale occasione redatto un registro di manutenzione da dove si evinceranno le operazioni da svolgere durante le visite. Scheda e registro saranno costantemente aggiornati alla fine di ogni visita a cura dell’addetto alle manutenzioni.

Sarà inoltre compito del nostro ufficio tecnico tenerVi costantemente aggiornati sia sulle eventuali variazioni da apportare all’impianto o alla camera a seguito di nuovi adempimenti normativi che sugli eventuali aggiornamenti tecnologici che possono aumentare il livello di sicurezza e funzionalità dell’impianto.

5. APPLICABILITÀ:

Il contratto di manutenzione “Full Risk” garantisce l’efficienza della camera iperbarica per tutta la durata contrattuale in conformità alle normative vigenti.

Il contratto copre la manutenzione ordinaria e straordinaria così come descritta nei precedenti punti, copre tutte le parti di ricambio e di consumo che si rendessero necessarie nel corso della manutenzione, non copre la sostituzione delle macchine e delle attrezzature qualora non fosse possibile la loro riparazione ed il loro valore d’acquisto superi € 6.000,00 (seimila/00) + IVA.

Il contratto NON copre la fornitura dei dispositivi di respirazione individuali quali: maschere, tubi di inspirazione ossigeno ed espirazione e palloni ambu ed erogatori.

- A. Eventuali danni derivanti da trascuratezza e da uso errato delle apparecchiature non sono coperti dal contratto di manutenzione.**
- B. Il contratto offre la possibilità di usufruire del servizio di “intervento straordinario” entro le 48h dalla chiamata (il costo dell’intervento straordinario è compreso nel contratto).**

6. DECORRENZA:

- A) Il contratto ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato di anno in anno.
- B) Qualora il contratto fosse stipulato per cinque anni, il prezzo indicato non subirà per tutta la durata revisioni di prezzo periodiche.
- C) In caso di Vs. accettazione il contratto avrà decorrenza a partire dalla data di scadenza del contratto ora in essere e precisamente per il seguente periodo:
25.05.2016 – 24.05.2021

7. PREZZO:

Il compenso totale forfettario annuo per 6 visite annue comprendente i kit di ricambio e consumabili è di € 40.000,00 (Quarantamila/00) + IVA

8. RIFERIMENTI PER L'ORINE

I riferimenti per l'ordine sono i seguenti:

SISTEMI IPERBARICI S.r.l.

Sede Operativa e Stabilimento: Via della Cereria, 5/A – 00071 POMEZIA (ROMA)

P. IVA e C. FISCALE 01985020518

Tel. 06 9147198

Fax 06 9147186

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO


Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in rate bimestrali di pari importo entro 60 gg. dall'emissione delle relative fatture così come qui di seguito indicato:

Distinti saluti.

Sistemi Iperbarici S.r.l.

Ufficio Amministrativo

Luigi Piergiorgio





Pomezia, 11 Maggio 2016

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
Via del Vespro 129
90127 PALERMO

OGGETTO: Dichiarazione di esclusività


Il sottoscritto Ing. Massimo Godono, nato il 27.09.1966 a Napoli domiciliato per la carica presso la Sede Legale sita in Monza, via Silvio Pellico n. 48 in qualità di Legale Rappresentante, Presidente e Direttore Tecnico della **SISTEMI IPERBARICI S.R.L.** con sede legale in Monza (MI) Via Silvio Pellico n° 48 e Sede Operativa e Stabilimento in Pomezia (RM) Via della cereria n° 5/A - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 01985020518 iscritta alla C.C.I.A.A. di Monza e Brianza al n. 1864439, costruttrice di Camere Iperbariche Ospedaliere ed Apparecchiature Tecniche per lavori subacquei

DICHIARA

- che la camera iperbarica, e tutti gli accessori (quali ad esempio maschere OTI ed Erogatori), in funzione presso la Vs. Azienda Ospedaliera sono stati progettati e costruiti dai tecnici della nostra Società;
- che i nostri tecnici che interverranno hanno la necessaria competenza tecnica per effettuare tutte le operazioni di manutenzione ai sensi della normativa CE EN 46000;
- che la nostra Società opera in regime di esclusività su tutti gli impianti iperbarici da noi progettati e costruiti;
- che i prezzi da noi proposti sono la migliore offerta economica sul mercato e non sono superiori a quelli praticati sul territorio nazionale riferiti ad impianti iperbarici della stessa categoria.

In fede.

IL PRESIDENTE E DIRETTORE TECNICO
Ing. Massimo GODONO



Azienda Ospedaliera Universitaria
 "Policlinico Paolo Giaccone"
 di Palermo



SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA

Prot. n. 210/16

Palermo, 13/05/2016

Al Responsabile dell' U.O.S.
 Facility Management
 Ing. A. D'Amico

Oggetto: Contratto di manutenzione di n.1 Camera Iperbarica Sistemi Iperbarici, mod. 2300, S/N 183, installata nei locali dell'U.O.S. di Medicina Iperbarica di questa A.O.U.P.

Con la presente si comunica che il contratto di manutenzione dell'apparecchiatura di cui in oggetto, attivato con delibera n. 430 del 10/05/2011, scadrà il 25 maggio p.v.. Pertanto, in considerazione della richiesta del Responsabile dell'U.O.S. di Medicina Iperbarica del 12 aprile u.s., ritenendo necessario assicurare sia la manutenzione periodica che la copertura di assistenza tecnica in caso di guasto della stessa, si chiede con la presente di procedere con la stipula di un contratto di manutenzione del bene in oggetto.


Visto che tale tipologia di apparecchiatura rientra tra le classi di apparecchi elettromedicali escluse dalla convenzione CONSIP SIGAE 2 e che, per quanto a conoscenza di questo Servizio, non vi sono in corso gare centralizzate (regionali, di bacino, consorziate, etc...) per l'affidamento della manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto, considerata la particolarità del bene e la complessità di tale sistema, si ritiene opportuno stipulare il relativo contratto di manutenzione con la ditta Sistemi Iperbarici Srl, in quanto fabbricante dell'apparecchiatura in oggetto che opera in regime di esclusività su tutti gli impianti iperbarici costruiti e progettati dalla stessa.

Si fa presente che la ditta Sistemi Iperbarici ha provveduto ad inviare a questo Servizio una proposta contrattuale in data 28/04/2016; tale proposta prevedeva n.6 visite annuali di manutenzione ordinaria ed includeva la sostituzione di alcuni kit di ricambio consumabili per cui è prevista la sostituzione obbligatoria con cadenza annuale, al canone annuo di € 34.745,00 (IVA esclusa).

A seguito di richiesta dello scrivente Servizio di modifica della precedente proposta contrattuale, la ditta Sistemi Iperbarici ha inviato una nuova proposta contrattuale full risk in data 11 maggio 2016. A differenza della precedente proposta, la nuova offerta prevede un canone annuo di € 40.000,00 (IVA esclusa) ed include n.6 visite annue di manutenzione ordinaria, le visite di manutenzione straordinaria e tutte le parti di ricambio e di consumo che si renderà necessario sostituire nel corso del contratto, ad esclusione di quelle il cui valore di acquisto supera l'importo di € 6.000,00 (IVA esclusa).

Considerato che l'apparecchiatura di cui sopra è stata acquisita al costo di € 564.463,63 (iva esclusa) e ritenendo opportuno provvedere alla stipula del contratto di manutenzione full risk, si ritiene congrua l'offerta della ditta Sistemi Iperbarici del 11 maggio 2016; si chiede pertanto di voler predisporre gli atti amministrativi per l'affidamento del servizio sopra descritto alla ditta Sistemi Iperbarici.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.



Azienda Ospedaliera Universitaria
"Policlinico Paolo Giaccone"
di Palermo



SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA

Allegati:

- Richiesta del Responsabile dell'U.O.S. di Medicina Iperbarica del 12 aprile 2016;
- Proposta contrattuale annuale della ditta Sistemi Iperbarici Srl del 28 aprile 2016;
- Proposta contrattuale annuale della ditta Sistemi Iperbarici Srl del 11 maggio 2016;
- Dichiarazione di esclusiva della ditta Sistemi Iperbarici dell'11 maggio 2016.

Visto si autorizza:

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Aprea

Servizio di Ingegneria Clinica

