

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Sede Legale Via del Vespro n°129 – 90127 Palermo. Tel 0916551111 - P.I. 05841790826
Area Provveditorato
Via Enrico Toti n°76
telefono 0916555500 – fax 0916555502

Prot. 7669

Palermo, 18 agosto 2015

Oggetto: Gara a procedura negoziata per la fornitura quinquennale in noleggio di arredi sanitari ed attrezzature comprensiva del servizio di manutenzione full risk per varie Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " Paolo Giaccone " “.

CHIARIMENTI

Con riferimento all'esperimento della procedura di gara in oggetto, si comunica quanto segue:

**Alle Imprese interessate alla
gara a procedura negoziata per la fornitura
quinquennale in noleggio di arredi sanitari ed
attrezzature comprensiva del servizio di
manutenzione full risk per varie Unità Operative
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “
Paolo Giaccone “ “.**

Si comunica che a seguito di chiarimenti richiesti e al fine di non ledere il principio della par condicio si rende opportuno comunicare quanto segue:

QUESITO N°1:

In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al lotto n. 2 (arredi per la sala operatoria di chirurgia) vi sottoponiamo le seguenti richieste di chiarimento:

1) Bancone a U e Parete attrezzata : lo spessore totale di 50 mm indicato è relativo alla struttura dei mobili o a qualcos'altro? se è relativo alla struttura dei mobili chiediamo il perché di tale richiesta, poiché generalmente gli arredi a doppia parete di acciaio insonorizzato e verniciato sono da 20 mm.

2) Aste infusionali: viene richiesta una Altezza massima raggiungibile di 2800 mm quando le Aste normalmente arrivano massimo a 2.500 mm qual è la motivazione e l'utilizzo dedicato? é possibile offrire aste che non arrivino a questa quota particolare?

3) Carrello per lo stoccaggio e trasporto cestelli: La richiesta non è molto chiara di questo articolo in particolare:

- a) Oblò per rintracciabilità contenuto (sono richieste ante a vetro? se si quante?) ;
- b) Porzioni con colorazione anodica (non verniciatura) per identificazione dispositivo cosa vuole dire? a cosa si riferisce? quale dispositivo?
- c) Sanificabile anche mediante termo disinfettore: non comprendiamo se il carrello sia relativo a trasporto container, che generalmente possono essere sanificati nei termo disinfettori, o a trasporto cestelli in plastica (policarbonato) ISO generalmente non adatto ai termo disinfettori .

RISPOSTA

RISPOSTA

Punto n°1: Si comunica che lo spessore è relativo alla struttura dei mobili e dopo un'attenta valutazione si concorda con quanto sostenuto e pertanto, lo spessore della struttura dei mobili deve essere almeno di 20 mm.

Punto n°2: Si comunica che l'altezza massima raggiungibile per le aste infusionali può essere di 2.500 mm.

Punto n°3: Si comunica quanto segue:


punto a) si comunica che le ante del carrello per stoccaggio e trasporto cestelli devono avere un'oblo per ogni singola anta oppure le ante possono anche essere completamente di vetro;

punto b) si comunica che la colorazione ha lo scopo di identificare lo stato del contenuto cioè per esempio colore rosso il contenuto deve riguardare i cestelli sporchi e colore blu il contenuto deve riguardare i cestelli puliti);

punto c) si comunica che il carrello deve essere relativo al trasporto container.

Si comunica che l'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone " nella persona del Dott. Aldo ALBANO telefono 091/6555500 – 3357783230 è a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni.

Distinti saluti.



È IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Aldo ALBANO)