



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

### AREA PROVVEDITORATO

Via Toti n 76

Tel. 091.6555500/66

Email: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)

Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

## AVVISO PUBBLICO ART. 76, D LGS. N. 36/2023, PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVA SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI

### Premesso che:

- L'Area Provveditorato di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone intende procedere, mediante procedura negoziata, senza previa indizione di gara - ai sensi del comma 2. lettera b) punto 2) dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, alla Fornitura di fornitura di materiale di consumo dedicato alle colonne laparoscopiche Storz 3D 4K, acquisite da questa A.O.U.P. a seguito di procedura aperta aggiudicata con Deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 465 del 04/05/2021, come di seguito:

Descrizione Prodotto	Fabbisogno Anno
Tubo monouso per insufflatore	n. 700
Tubo monouso per aspiratore fumi ERBE	n. 350

Il Tubo monouso per insufflatore dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

Set tubi per insufflazione con filtro per gas, KARL STORZ, lunghezza 300 cm, riscaldabile, idrofobo da entrambi i lati, sterile, monouso, per impiego con ENDOFLATOR<<50;

Tubo monouso per aspiratore fumi ERBE così composto:

Cartuccia filtro principale IES 3

Prefiltro per aspiratore di fumi

Valvola auto sigillante ad angolo retto a protezione filtro principale - Separatore d'acqua autosigillante, ad angolo retto, volume medio per proteggere la cartuccia del filtro principale

Set tubolatura Laparoscopica IES 3 ERBE, senza valvola 3m per applicazioni laparoscopiche

Set tubolatura Laparoscopica IES 3 ERBE, senza valvola 5m per applicazioni laparoscopiche, monouso

Manipolo elettrochirurgico, ERBE, monouso per aspiratore fumi, telescopico, con elettrodo a spatola coated, isolato, con supporto di protezione, cavo 4,5m



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Nel caso in cui non pervengano, entro il termine delle **ore 12,00 del giorno 01 settembre 2023**, all'indirizzo PEC [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it), valide controindicazioni tecniche, si riterrà riconosciuta la coerenza e legittimità dell'ipotesi di acquisto e dunque la possibilità di procedere - ai sensi del comma 2. lettera b) punto 2) art. 76 del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando alla Ditta Soramed S.r.l. con sede legale in Palermo, Largo degli Abeti, 3, Partita I.V.A. 06816990821.

Il Funzionario

Dr Stefania Bongiovanni