

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO

“ PAOLO GIACCONE “

**OGGETTO:INDAGINE DI MERCATO SULLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA EMORROIDARIA.**

**Ente:** AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO  
“PAOLO GIACCONE “ – AREA PROVVEDITORATO - VIA ENRICO  
TOTI N°76 – 90128 PALERMO TELEFONO 091/6555505 – TELEFAX  
091/6555502.

Intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura di un **sistema per il trattamento della malattia emorroidaria, comprensivo del relativo materiale di consumo dedicato.**

A tal fine si intende verificare da parte di una ditta se dispone di un sistema per il trattamento della malattia emorroidaria con le caratteristiche di seguito elencate:

- ◆ In grado di eseguire la legatura dell'arteria emorroidaria con il metodo THD mediante guida doppler;
- ◆ Dotato di n1. Sorgente luminosa;
- ◆ Dotato di modulo doppler integrato.

Si fa presente che tale fornitura oltre il sistema dovrà essere completa del materiale di seguito indicato:

- n.20 Kit per il trattamento della malattia emorroidaria, ciascuno dei quali deve essere composto come segue:
  - n.1 anoscopio monouso con le seguenti caratteristiche:

☞ device ellittico;

☞ privo di rotazione, utile al fissaggio della mucopessia nelle emorroidi di III- IV grado prolapsate;

☞ dotato di slitta scorrevole utile ai fini della progressiva e graduale mucopessia;

- n.1 spinginodo;

- n.1 porta ago in acciaio;

- n.1 sonda doppler monouso a doppio cristallo emittente ricevente;

- n.6 suture assorbibili;

- n.1 tampone emostatico assorbibile.

Qualora si dovessero riscontrare tra le caratteristiche richieste e quelle possedute si chiede cortesemente di segnalare le stesse accompagnando, se del caso, le eventuali incongruenze con le relative e motivate considerazioni.

La Ditta in grado di fornire tale tipologia di sistema o soluzione funzionale equivalente ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs 163/2006, può darne informazione tramite istanza di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 14 maggio 2015** presso l'Ufficio Protocollo dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " Paolo Giaccone " – Via Enrico Toti n°76 -90128 PALERMO;

1. il prezzo orientativo di mercato per la fornitura di cui sopra;

2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;

3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo


importo, data e destinatario.

4. Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;
5. Elenco accessori;
6. Schede tecniche del materiale di consumo;
7. Copia della certificazione CE relativa al prodotto o all'apparecchiatura offerta secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE.
8. Eventuale letteratura in merito all'utilizzo del bene.

La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Area Provveditorato e sul frontalino della stessa dovrà essere riportato in evidenza il nominativo dell'Impresa offerente e la dicitura. *“Indagine di mercato sulla fornitura di un sistema per il trattamento della malattia emorroidaria”.*

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza di possibili fornitori del sistema richiesto.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Unità di Staff di Ingegneria Clinica - Ing. Flavia Costa Telefono 091/6553266 oppure, in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica [flavia.costa@unipa.it](mailto:flavia.costa@unipa.it)



IL RESPONSABILE

AREA PROVVEDITORATO

( Dott. Aldo ALBANO )

