



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.3 ELETTROCARDIOGRAFI, PER L’AREA DI EMERGENZA PRONTO SOCCORSO – OBI - UTIP DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE.**

Questa Amministrazione intende avviare un’Indagine conoscitiva di Mercato per l’affidamento della fornitura di n. 3 Elettrocardiografi, per l’Area di Emergenza Pronto Soccorso – OBI - UTIP.

A tal fine intende verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi siano altri operatori economici qualificati, oltre la Ditta Nihon Kohden Italia S.r.l., in grado di fornire gli elettrocardiografi in argomento con le caratteristiche minime di seguito riportate ovvero con caratteristiche equivalenti.

Gli elettrocardiografi richiesti devono avere funzione di rapidità di utilizzo con massimizzazione della efficacia diagnostica, e di gestione e refertazione trasmissione tracciati via rete, per la diagnostica, con l’UU.OO.CC. di Cardiologia e di Terapia Intensiva Polivalente.

Le apparecchiature devono consentire di ottenere un elettrocardiogramma a 18 derivazioni (comprendente le tre derivazioni destre V3R, V4R, V5R e le tre derivazioni posteriori V7,V8,V9) utilizzando un cavo paziente a 10 elettrodi, senza necessità di aggiungere ulteriori elettrodi sul paziente, né di effettuare procedure aggiuntive rispetto a quelle previste per un elettrocardiogramma standard a 12 derivazioni.

**CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEGLI ELETTROCARDIOGRAFI:**

- a) N. 18 derivazioni con applicazione di 10 elettrodi;
- b) Rapida accensione da spento;
- c) Ampio display orientabile con anteprima di stampa per verifica dell’esame acquisito;
- d) Autodiagnosi e visualizzazione dei messaggi di errore e di eventuali anomalie dell’apparecchio;
- e) Completo del software di gestione, refertazione e archiviazione ECG comprensivo di relative licenze per consentire l’acquisizione del tracciato e invio (LAN).

Qualora si dovessero riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si chiede di voler segnalare le stesse accompagnando le eventuali discrasie riscontrate, con motivate considerazioni.

Contestualmente si chiede di voler indicare il prezzo orientativo di mercato per la fornitura di cui sopra e di allegare il relativo stralcio dei prezzi in vigore e le schede tecniche delle attrezzature.

La presente indagine, pubblicata sul [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it) sezioni bandi, è propedeutica all'affidamento della fornitura di cui in oggetto.

La Ditta in grado di fornire tale tipologia di Elettrocardiografi, o soluzione funzionale equivalente, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, può darne informazione tramite istanza di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare la Società, da fare pervenire entro e **non oltre le ore 12 del giorno 18 dicembre 2017**, presso l'Ufficio Protocollo dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone – Via Enrico Toti n°76 - 90128 PALERMO.

La Busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Area Provveditorato e dovrà riportare sul frontalino la Denominazione della Ditta e la dicitura: ***”Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di n. 3 Elettrocardiografi, per l'Area di Emergenza Pronto Soccorso – OBI - UTIP dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone.”***