



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Area Provveditorato
Via Enrico Toti n°76
telefono 0916555500 – fax 0916555502

Prot. n. 5903

Palermo li 18 DIC. 2017

Spett.le Ditta

Lorenzatto S.p.A.
corso Vercelli, 28-30
Venaria Reale (Torino),
lorenzatto@lorenzatto.com

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA CON VIDEOCAPSULA PER LO STUDIO DELL’INTESTINO TENUE E DEL COLON, PER L’U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE D’URGENZA DI QUESTA AZIENDA – COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITÀ.

Si comunica che a seguito dell’Indagine di mercato, pubblicata sul portale di questa A.O.U.P. Gazzetta Europea in data 29/11/2017, per la **L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA CON VIDEOCAPSULA PER LO STUDIO DELL’INTESTINO TENUE E DEL COLON, PER L’U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE D’URGENZA DI QUESTA AZIENDA**, sono state verificate le caratteristiche tecniche del sistema offerto, e lo stesso non risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione tecnica di cui all’indagine.

Inoltre, la soluzione funzionale proposta, della divisione in lotti del sistema richiesto, non si reputa equivalente, poiché comporterebbe enormi difficoltà sul piano organizzativo in quanto, l’utilizzo di due distinti sistemi di rilevamento e analisi complicherebbe la gestione clinica del paziente:

Nello specifico:

a) la capsula endoscopica MC2000, proposta, non risulta conforme a quanto riportato nella ricerca di mercato con la quale veniva richiesto: “n. 30 *Videocapsule per l’endoscopia dell’intestino crasso con due telecamere, con angolo di visione pari a 172° per camera, che riprendono 4 o 35 frame al secondo, in base alla velocità di avanzamento della capsula lungo il tubo digerente che viene impostata dal registratore dati*”; le caratteristiche di cui al dispositivo offerto non risultano essere equivalenti;

b) la Ditta dichiara di non possedere la Patency richiesta nella ricerca di mercato.

Alla luce di quanto sopra premesso **si comunica che la proposta di codesta Ditta non è ritenuta idonea per la fornitura sistema** di cui alla ricerca di mercato de qua.

Si comunica che l'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone nella persona della Dr. Stefania Bongiovanni - telefono 091/6555500 – 5566 - è a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni.

Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

 **IL RESPONSABILE DELL' AREA**
