

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

TECNICA

Dell'indagine di mercato, **PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA CON VIDEOCAPSULA PER LO STUDIO DELL'INTESTINO TENUE E DEL COLON.**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 09.30

(18/12/2017 ore 09.30)

in Palermo, in via Enrico Toti n. 76, sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, presso l'Area Provveditorato, alla presenza del Prof. Sebastiano Bonventre, nato a Palermo il 24 gennaio 1956, in qualità di Responsabile dell'ambulatorio di Motilità Digestiva, della Ing. Alessandro Ungaro nato a Erice (TP) il 19 aprile 1985 e della sottoscritta Stefania Bongiovanni nata a Novara il 28 agosto 1969 in qualità di verbalizzante,

PREMESSO CHE

l'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo:

In data 29 novembre 2017 ha indetto, una indagine di mercato sul Portale dell'Azienda Ospedaliera, rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara in questione;

Entro il termine stabilito dal bando (ore 13,00 del giorno 12/12/2017), sono pervenute al protocollo dell'Area Provveditorato n. 2 plichi recanti l'indicazione di costituire offerta per la presente indagine di mercato e precisamente delle seguenti imprese:

☞ **Ditta** Medtronic Italia S.p.A. con sede Legale in Milano, Via Varesina,

162, in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09238800156 -

acquisito al protocollo in data 11 dicembre 2017, n. 5810;

☞ **Ditta** Lorenzatto S.p.A., con sede Legale in Venaria Reale (Torino),

corso Vercelli, 28-30, in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A.:

00458450012 - acquisito al protocollo in data 12 dicembre 2017, n.

5829;

Tutto ciò premesso, che forma unico ed inscindibile contesto con quanto appresso, si dà inizio alle operazioni di valutazione della documentazione tecnica come segue:

1) Documentazione tecnica della **Ditta** Medtronic Italia S.p.A. con sede Legale in Milano, Via Varesina, 162, in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09238800156:

Dall'esame della documentazione tecnica prodotta dal soggetto concorrente sopracitato, si è rilevata la conformità di tutti prodotti offerti con quanto richiesto dalla documentazione tecnica.

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato l'Offerta **Ditta** Medtronic Italia S.p.A., **E' DA RITENERSI IDONEA.**

2) Documentazione tecnica **Ditta** Lorenzatto S.p.A., con sede Legale in Venaria Reale (Torino), corso Vercelli, 28-30, in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00458450012:

Dall'esame della documentazione tecnica prodotta dal soggetto concorrente sopracitato, si è rilevata la non conformità di tutti prodotti offerti con quanto richiesto dalla documentazione tecnica.

Inoltre, la soluzione funzionale proposta della divisione in lotti del sistema

richiesto, non si reputa equivalente, poiché comporterebbe enormi difficoltà sul piano organizzativo in quanto, l'utilizzo di due distinti sistemi di rilevamento e analisi che complicherebbe la gestione clinica del paziente:

Nello specifico:

a) la capsula endoscopica MC2000, proposta, non risulta conforme a quanto riportato nella ricerca di mercato con la quale veniva richiesto:

“n. 30 Videocapsule per l'endoscopia dell'intestino crasso con due telecamere, con angolo di visione pari a 172° per camera, che riprendono 4 o 35 frame al secondo, in base alla velocità di avanzamento della capsula lungo il tubo digerente che viene impostata dal registratore dati”; le caratteristiche di cui al dispositivo offerto non risultano essere equivalenti;

b) la Ditta dichiara di non possedere la Patency richiesta nella ricerca di mercato;

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato l'Offerta **Ditta** Lorenzatto S.p.A.

NON E' DA RITENERSI IDONEA.

Dopo aver effettuato la valutazione delle documentazioni tecniche presentate, i lavori sono terminati alle ore dieci e quaranta (10.20).

Il presente verbale, personalmente scritto con mezzo elettronico, occupa due pagine intere e parte della terza fino alle firme e viene letto, confermato e sottoscritto dagli Esperti tecnici e dalla sottoscritta n.q. di segretaria verbalizzante.

Prof. Sebastiano Bonventre –Esperto Tecnico



Ing. Alessandro Ungaro - Esperto Tecnico



Dr. Stefania Bongiovanni – Segretaria Verbalizzante



