



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccione.it

Prot. N.6601

Palermo, 10 Dicembre 2018

Oggetto Gara a procedura aperta per la fornitura in service di sistemi completi di diagnostica e di arredi per laboratori dell'AOU Policlinico di Palermo (n. gara 7225367).

CHIARIMENTI 3

I chiarimenti sono visibili su <http://www.policlinico.pa.it>

Oggetto	Lotto 9 SERVICE DI IMMUNOISTOCHIMICA
Quesito 1	Nel Capitolato - pag. 39 : Caratteristiche minime indispensabili dei reagenti e dei materiali di consumo viene indicato a pag.44 quanto sotto evidenziato: " ** può essere sotto forma di kit completo. La fornitura del solo anticorpo primario deve essere approvata dalla U.O. dopo saggio di prova " . Inoltre , a pag.45 "3. Test IHC per farmacodiagnostica a. OBBLIGATORI: Test di farmacodiagnostica IHC per HER2, ALK, PDL1 b. OPZIONALI: Possibilità di esecuzione di altri test IHC di farmaco diagnostica per valutare l'eleggibilità a "target therapy" (C-KIT, EGFR, MDM2). <i>In alternativa alla IHC sia per i test obbligatori che opzionali possono essere forniti test ISH.</i> "In riferimento a punti indicati, si richiede di confermare la possibilità di offrire, quali test per farmacodiagnostica, anticorpi la cui validazione venga confermata in Laboratorio e comunque con le caratteristiche richieste in capitolato (Certificazione CE-IVD) e di qualità comprovata da recente bibliografia.
Risposta	<i>Si conferma</i>

Oggetto	Lotto 9 SERVICE DI IMMUNOISTOCHIMICA CAPITOLATO
Quesito 2	Nel Capitolato - pag. 39 : Caratteristiche minime indispensabili dei reagenti e dei materiali di consumo viene indicato a pag.45 Punto 5 <i>Consumabili e accessori</i> quanto sotto evidenziato : "Enzimi proteolitici pronti all'uso? Si richiede di poter offrire enzimi proteolitici pronti all'uso e in automatico a fronte di iniziale ed unica ricostituzione utilizzando un KIT che permetta di preparare l'enzima proteolitico alle concentrazioni che meglio si adattino alle necessità del laboratorio.
Risposta	<i>E' ammessa la possibilità di fornire enzimi proteolitici che richiedano una INIZIALE e UNICA ricostituzione al fine di ottimizzare la concentrazione</i>

Oggetto	Lotto 9 SERVICE DI IMMUNOISTOCHIMICA
Quesito 3	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA pag.46 del Capitolato. Caratteristiche tecnico - funzionali delle apparecchiature (max punti 30)



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccione.it

	Tra le caratteristiche tecniche di valutazione nel secondo criterio in tabella viene indicata "Possibilità di lavoro sia in modalità completamente automatica, che in modalità semiautomatica" Si richiede di confermare che la dicitura "In modalità semiautomatica" venga intesa come modalità di titolazione dell'anticorpo primario .
Risposta	Si conferma

Oggetto	BUSTA AMMINISTRATIVA: DGUE
Quesito 4	<i>Punto n. 15.2 Documento di gara unico Europeo (DGUE) Nella sola "Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore" viene indicato che: "Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto in formato elettronico compilato secondo le modalità indicate su supporto informatico all'interno della busta amministrativa".</i> Si chiede di chiarire se con tale indicazione, si intenda che il Dgue debba essere presentato unicamente in formato elettronico su CD.
Risposta	<i>La gara non è di tipo telematico. Tutti i documenti possono essere presentati in formato cartaceo-</i>

Oggetto	BUSTA ECONOMICA Allegato F-Offerta Economica,
Quesito 5	Ai fini delle compilazione del modello Allegato F-Offerta Economica, (file Excel composto da n. 2 fogli) si chiede di confermare che l'offerta è da compilarsi su entrambi i fogli di lavoro e se sì quali dati bisogna indicare nel foglio n. 2 nei seguenti campi: Beni da fornire Prezzo Unitario (IVA esclusa) Quantità Considerato che nella sezione D chiedete il ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo a corpo a base d'asta, è corretto inserire in questo campo la percentuale riferita unicamente all'importo dei test, consumabili, controlli, calibratori-materiale ausiliario (foglio Excel n. 1 sezione A), escludendo la voce di canone di noleggio (foglio Excel n. 1 sezione B)?
Risposta	<i>Il Foglio 2 è relativo ai lotti per i quali non vengono offerti reagenti. In ogni caso si tratta di un modello che il concorrente può anche modificare purché vengano fornite le informazioni richieste.</i>

Oggetto	ALEGATO B4
Quesito 6	Si chiede la conferma che l'allegato B4 vada reso solo dal subappaltatore.
Risposta	<i>L'autodichiarazione richiesta può essere fornita prima della stipula del contratto</i>

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vincenzo Lo Medico

Vincenzo Lo Medico