



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA 05841790826

## AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -  
Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502  
e Mail : [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it) -  
PEC: [provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it](mailto:provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it)

Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisto di n. 1 Sistema completamente automatico basato su tecnologia PCR real time da destinare all' U.O.C. di Epidemiologia Clinica dell' A.O.U.P.

Questa Amministrazione deve n. 1 Sistema completamente automatico basato su tecnologia PCR real time da destinare all' U.O.C. di Epidemiologia Clinica dell' A.O.U.P.

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti nell'alleata scheda, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche);
- 2) il prezzo orientativo dei prodotti;
- 3) se l'apparecchiatura necessita di materiale di consumo dedicato ed il relativo costo;
- 4) il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui l'apparecchiatura è stata venduta, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita);

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 22/12/2023, al seguente indirizzo mail:

[area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Chiara Giannobile



**N. 1 SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO BASATO SU TECNOLOGIA  
PCR REAL TIME DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI EPIDEMIOLOGIA CLINICA**

**SCHEMA TECNICA**

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME</b>	<b>CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE (si) O MENO (no) LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA</b>	<b>EVENTUALI NOTE</b>
Almeno 4 moduli indipendenti per l'esecuzione contemporanea di almeno 4 test		
Limite di rilevamento acidi nucleici non superiore a 15 UFC/ml		
Disponibilità di test rapidi su cartuccia in grado di determinare le mutazioni associate alla resistenza a non meno di due farmaci utilizzati nel trattamento contro la malattia tubercolare (WHO; FDA; ECDC; etc...) verso almeno un farmaco antitubercolare		
Test rapidi in grado di determinare le mutazioni associate a farmaci iniettabili utilizzati nel trattamento di seconda linea verso la malattia tubercolare (Aramicina, Canamicina, capreomicina ecc...)		