



Azienda Ospedaliera Universitaria
“Policlinico Paolo Giaccone”
di Palermo



Oggetto: indagine di mercato su fornitura di un Sistema per ureterorenoscopia digitale flessibile monouso.

Questa Amministrazione intende avviare un'Indagine conoscitiva di Mercato per l'affidamento della fornitura di un Sistema per ureterorenoscopia digitale flessibile monouso, di seguito descritto, per l'U.O.C. di Urologia con Litotrissia.

A tal fine intende verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi siano altri operatori economici qualificati, oltre la Ditta Boston Scientific S.p.A., in grado di fornire i dispositivi in argomento con le caratteristiche minime di seguito riportate ovvero con caratteristiche equivalenti.

Sistema per ureterorenoscopia digitale flessibile monouso composto da:

1	Postazione di lavoro Hardware e Software per il processamento delle immagini digitali provenienti dall'ureterorenoscopio flessibile monouso, composta da:
	<ul style="list-style-type: none">- PC;- schermo medico touchscreen;- uscita DVI;- cavo DVI;- trasformatore dedicato al sistema;- cavo di alimentazione;- manuale d'uso;- carrello.
2	n.40 Ureterorenoscopi digitali flessibili monouso, composti da:
	con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- manipoletto leggero con fonte di luce integrata;- porzione distale flessibile con capacità di snodo della punta fino a 270° di flessione in entrambe le direzioni e rotazione fino a 360°;- canale operativo flessibile da 3,6 Fr.

Qualora si dovessero riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute si chiede cortesemente di voler segnalare le stesse accompagnando, se del caso, le eventuali discrasie riscontrate con motivate considerazioni.

Contestualmente, si chiede di voler indicare il prezzo orientativo di mercato per la fornitura di cui sopra e di allegare il relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore e le schede tecniche di tale apparecchiature.

La ditta in grado di fornire tale tipologia di sistema, o soluzione funzionale equivalente ai sensi dell'art. 68 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., può darne informazione tramite istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare la Società, da fare pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19 febbraio 2018, presso l'Ufficio Segreteria Protocollo dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, via Enrico Toti n. 76, 90128 Palermo.

La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Area Provveditorato e sul frontalino della stessa dovrà essere riportato in evidenza il nominativo della ditta

affidente e la dicitura “indagine di mercato sulla fornitura di un Sistema per ureterorenoscopia digitale flessibile monouso”.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza di possibili fornitori del sistema richiesto.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l'Ing. Alessandro Ungaro al numero 0916553259 o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica alessandro.ungaro@policlinico.pa.it.