



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

A tutti gli Operatori Economici interessati

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di **palloncino SC, dotato di emettitori per litotripsia**, per l'U.O. di Chirurgia Vascolare dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per l'affidamento della fornitura di **palloncino SC, dotato di emettitori per litotripsia** per l'U.O. di Chirurgia Vascolare dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo secondo le seguenti specifiche:

SCHEDA INFORMATIVA

FORNITURA DI PALLONCINO SC DOTATO DI EMETTITORI PER LITOTRIPSIA
caratteristiche tecniche del prodotto: <ul style="list-style-type: none">a) Catetere a palloncino Semi-Compiante, dotato di emettitori per litotripsia posizionati sulla lunghezza utile del palloncino per l'erogazione di energia meccanica pulsatile (onde d'urto), utilizzato per rivascolarizzare lesioni calcifiche non altrimenti trattabili con altri sistemi;b) Dispositivo che permetta al vaso di recuperare l'elasticità perduta dopo la formazione del calcio, senza danneggiare in alcun modo le pareti vasali (cosa che avviene con palloni ad alta pressione, cutting o scoring balloons, rotablator, ecc.);c) Dispositivo che consenta il trattamento di placche calcifiche concentriche, nelle quali il calcio è presente negli strati più interni alle pareti vasali e, quindi, non trattabile con gli altri dispositivi in commercio;d) Dispositivo che consenta il trattamento ottimale del vaso coronarico per il corretto posizionamento di uno stent, dove altre tecnologie fallirebbero e porterebbero a stent inespanso o successiva restenosi intrastent

Premesso quanto sopra, si chiede agli Operatori Economici interessati di inoltrare entro i termini sotto indicati, il preventivo di spesa a mezzo PEC all'indirizzo "provveditorato@cert.policlinico.pa.it"

La presente indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici - in aggiunta a quelli eventualmente interpellati - di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente.

Codesta Ditta dovrà, inoltre, fornire una dichiarazione attestante **l'affidamento della medesima tipologia di fornitura** sul territorio nazionale, nell'ultimo anno, con l'indicazione dell'Azienda Sanitaria e dell'importo offerto.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche indicate nella richiamata descrizione.

Si resta in attesa di un vostro riscontro alla presente entro le ore 12:00 del 10/02/2023.

Il Funzionario Amm.vo
Sig. Giovan B. Cincotti



Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa. Giovanna Milisenda

Per eventuali chiarimenti: Sig. Giovan B. Cincotti - Area Provveditorato, tel. 091.655 5567