



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -
Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
e Mail : area.provveditorato@policlinico.pa.it -
PEC: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Oggetto: Indagine di mercato per fornitura di nr. 4 Fonti Luminose Frontali.

Questa Amministrazione intende affidare la fornitura di nr. 4 Fonti Luminose Frontali per l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone.

Fonti luminose frontali indispensabili per eseguire visite ambulatoriali , e per l'esecuzione di alcuni interventi chirurgici (asportazione di adenoidi e tonsille).

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di caratteristiche tali da soddisfare i bisogni descritti nell'allegata scheda, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni;
- 2) il prezzo orientativo dei servizi;
- 3) il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui i "Fonti Luminose Frontali" sono stati forniti, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita);

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 12/02/2024, al seguente indirizzo PEC:
provveditorato@cert.policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

L'Assistente Amministrativo
Sig.ra Giovanna Messina



Il Direttore dell'UOC Provveditorato
Dott.ssa Chiara Giannobile

**Fornitura di nr. 4 Fonti Luminose Frontali per l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria l'A.O.U.
Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**

L'indagine di mercato ha per oggetto la fornitura di nr. 4 Fonti Luminose Frontali

CARATTERISTICHE

SCHEDA N.1

Fornitura di nr. 4 Fonti Luminose frontali		
CARATTERISTICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA MINIME(SI/NO)	EVENTUALI NOTE
n. 04 Caschetti a luce LED a batteria,		
Intensità della luce led di almeno 70.000 lux ad una distanza operativa di 40cm;		
Modulo led con sistema di raffreddamento a ventola;		
Spot variabile da 20 a 110mm ad una distanza operativa di 40cm		
Comando dell'intensità luminosa variabile;		
Struttura con Supporto Cranico Posteriore e doppia regolazione Craniale;		
Almeno due batterie ricaricabili da 14,4 volt dotate di indicatore luminoso, con autonomia di almeno 3 ore l'una, al massimo della potenza di illuminazione;		
Una batteria a lunga durata con autonomia di 6 ore al massimo della potenza;		
Carica batterie con doppio alloggiamento;		
Borsa per il trasporto		
La categoria/Bando abilitazione al MePa		