



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA 05841790826

## AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -  
Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502  
e Mail : area.provveditorato@policlinico.pa.it -  
PEC: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Oggetto: Indagine di mercato per fornitura di n.02 Frigoriferi per Farmaci con sistema di registrazione delle temperature in caso di assenza di corrente elettrica capacità interna lorda/netta Lt 122/105 circa, da destinare all'U.O.C. di Odontoiatria e Stomatologia.

Questa Amministrazione intende affidare la fornitura di n. 02 Frigoriferi a norma per la conservazione dei farmaci, con sistema di rilevazione e registrazione delle temperature in caso di assenza di corrente elettrica capacità interna lorda/netta Lt 122/105 circa, da destinare all'U.O.C. di Odontoiatria e Stomatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone.

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di caratteristiche tali da soddisfare i bisogni descritti nell'allegata scheda, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni;
- 2) il prezzo orientativo del bene;
- 3) il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui i "Frigoriferi per Farmaci" sono stati forniti, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita);

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 13/02/2024, al seguente indirizzo PEC:  
provveditorato@cert.policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

L'Assistente Amministrativo  
Sig.ra Giovanna Messina



Il Direttore dell'UOC Provveditorato  
Dott.ssa Chiara Giannobile

**Fornitura n.02 Frigoriferi per Farmaci con sistema di registrazione delle temperature in caso di assenza di corrente elettrica capacità interna lorda/netta Lt 122/105 circa per l'U.O.C. di Odontoiatria e Stomatologia dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo**

L'indagine di mercato ha per oggetto la fornitura n.02 Frigo per Farmaci con sistema di registrazione delle temperature in caso di assenza di corrente elettrica da Lt. 122/105 circa per l'U.O.C. di Odontoiatria e Stomatologia per l'U.O.C. di Odontoiatria e Stomatologia.

**CARATTERISTICHE**

**SCHEDA N.1**

<b>Fornitura n.02 Frigoriferi per Farmaci con sistema di registrazione delle temperature capacità lorda/netta Lt 122/105 circa.</b>		
<b>CARATTERISTICHE MINIME</b>	<b>CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA MINIME(SI/NO)</b>	<b>EVENTUALI NOTE</b>
Nr.02 Frigoriferi per farmaci con sistema di registrazione delle temperature in caso di assenza di corrente elettrica capacità interna lorda/netta Lt 122/105 circa.		
La categoria/Bando abilitazione al MePa		