



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -
Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
e Mail : area.provveditorato@policlinico.pa.it -
PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisto di n. 1 AMPLIFICATORE DI BRILLANZA (ARCO A c) da destinare alla U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'A.O.U.P..

Questa Amministrazione deve acquistare n. 1 amplificatore di brillantezza (arco a C) da destinare all'U.O.C. Chirurgia Pediatrica.

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti nell'alleata scheda, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche);
- 2) il prezzo orientativo dei prodotti;
- 3) il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui l'apparecchiatura è stata venduta, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita);

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 26/02/2024, al seguente indirizzo mail:

area.provveditorato@policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.



Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Chiara Giannobile

N. 1 AMPLIFICATORE DI BRILLANZA PORTATILE A BATTERIA PER CHIRURGIA DELLA MANO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA

L'apparecchiatura da fornire e da installare deve essere comprensiva di tutti gli accessori e/o moduli necessari al funzionamento, nulla escluso, nonché di ogni ulteriore strumentazione dedicata necessaria ai fini della manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE (SI) O MENO (NO) LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
Mini arco C portatile ultracompatto per imaging fluoroscopio digitale delle estremità di adulti e bambini, in fibra di carbonio		
Alimentazione a batteria LifePO4		
n. 2 Batterie e caricabatteria		
Completamente wireless		
Peso orientativo 7,5 Kg		
Detettore piatto e sottile		
Capacità sorgente 40-80 KV (65-370 ma)		
Radiografia pulsata per immagini in tempo reale chiare e nitide		
Tablet completo di supporto		
Supporto con braccio articolato controbilanciato per posizionamento dell'arco C e del tablet		
n. 50 Telo sterile per utilizzo in campo chirurgico per l'arco C		
n. 50 telo sterile per utilizzo in campo chirurgico per il tablet		
24 mesi di garanzia		
Muletto in caso di guasto		
Garanzia di conformità alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e protezione		

NB: saranno accettate funzioni e caratteristiche equivalenti.

Inoltre le ditte interessate dovranno indicare l'eventuale materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e specificare se trattasi di materiale dedicato o acquistabile nel libero mercato ed i relativi costi.