

DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUO Numero	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	Note
Sistema per l'aspirazione di masse trombo-emboliche dal circolo venoso e dal cuore destro anche di grandi dimensioni per evitare embolie polmonari massive spesso fatali. Si richiede un Sistema di circolazione extracorporea veno-venosa da collegare al paziente attraverso un circuito e delle cannule dedicate che consentono di aspirare trombi intracardiaci e poi restituire il sangue aspirato in una vena centrale priva di filtrazione delle masse trombotiche/vegetazioni. Il Sistema deve essere compatibile con qualsiasi pompa centrifuga. Dovrà essere dotato di una cannula di aspirazione ad alta portata - diametro interno 20Fr - diametro esterno 23Fr, con punta a tulipano orientabile fino a 20° o fino a 180° o equivalenti.	10			
Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti				