

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO

“ PAOLO GIACCONE “

**OGGETTO:** Indagine conoscitiva e avviso volontario per la trasparenza amministrativa sulla fornitura in noleggio di un sistema per l'accertamento tossicologico ed analitico e dei reagenti necessari alle indagini analitiche inerenti l'accertamento tossicologico di I livello per il Settore CQRC dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone “

**ENTE:** Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone“ – Area Provveditorato - Via Enrico Toti N°76 – 90128 Palermo Telefono 091/6555500 – Fax 091/6555502.

Si intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato, in applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità, per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett.b) punto 3 del D.lgs 50/2016, per la **fornitura in noleggio di un sistema per l'accertamento tossicologico ed analitico e dei reagenti necessari alle indagini analitiche inerenti l'accertamento tossicologico di I livello per il Settore CQRC dell'Azienda Ospedaliera**, al fine di verificare, se diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi siano altri operatori economici qualificati, oltre al produttore Instrumentation Laboratory S.p.A, in grado di fornire di un sistema per l'accertamento tossicologico di I livello.

Tale indagine è rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire per addivenire alla fornitura in noleggio in questione.

A tal fine, si intende verificare se codesta ditta dispone di un analizzatore

automatico, di ultima generazione, con le caratteristiche di seguito descritte:

- analizzatore stand-alone e random-access;
- vano reagenti refrigerato;
- caricamento campioni mediante rack lineari;
- produttività oraria fotometrica di almeno 400 test/ora;
- riconoscimento barcode dei campioni e dei reagenti con lettore integrato;
- interfacciamento bidirezionale al LIS;
- vano di reazione con cuvette in vetro Pirex o in plastica;
- esecuzione di start-up e shut-down automatico;
- analizzatore aperto con almeno 20 canali disponibili, in modo da poter effettuare test analitici con materiale commercializzato da altre Ditte (test a fornitura opzionale);
- caricamento in continuo durante la routine di reagenti e campioni;
- visualizzazione delle curve di reazione;
- interfaccia operatore in italiano in ambiente Windows;
- monitoraggio delle operazioni in corso con gestione dei tempi;
- volume minimo in cuvetta di 180  $\mu$ L;
- sensore capacitivo su aghi reagente e campione;
- ampi range di linearità dei singoli parametri;
- possibilità di esecuzione dei dosaggi anche su matrici biologiche diverse da sangue e urine;
- tracciabilità completa del processo e dato analitico;
- rerun immediato con post-diluizione

Lo strumento deve consentire di eseguire i sottoelencati test e la Ditta deve essere in grado di fornire tutti i materiali e i reagenti, compresi i calibratori e i

controlli di qualità

Elenco dei test a fornitura obbligatoria:

**Immunodiagnostica**

Creatinina

**Farmaci e immunosoppressori**

Acido micofenolico

Acido Valproico

Amicacina

Carbamazepina

Chinidina

Ciclosporina

Digitossina

Digossina

Everolimus

Fenitoina

Fenobarbitale

Gentamicina

Lamotrigina

Litio

N-Acetilprocainamide

Procainoamide

Tacrolimus

Teicoplanina

Teofillina

Tobramicina

Topiramato

Vancomicina

Zonisamide

**Droghe d'abuso su matrice ematica**

Acetaminofene

Alcol etilico

Amfetamine/Ecstasy/Metamfetamine

Barbiturici

Benzodiazepine

Cannabinoidi

Cocaina

Cotinina

Etil Glucuronide

Fenciclidina

Ketamina

Metabolita cocaina

Metadone

Metaqualone

Oppiacei

Ossicodone

Propossifene

Salicilati

Triciclici

**Droghe d'abuso su urine**

Amfetamine/Ecstasy/Metamfetamine

Barbiturici

Benzodiazepine

Buprenorfina

Cannabinoidi

Cocaina

LSD

Metabolita eroina

Metabolita metadone

Metadone

Opiacei

Sample check

Lo strumento, inoltre, deve essere aperto per almeno 20 canali esterni, al fine di consentire al CQRC di installare almeno 20 test commercializzati da altre Ditte; sarà cura del CQRC fornire l'assistenza tecnico scientifica necessaria per favorire tale processo di installazione.

I test opzionali che la Ditta può fornire sono:

Glutazione perossidasi

Glutazione reduttasi

Superossido dismutasi

Glucosio 6-fosfato deidrogenasi

Riguardo l'assistenza tecnica la Ditta aggiudicataria dovrà:

- garantire l'assistenza tecnica full-risk per tutta la durata del contratto;
- effettuare gli interventi di assistenza tecnica entro 24 h dalla chiamata telefonica e completarli entro 48h;
- garantire la manutenzione ordinaria con almeno due interventi all'anno;

- fornire l'addestramento continuo ed il supporto tecnico specialistico per gli operatori del laboratorio.

Qualora si dovessero riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute si chiede cortesemente di segnalare le stesse accompagnando, se del caso, le eventuali incongruenze con le relative e motivate considerazioni.

La Ditta in grado di fornire tale tipologia di sistema o soluzione funzionale equivalente ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs 50/2016, può darne informazione tramite istanza di partecipazione sottoscritta dal Legale

Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare

la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 10**

**febbraio 2017** presso l'Ufficio Protocollo dell'Area Provveditorato

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " Paolo Giaccone " – Via

n°76 - 90128 PALERMO:

1. Il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;

2. Relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;

3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario;

4. Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

5. Elenco test;

6. Documentazione che l'operatore economico intende presentare.

La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Area Provveditorato e sul frontalino della stessa dovrà essere riportato in evidenza il nominativo dell'Impresa offerente e la dicitura "Indagine conoscitiva per la fornitura in noleggio di un sistema per l'accertamento tossicologico ed analitico e dei reagenti necessari alle indagini analitiche inerenti l'accertamento tossicologico di I livello per il Settore CQRC dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone "

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico per il perfezionamento della documentazione di eventuale gara di prossima indizione.

La partecipazione non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone " nella persona della sig.ra Angela TUTTOILMONDO e-mail: [angela.tuttoilmondo@unipa.pa.it](mailto:angela.tuttoilmondo@unipa.pa.it)

Il Responsabile dell'Area Provveditorato

