



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiacccone.it

Prot. N. 72

Palermo, 07/01/2018

Oggetto procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e arredi per l'area emergenza dell'AOU Policlinico di Palermo (n. gara 7172873)

CHIARIMENTI 3

I chiarimenti sono visibili su <http://www.policlinico.pa.it>

Oggetto	Lotto n. 2
Quesito 1	Nelle CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA viene richiesta la "Funzione di monitoraggio del Paziente Settico ed EWS". Essendo tale richiesta non menzionata tra le caratteristiche rientranti nella base d'asta, si chiede di confermare se tale caratteristica deve essere offerta di base o deve essere considerata una funzione implementabile in futuro.
Risposta	<i>La funzione di monitoraggio del Paziente Settico ed EWS non è richiesta come requisito minimo. La sua presenza, nell'ambito della offerta formulata, anche dal punto di vista economico, è oggetto di valutazione qualitativa.</i>

Oggetto	Lotto n. 5
Quesito 2	In merito alla tipologia di monitoraggio da fornire "Monitoraggio Base o Monitoraggio Invasivo" visto che i posti letto sono 16? O si deve fare offerta per 16 Monitor Base + 16 Monitor Invasivi?
Risposta	<i>L'offerta deve essere complessiva per 16 Monitor Base + 16 Monitor Invasivi ma deve indicare anche il costo unitario di ciascuno dei monitor offerti</i>

Oggetto	Cauzione provvisoria
Quesito 3	A seguito della proroga per la presentazione delle offerte al giorno 21.01.2019, si viene a chiedere conferma che la cauzione provvisoria già emessa con la scadenza originaria, sia da ritenersi valida anche per il nuovo termine di scadenza
Risposta	<i>Si conferma</i>

Oggetto	Lotti n. 1, 2, 3 : offerta economica
Quesito 4	Con riferimento al modello di offerta economica per i Lotti 1, 2, 3 si chiede chiarimento sulla Formula canone di Manutenzione (parte B del modello). Nella Parte B, compare la moltiplicazione Canone annuo x 8 anni. Si fa presente che i primi 2 anni sono di garanzia e pertanto inclusi nella fornitura. Si chiede pertanto di modificare il numero degli anni da 8 a 6 anni, per ricondurre la formula all'usuale 8 = 2 anni di garanzia + 6 anni di full risk.
Risposta	<i>Il canone annuo richiesta è un refuso di una precedente stesura. Non serve indicare il canone annuo in quanto l'offerta deve essere comprensiva della</i>



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502

Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccione.it

	<i>manutenzione full-risk per la durata di 8 anni. I due anni di garanzia rientrano negli otto anni previsti.</i>
Oggetto	Capitolato: modalità di fatturazione
Quesito 5	Con riferimento alle modalità di fatturazione riportate al punto 10 del Capitolato, si chiede specificare come avverrà la fatturazione della fornitura e quella relativa ai canoni di manutenzione post garanzia.
Risposta	<i>Le apparecchiature verranno liquidate dopo l'esito positivo del collaudo e dopo l'avvio con piena operatività. I canoni di manutenzione, ove previsti, secondo le modalità descritte o altre che potranno essere concordate con l'aggiudicatario</i>

Responsabile del Procedimento
Ing. Vincenzo Lo Medico



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Sede legale Via del Vespro n° 129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

*Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it*

Luca Toti