



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA 05841790826

### **AREA PROVVEDITORATO**

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -

#### **Oggetto: Errata corrige - Indagine di mercato centrifuga refrigerate per microbi da banco.**

Con riferimento all'indagine di mercato indicata in epigrafe, con la presente si rettifica la descrizione tecnica di cui all'avviso prot. n. 646 del 04.01.2024, si precisa che le caratteristiche tecniche del bene sono quelle di seguito elencate:

Per provette da 1,5-2ml tipo eppendorf con rotore da 24 posti a tenuta di aerosol e velocità massima di rotazione  $\geq 13.000$  rpm; motore ad induzione senza spazzole, esente da manutenzione; camera del rotore in acciaio inossidabile; rotore ad angolo fisso in alluminio con capacità di 24 provette da 1,5-2 ml con coperchio anti-aerosol entrambi autoclavabili; riconoscimento automatico del rotore per impostare la velocità massima consentita dal rotore alloggiato; velocità impostabile sia in RPM che in RCF ( x g); velocità massima: almeno  $20.000 \times g$  ( $\geq 13.000$  rpm); velocità impostabile da 100 rpm a 13000 rpm con incrementi di 50 rpm; possibilità di regolare il tempo di accelerazione e di decelerazione; funzione centrifugazione breve a velocità desiderata; timer di centrifugazione da 30 sec a 9:59 ore con anche modalità in continuo; display digitale LCD per visualizzazione di durata, velocità e temperatura; possibilità di modificare i valori di tempo e velocità impostati anche durante la centrifugazione; possibilità di blocco tastiera comandi per evitare cambi d'impostazione accidentali; auto-diagnostica per coperchio aperto, sbilanciamento, programmazione errata, problemi elettronici.

A tal proposito, si proroga il termine di scadenza per la presentazione della documentazione richiesta sino al 22.01.2023 alle ore 09.30.



Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Chiara Giannobile