



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Area Provveditorato
Via Enrico Toti n°76
telefono 0916555500 – fax 0916555502

Prot. n.

3434

Palermo li

13/06/2019

**AVVISO PUBBLICO ART. 66, D LGS. N. 50/2016, PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVA
SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA PER
MOTIVI TECNICI**

Premesso che:

- L'Area Provveditorato di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone intende procedere, mediante procedura negoziata, senza previa indizione di gara - ai sensi del comma 1 lettera b) art. 125 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, all'acquisto di Maschere Facciali Filtranti certificati per la protezione da agenti biologici e per la protezione da aerosol solidi e liquidi, per le UU.OO. dell'Azienda, prodotte e distribuite dalla Ditta GVS S.p.A. con sede legale in Via Roma, 50 – 40069 Zola Pedrosa (Bologna), in possesso del cod. fiscale 03636630372 e della Partita I.V.A. 00644831209, per le UU.OO. di questa A.O.U.P.;
- Detti dispositivi devono essere certificati quali DPI di III categoria per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 (All. III Direttiva 54/2000/CE) quali ad esempio HIV; HCV; HBV; BSEITSE, Influenza aviaria, A H1N1, antrace e tutte le tipologie di agenti biologici (batteri, virus, parassiti e funghi) presenti nell'attività lavorativa.

Certificazioni minime richieste:

- Possesso del certificato CE quale DPI di III categoria ai sensi della Direttiva 89/686/CE. (Recepimento del D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475):
 - a) **per la protezione da agenti infettivi** del gruppo 2 e 3 elencati nell'allegato III della Direttiva 54/2000/CE;
 - b) per la protezione da aerosol solidi e liquidi in conformità alla EN 149:2001+A1:2009 con classificazione FFP3 NR D.

Caratteristiche minime richieste

- facciale filtrante certificato CE quale DPI di III categoria secondo la norma tecnica EN 149:2001 + A1:2009 con classificazione FFP3 NRD.
- tendi elastico e valvola in propilene;
- cerotto in materiale anallergico;
- prodotto monouso;

- latex free;
- confezionato singolarmente;
- possibilità di regolazione della lunghezza dell'elastico;
- possibilità di taglie diverse (SM/ML) a seconda della conformazione del viso per una maggior aderenza al volto;
- versione con e senza valvola.

Nel caso in cui non pervengano, entro il termine delle **ore 12,00 del giorno 26 giugno 2019**, all'indirizzo PEC provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it, valide controindicazioni tecniche, si riterrà riconosciuta la coerenza e legittimità dell'ipotesi di acquisto e dunque la possibilità di procedere - ai sensi del comma 2 lettera b) art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - all'affidamento diretto attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando alla Ditta GVS S.p.A. con sede legale in Via Roma, 50 – 40069 Zola Pedrosa (Bologna), in possesso del cod. fiscale 03636630372 e della Partita I.V.A. 00644831209.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Vincenzo Lo Medico

