



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

A tutti gli Operatori Economici interessati

Oggetto: indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di n. 4 frigoriferi (armadi refrigerati) per la conservazione dei medicinali in Sperimentazione Clinica, da destinare all'U.O.C. di Farmacia – Sperimentazione Clinica dell'AOU Policlinico P. Giaccone di Palermo.

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura e relativa posa in opera di n. 4 frigoriferi (n.2 armadi refrigerati a doppia anta, n.2 armadi refrigerati ad anta singola) per la conservazione dei medicinali in Sperimentazione Clinica.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono elencate nell'allegato "Elementi Tecnici":

A tal fine si chiede un preventivo di spesa così costituito:

1. Scheda tecnica e certificazioni del bene individuato;
2. Codice CND e numero di Registrazione Ministero della Sanità;
3. Preventivo orientativo (costo totale, costo singolo pz. e posa in opera) IVA esclusa;
4. Dichiarazione sui tempi di consegna;
5. Elenco del venduto della stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
6. Copia del documento di identità.

Gli operatori economici, all'atto della risposta, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e, che non potranno vantare, nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa.

Premesso quanto sopra si chiede di inoltrare il preventivo entro il 23/06/2023, a mezzo PEC all'indirizzo provveditorato@cert.policlinico.pa.it all'attenzione del Sig. Massimiliano Marletta (091.6555506)

L'Assistente Tecnico
Sig. Massimiliano Marletta



Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Chiara Giannobile

Elementi tecnici

N. 2 ARMADI REFRIGERATI DOPPIA ANTA

CARATTERISTICHE TECNICHE		CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO POSSEDERE le caratteristiche richieste contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO PRODOTTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI SI EVINCE LA SPECIFICA TECNICA RICHIESTA	Eventuali NOTE
Range di Temperatura Generale	0-15°C			
Range Temperatura impostabile	2-8°C			
Temperatura di Esercizio	4°C			
Capacità	1400 litri circa			
Porte	Vetro			
Materiale interno	Acciaio Inox			
Isolamento	75 (PU)			
Chiusura	Si			
Piedi/ruote	Si			
Ripiani	4-6			
Refrigerazione	Ventilatore			
Tipo Gas	R290			
Termoregistrazione	Si			

N. 2 ARMADI REFRIGERATI ANTA SINGOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE		CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di possedere le caratteristiche richieste contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO PRODOTTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI SI EVINCE LA SPECIFICA TECNICA RICHIESTA	Eventuali NOTE
Range di Temperatura Generale	0-15°C			
Range Temperatura impostabile	2-8°C			
Temperatura di Esercizio	4°C			
Capacità	700 litri circa			
Porte	Vetro			
Materiale interno	Acciaio Inox			
Isolamento	75 (PU)			
Chiusura	Si			
Piedi/ruote	Si			
Ripiani	4-6			
Refrigerazione	Ventilatore			
Tipo Gas	R290			
Termoregistrazione	Si			