



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

A tutti gli Operatori Economici interessati

Oggetto: indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di n. 1 Elettrobisturi, da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell'A.O.U. Policlinico P. Giaccone di Palermo.

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura e relativa posa in opera di n.1 Elettrobisturi per la U.O.C. di Otorinolaringoiatria.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono elencate nell'allegato "Elementi Tecnici":

A tal fine si chiede un preventivo di spesa così costituito:

1. Scheda tecnica e certificazioni del bene individuato;
2. Codice CND e numero di Registrazione Ministero della Sanità;
3. Preventivo orientativo (costo totale, costo singolo pz. e posa in opera) IVA esclusa;
4. Dichiarazione sui tempi di consegna;
5. Elenco del venduto della stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
6. Copia del documento di identità.

Gli operatori economici, all'atto della risposta, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e, che non potranno vantare, nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa.

Premesso quanto sopra si chiede di inoltrare il preventivo entro il 23/06/2023, a mezzo PEC all'indirizzo provveditorato@cert.policlinico.pa.it all'attenzione del Sig. Massimiliano Marletta (091.6555506)

L'Assistente Tecnico
Sig. Massimiliano Marletta

Az. Osp. Univ. Policlinico Paolo Giaccone
Provveditorato
Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Chiara Giannobile

Elementi tecnici

N. 1 ELETTROBISTURI

CARATTERISTICHE TECNICHE	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di possedere le caratteristiche richieste contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO PRODOTTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI SI EVINCE LA SPECIFICA TECNICA RICHIESTA	Eventuali NOTE
1. Potenza di taglio di circa 400 w al carico nominale			
2. N. 2 uscite monopolari e 2 uscite bipolari indipendenti			
3. Taglio monopolare con vari effetti applicabili di coagulo			
4. Taglio bipolare			
5. Coagulazione monopolare a contatto e non a contatto			
6. Coagulazione bipolare			
7. Utilizzo di 2 manipoli attivabili contemporaneamente			
8. Memorizzazione settaggi assegnando il nome di programma			
9. Regolazione automatica della potenza erogata in funzione dell'impedenza del tessuto			
10. Piastre monouso bipartite			
11. Regolazione della potenza impostata in valore assoluto			
12. Parte applicata flottante di tipo CF			
13. Pedale a doppio comando indipendente per attivazione del coagulo monopolare e /o bipolare			
14. Pedale a doppio comando indipendente per attivazione del taglio del coagulo monopolare e/o bipolare			
15. Sistema attivazione aspira fumi			
16. Il collegamento dei manipoli e delle piastre deve avvenire senza utilizzo di riduttori/adattatori			
17. Riconoscimento degli strumenti collegati con auto settaggio del programma dedicato ad essi			