


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area_provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

A tutti gli Operatori Economici interessati

OGGETTO: Indagine di mercato per acquisizione biennale materiale specialistico per interventi di **chirurgia oncologica laparoscopica maggiore per patologia esofago-gastrica del colon retto per l'UOSD di Chirurgia Laparoscopica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo**

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'perimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura **biennale materiale specialistico per interventi di chirurgia oncologica laparoscopica maggiore per patologia esofago-gastrica del colon retto per l'UOSD di Chirurgia Laparoscopica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo** secondo le seguenti specifiche:

SCHEDE TECNICHE

LOTTO N. 1			
SISTEMA DI PROTEZIONE/RETRAZIONE DI FERITA, COMPOSTO DA DUE ANELLI DI COLORE DIFFERENTE E UNA GUAINA DI POLIURETANO LATEX-FREE, ADATTABILE AI VARI SPESSORI DELLA PARETE ADDOMINALE. ANELLO DI POSIZIONAMENTO FLESSIBILE, ANELLO DI RETRAZIONE SEMIRIGIDO PER L'UTILIZZO IN SPAZI RISTRETTI, RETRAZIONE CIRCONFERENZIALE ATRAUMATICA A 360°			
FABBISOGNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
30	XXS: Diametro incisione 1-3 cm, lunghezza guaina 20 cm.		
30	XXS corto: Diametro incisione 1-3 cm, lunghezza guaina 11 cm.		
30	XS corto: Diametro incisione 2-4 cm, lunghezza guaina 13 cm.		



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

30	XS: Diametro incisione 2-4 cm, lunghezza guaina 19 cm		
50	S: Diametro incisione 2,5-6 cm, lunghezza guaina 18 cm		
50	M: Diametro incisione 5-9 cm, lunghezza guaina 18 cm.		
50	L: Diametro incisione 9-14 cm, lunghezza guaina 25 cm.		
50	XL: Diametro incisione 11-17 cm, lunghezza guaina 34 cm.		
50	XXL: Diametro incisione 17-25 cm, lunghezza guaina 36 cm.		
- Kit con tappo laparoscopico per ristabilire lo pneumo e trocar da 12 mm ad elica sequenziale forato in punta per permettere l'insufflazione diretta, dotato di accesso con valvola a doppio becco d'anatra per l'inserimento del trocar stesso.			
100	S: Diametro incisione 2,5-6 cm, lunghezza guaina 18 cm.		
100	M: Diametro incisione 5-9 cm, lunghezza guaina 18 cm.		
OFFERTA ECONOMICA		€.	

LOTTO 2			
SISTEMA DI ACCESSO TRANSANALE PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE PATOLOGIE CANCEROSE DEL RETTO MEDIO/BASSO (TAMIS E TATME) COMPOSTO DA:			
<ul style="list-style-type: none"> - Un canale di accesso anale da 4 cm, 5,5 cm e 9 cm, con flange in punta che consentono una stabilizzazione atraumatica del device subito dietro la linea pettinea; - n. 4 cannule a basso profilo da 10 mm con valvola a tenuta in grado di mantenere lo pneumoretto per tutta la durata della procedura; -n. 1 introduttore per trocar; - capsula in gel consente di massimizzare la triangolazione degli strumenti ottimizzando il lavoro nello spazio ristretto dell'ampolla rettale; - Borsa di stabilizzazione dell'insufflazione; - Sonda elettrochirurgica monopolare con uncino al L sia angolato che retto con sistema di integrazione di evacuazione fumi, misure diametro 5mm x 42 cm 			
FABBISOGNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
10	diametro 4 cm		
10	diametro 5,5 cm		
10	diametro 9 cm.		
OFFERTA ECONOMICA		€.	



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

LOTTO 3			
Contenitore scalda-ottica poliuso per laparoscopia, con base stabilizzante di supporto poliuso, volume 500 ml.			
FABBISO GNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
15	volume 500 ml.		
OFFERTA ECONOMICA		€.	

LOTTO 4			
Guarnizioni monouso per riscaldatore ottiche.			
FABBISO GNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
1000	-----		
OFFERTA ECONOMICA		€.	

LOTTO 5			
Sistema per laparoscopia mano assistita che permette di mantenere lo pneumoperitoneo nelle manovre di inserimento della mano del chirurgo e degli strumenti e l'accesso dei trocar consentendo una protezione -retrazione di pareti addominali di diverso spessore e con incisioni di lunghezza diversa, esso è composto da:			
FABBISO GNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
n.1 copertura gelseal n.1 protettore/retrattore di ferita			
20	-----		
OFFERTA ECONOMICA		€.	

LOTTO 6			
Sistema di aspirazione irrigazione con sonda, diametro 5 mm e lunghezza 33 cm, valvola e tubi a sacca doppia, con possibilità di utilizzo anche con sonde poliuso, con sistema integrato di evacuazione dei fumi chirurgici, pulsanti codificati per colore con molle morbide.			



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

FABBISOGNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
300	diametro 5 mm e lunghezza 33 cm		
OFFERTA ECONOMICA		€.	

LOTTO 7			
<p>Applicatore di clip diametro 5 mm, precaricata con n 20 clip dimensione M/L, lunghezza stelo 34 cm, impugnatura ergonomica per un controllo ottimale durante il rilascio e la chiusura della clip. Ultime tre clip di colore blu viola.</p>			
FABBISOGNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
150	diametro 5 mm e lunghezza stelo 34 cm		
OFFERTA ECONOMICA		€.	

LOTTO 8			
<p>Sistema avanzato e sistema avanzato mini di accesso per chirurgia “single incision” composta da:</p> <p>n.1 copertura gelseal</p> <p>n.1 protettore/retrattore di ferita con filo di rimozione</p> <p>n.3 trocar da 10 mm</p> <p>n.1 trocar da 12mm</p> <p>n. 1 introduttore per trocar</p>			
FABBISOGNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
20			
OFFERTA ECONOMICA		€.	



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

LOTTO 9			
Trocar con cannula zigrinata trasparente e otturatore ottico ad elica sequenziale, monouso, forato in punta per permettere l'insufflazione diretta durante l'inserimento, con doppia valvola a doppia entrata completamente rimovibile, per l'estrazione di piccoli pezzi anatomici, nelle seguenti misure:			
FABBISOGNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
400	5x100 mm.		
60	5x150 mm.		
60	11x100 mm.		
400	12x100 mm.		
60	12x150 mm.		
OFFERTA ECONOMICA		€.	

LOTTO 10			
Ago di Verres per insufflazione monouso, nelle seguenti misure:			
FABBISOGNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
300	13 gauge , 120 mm		
300	13 gauge , 150 mm.		
OFFERTA ECONOMICA		€.	

LOTTO 11			
Pinza da presa laparoscopica tipo Grasper monouso, stelo centimetrato diametro 5mm – lunghezza 35 cm, morso atraumatico dotato di tecnologia Latis con cuscinetti in silicone rivestiti da Latis Mesh, manipo ergonómico con inserti rimovibili e meccanismo di blocco in qualsiasi punto			
FABBISOGNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
200	diámetro 5mm – lunghezza 35 cm,		
OFFERTA ECONOMICA		€.	



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

LOTTO 12			
Sacchetto monouso per rimozione di pezzi anatomici dotato di supporto e dispositivo guida che consente la riapertura e chiusura del sacchetto stesso:			
FABBISOGNO ANNUO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
200	Diametro stelo da 5mm, volume sacchetto 180 ml		
300	Diametro stelo da 10mm, volume sacchetto 225 ml		
200	Diametro stelo da 12/15mm, volume sacchetto 1600 ml		
OFFERTA ECONOMICA		€.	

Si chiede a codesta spettabile Ditta di volere fornire la migliore offerta tecnica ed economica.

Premesso quanto sopra, si chiede agli Operatori Economici interessati di inoltrare entro 10 gg dalla presente, il preventivo di spesa a mezzo PEC all'indirizzo "provveditorato@cert.policlinico.pa.it"

La presente indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici - in aggiunta a quelli eventualmente interpellati — di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente.

Codesta Ditta dovrà inoltre fornire una dichiarazione attestante il venduto della medesima tipologia di prodotto sul territorio nazionale, nell'ultimo anno, con l'indicazione dell'Azienda Sanitaria e dell'importo offerto.

Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche indicate nella richiamata descrizione.

Si resta in attesa di un vostro riscontro alla presente entro le ore 12:00 del 4/07/2023.

Per eventuali chiarimenti:

Sig. Luigi La Fata – Area Provveditorato, luigi.lafata@policlinico.pa.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Sig. Luigi La Fata

