

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO

PAOLO GIACCONE

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO SULLA FORNITURA DI N. 1
APPARECCHIATURA OCT SPECTRAL DOMAIN.**

Ente: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO

PAOLO GIACCONE – AREA PROVVEDITORATO - VIA ENRICO TOTI

N°76 – 90128 PALERMO TELEFONO 091-6555500/68 – TELEFAX 091-

6555502/5746.

Si intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura di n. 1 apparecchiatura OCT Spectral Domain per l'U.O.C. di Oculistica dell'Azienda Ospedaliera, rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara in questione.

A tal fine si intende verificare da parte di una ditta se dispone di un'apparecchiatura con le seguenti caratteristiche:

- Tomografo a coerenza ottica:
 - Sistema OCT tridimensionale spectral domain;
 - Velocità di scansione ≥ 50000 Ascan/sec;
 - Lunghezza d'onda ≥ 840 nm;
 - Risoluzione ottica ≤ 6 micron;
 - Risoluzione digitale $\leq 2,5$ micron;
 - Profondità di scansione ≥ 2 mm;
 - Patten d'esame modificabile (radiale, lineare, raster, cross, line, 3D);
 - Range di correzione ametropia +33/-33D
 - Retinografo non midriatico;

- Acquisizione di auto fluorescenza;
- Associazione di immagine angiografica o in autofluorescenza alla immagine del fundus di riferimento;
- Modulo di acquisizione OCT del segmento anteriore integrato con misurazione di angoli, linee e spessori;
- Autofocus;
- Modulo di acquisizione en face;
- Ottimizzazione automatica sul piano Z;
- Modulo drusen (misurazione quantitativa e volumetrica);
- Studio del nervo ottico con confronto con data base normativo;
- Studio delle cellule ganglionari e studio dello strato delle fibre nervose;
- Funzione calibro per le misure lineare;
- Follow up con integrazione di tutto l'attuale database Topcon su nuova apparecchiatura;
- LCD touch screen;
- Archiviazione su DVD;
- Esportazione filmati ed immagini;
- Computer di ultima generazione con Windows 7 o superiore 64 bit;
- Tavolo a sollevamento elettrico dedicato all'apparecchiatura;
- Stampante laser a colori;
- Connessione LAN;
- Assistenza tecnica a Palermo;

Qualora si dovessero riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute si chiede cortesemente di segnalare le stesse accompagnando, se del caso, le eventuali incongruenze con le relative e motivate considerazioni.

La Ditta in grado di fornire tale tipologia di apparecchiatura o soluzione funzionale equivalente ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs 50/2016, può darne informazione tramite istanza di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 20 settembre 2016** presso l'Ufficio Protocollo dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone – Via Enrico Toti n°76 -90128 PALERMO;

1. Il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra relativamente ad ogni lotto.
2. Relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;.
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CND e codice RDM qualora esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del dispositivo offerto;.
5. Documentazione che l'operatore economico intende presentare.

La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Area Provveditorato e sul frontalino della stessa dovrà essere riportato in evidenza il nominativo dell'Impresa offerente e la dicitura.

“Indagine di mercato sulla fornitura di n. 1 apparecchiatura OCT Spectral Domain”.

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico per il perfezionamento della documentazione di gara di prossima indizione, per individuare la presenza di possibili fornitori dell'apparecchiatura richiesta..

La partecipazione non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

Ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente al Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone nella persona dell'Ing. Flavia Costa telefono 3346952521, oppure in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica ing.flaviacosta@gmail.com.

IL RESPONSABILE

DELL'AREA PROVVEDITORATO

