

REP. n. 337 del 02 Luglio 2015

**VERBALE**

della Gara a procedura aperta, per l'aggiudicazione della: **Fornitura di Apparecchiature varie ed Arredi Sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione Full Risk per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo**, indetta dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" con deliberazione del 29 Settembre 2014, n. 875

- Numero Gara: 5749744

- CPV: 33192160-1 # 33170000-2

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici, il giorno due, del mese di Luglio, alle ore nove e quindici minuti

**(02/07/2015 ore 09:15)**

in Palermo, in via Enrico Toti n. 76, sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", presso l'Area Provveditorato, alla mia presenza Signor Cincotti Giovan Battista nato a Palermo il 04 Gennaio 1957, nella qualità di Ufficiale Rogante, giusta delega disposta dal Direttore Generale con ordine di servizio del 30 Settembre 2011, prot. n. 11984, alla presenza dei Sigg. Carmelo Parrino, nato a Campobello di Mazara (TP) il 21 Gennaio 1953 e Angela Tuttoilmondo, nata a Palermo l'1 Ottobre 1964, entrambi dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, presso la quale sono elettivamente domiciliati, testimoni idonei ai sensi di legge, interviene ed agisce nel presente atto, quale Presidente della Commissione di Gara, giusta delega disposta dal Direttore Generale con ordine di servizio prot. n. 15366 del 12/12/2011, il Dott.

*10 P*



Aldo Albano, nato a Chivasso (provincia di Torino), il 14 Dicembre 1961, Responsabile dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera, ivi domiciliato per ragioni della sua carica.

Sono, inoltre, presenti dalle ore 09:15

> Sig. Franco Emanuelli, nato a Roma il 26 Novembre 1977, identificato a mezzo di Carta di Identità N° AU3181027, rilasciata dal Comune di Roma il 17 Gennaio 2013, il quale dichiara di intervenire per conto della Ditta CISA Service s.r.l., giusta delega, composta da una pagina, firmata dal consigliere della suddetta ditta: Sig. Giancarlo Ortolani;

> Sig. Enzo Gagliano; nato a Agira (provincia di Enna), il 01 Novembre 1956, identificato a mezzo di Patente di Guida N° CT5375366N, rilasciata il 04 Aprile 1975, il quale dichiara di intervenire per conto della Ditta Gentige S.p.A., giusta delega firmata dal Sig. Michele Neirotti, Amministratore delegato della suddetta ditta;

> Sig. Fabio Tutrone, nato a Palermo l'11 Marzo 1964, identificato a mezzo di Carta di Identità N° AT949122, rilasciata dal comune di Palermo il 25 Giugno 2012, il quale dichiara di intervenire per conto della Ditta Gimás s.r.l., giusta delega firmata dal sig. Alfredo Rampolla, Amministratore delegato della suddetta ditta; rilasciata il 25 Settembre 2007, la quale dichiara di intervenire per conto della Ditta Gentige S.p.A., giusta delega firmata dal Sig. Michele Neirotti, Amministratore delegato della suddetta ditta;

> Sig.ra Andolina Maria Francesca, nata a Palermo il 17 Giugno 1968, identificata a mezzo di Patente di Guida N° U15293354S, la quale dichiara di intervenire per conto della Ditta Ultramed s.r.l., giusta delega firmata dal Sig. Alfio Cange-  
mi, Amministratore Unico della suddetta ditta;

➤ Sig. Gaetano D'Alessandro, nato a Catania il 30 Marzo 1969, identificato a mezzo di Carta di Identità N° AR0645393, rilasciata dal comune di Catania il 24 Giugno 2010, il quale dichiara di intervenire per conto della Ditta Freseius Kabi Italia s.r.l., giusta delega firmata dal sig. Giuseppe Degrandi, Presidente e Amministratore delegato della suddetta ditta;

**PREMESSO CHE**

**1) con deliberazione del 29 Settembre 2014, n. 875, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, ha disposto:**

**a) di indire una procedura aperta per l'aggiudicazione della "Fornitura di Apparecchiature varie ed Arredi Sanitari Comprensiva del Servizio Triennale di Manutenzione Full Risk per l'Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006, in attuazione delle direttive CE 2004/17 e 2004/18, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ed integrato, ove necessario e per quanto non disciplinato, dal R.D. 24 Maggio 1924, n° 827, per un importo complessivo presunto di € 443.750,00= ESCLUSA I.V.A. (euro quattrocentoquarantatremilasettecentocinquanta/00);**

**b) che la Gara è suddivisa in n. 14 Lotti, così come sotto specificato:**

- **Lotto n. 1: Autoclave di Sterilizzazione a Vapore - CIG: 59269219ED - per un importo a base d'asta di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00);**
- **Lotto n. 2: Autoclave di Sterilizzazione a Vapore da 4 U.S. a Doppia Porta - CIG: 592692908A - per un importo a base d'asta di € 40.000,00 (euro quarantamila/00);**
- **Lotto n. 3 - Termosaldatrice - CIG: 5927016853 - per un importo a base**

d'asta di € 7.600,00 (euro settemilaseicento/00);

- Lotto n. 4 - Frigorifero Biologico - CIG: 5927119D51 - per un importo a base d'asta di € 6.000,00 (euro seimila/00);
- Lotto n. 5 - Monitor per le Sale Preparazione/Risveglio Paziente - CIG: 5927187571 - per un importo di a base d'asta € 120.000,00 (euro centoventimila/00);
- Lotto n. 6 - Lavastrumenti - CIG: 5927209798 - per un importo a base d'asta di € 24.000,00 (euro centoventimila/00);
- Lotto n. 7 - Lavaferri ad Ultrasuoni - CIG: 5927227673 - per un importo a base d'asta di € 5.600,00 (euro cinquemilaseicento/00);
- Lotto n. 8 - Monitor Multiparametrico per l'Utilizzo In Risonanza Magnetica - CIG: 592724447B - per un importo a base d'asta di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00);
- Lotto n. 9 - Barella Amagnetica - CIG: 5927256E5F - per un importo a base d'asta di € 2.000,00 (euro duemila/00);
- Lotto n. 10 - Pompe di Infusione Complete da N.1 Box con N.4 Alloggiamenti - CIG: 5927274D3A - per un importo a base d'asta di € 32.000,00 (euro trentaduemila/00);
- Lotto n. 11 - Barelle per Pronto Soccorso - CIG: 59272888C9 - per un importo a base d'asta di € 32.500,00 (euro trentaduemilacinquecento/00);
- Lotto n. 12 - Laringoscopio Amagnetico - CIG: 5927353E6B - per un importo a base d'asta di € 600,00 (euro seicento/00);
- Lotto n. 13 - Aspiratore Chirurgico Carrellato - CIG: 59273679FA - per un importo a base d'asta di € 1.850,00 (euro milleottococinquanta/00);
- Lotto n. 14 - Aspiratore Chirurgico Amagnetico - CIG: 5927381589 - per un

importo a base d'asta di € 1.600,00 (euro milleseicento/00);

Tutti gli importi sopra riportati s'intendono esclusa I.V.A.;

c) di approvare gli schemi di Bando di Gara e relativi estratti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione

c) che il criterio di aggiudicazione da applicare per la scelta del privato contraente per i Lotti nn. 13 e 14 è nella forma prevista dall'articolo 82, del D. Lgs 12

Aprile 2006, n. 163; mentre, per tutti gli altri Lotti è nella forma prevista

dall'articolo 83 del D. Lgs 12 Aprile 2006, n. 163, in quanto consente di aggiudicare la fornitura di che trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa secondo i parametri indicati nel Bando di Gara, e nel Capitolato

Speciale d'Appalto, valutando l'offerta in termini di resa, esecuzione e qualità

della fornitura e dei costi, tenendo conto di quanto previsto negli articoli 86-88,

dello stesso Decreto Legge, in presenza di offerte anormalmente basse;

d) che l'aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Capitolato Speciale d'Appalto, in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio (punteggio massimo assegnabile 100 punti), così come prescritto all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, sulla base dei seguenti elementi:

- qualità della fornitura: punteggio massimo assegnabile = 60 punti;

che rappresentano il massimo attribuibile dalla Commissione Tecnica secondo


gli elementi di cui all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nel caso in cui la

Commissione ritiene di non assegnare ad alcuna offerta il massimo punteggio

non si procederà ad alcuna "ripartimentazione" dei punteggi che resteranno tra

quelli assegnati dalla Commissione stessa. Sono escluse dalla Gara le imprese

candidate che, a giudizio insindacabile della Commissione Tecnica, avranno ot-



tenuto una valutazione inferiore a 30/60 punti;

- prezzo della fornitura: punteggio massimo assegnabile = 40 punti;

che sarà attribuito all'impresa che avrà offerto complessivamente il prezzo più basso per l'intera fornitura del Lotto a cui partecipa. Alle restanti imprese sarà assegnato un punteggio secondo le modalità di cui all'articolo 29 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- e) **di approvare** gli schemi di Bando di Gara e relativi estratti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione;

- f) **di approvare**, gli elaborati di Gara necessari per l'aggiudicazione della fornitura predisposti dall'Area Provveditorato;

- g) **di esperire** le opportune forme di pubblicità, utili a consentire la diffusione dell'informazione e pertanto, ai sensi dell'articolo 35 della Legge Regionale n° 7 del 2 Agosto 2002, pubblicando il Bando di Gara ed il Capitolato Speciale d'Appalto, con i relativi allegati, sia in forma integrale e/o per estratto;

- e) **che** l'aggiudicazione, immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, diventerà definitiva per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo dopo la sua approvazione disposta dall'Organo deliberante;

- f) **che** il contratto di affidamento della fornitura di che trattasi sarà stipulato con atto in forma pubblico amministrativa e che tutte le spese inerenti e conseguenti, ivi incluse le tasse e le imposte che potessero colpire, a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto del medesimo, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria esclusa l'I.V.A.;

- g) **che** la complessiva spesa, relativa alla copertura finanziaria della fornitura in questione, è quantificata indicativamente in € 443.750,00= **ESCLUSA I.V.A.**

(euro quattrocentoquarantatremilasettecentocinquanta/00) è a carico del bilancio della A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo;

**h) si è stabilito che il termine ultimo per chiedere eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari è entro le ore 13:00 del 04 Novembre 2014;**

**i) si è stabilito che il termine ultimo per presentare offerte è: entro le ore 13:00 del 10 Novembre 2014;**

**j) si è stabilito di esperire la Gara il giorno 11 Novembre 2014, alle ore 09:00.**

**2) il Presidente dell'odierna Commissione di Gara prende atto che:**

**a) nella seduta di Gara dell' 11 Novembre 2014, aperta alle ore 09:15 e conclusasi alle ore 13:15, sono stati accertati gli adempimenti relativi alle modalità per esperire le opportune forme di pubblicità, utili a consentire la diffusione dell'informazione in merito all'odierna Gara, così come disposto con la succitata deliberazione 29 Settembre 2014, n. 875, e riportate nel Verbale di Gara redatto nella suddetta seduta, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;**

**b) entro il termine stabilito dal Bando di Gara (ore 13:00 del 10 Novembre 2014), hanno fatto pervenire una propria offerta le sotto indicate imprese e che dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato Speciale di Gara sono state ammesse alle fasi successive della Gara:**

- **Ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l. - con sede legale a Isola della Scala (provincia di Verona) - C.A.P. 37063 - in Via Camagre n. 41 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03524050238 - che dichiara di partecipare per il Lotto n.10;**

- **Ditta 3C MED s.r.l. - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90144 - in Via Francesco Cilea n. 91 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05586860826 - che dichiara di partecipare per il Lotto n.5;**

• **Ditta CISA Service s.r.l.** - con sede legale a Due Carrare (provincia di Padova)

- C.A.P. 35020 - in Via Veneto n. 32 - in possesso del Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 01439370287 - **che dichiara di partecipare per i Lotti nn. 1 e 2;**

• **Ditta Ultramed s.r.l.** - con sede legale a San Gregorio di Catania (provincia di

Catania) - C.A.P. 95027 - in Via Macello n. 27 - in possesso del Codice Fiscale

e Partita I.V.A. 02732230871 - **che dichiara di partecipare per i Lotti nn. 1 e**

**2;**

• **Ditta Mortara Instrument Europe s.r.l.** - con sede legale a Casalecchio di Re-

no (provincia di Bologna) - C.A.P. 40033 - in Via Cimarosa n. 103/105 - in pos-

sessò del Codice Fiscale 03896820374 e Partita I.V.A. 00673881207 - in pos-

sessò del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05586860826 - **che dichiara di parte-**

**cipare per il Lotto n. 5;**

• **Ditta Laboindustria S.p.A.** - con sede legale a Arzegrande (provincia di Pado-

va) - C.A.P. 35020 - in Via Matteotti n. 37 - in possesso del Codice Fiscale e

Partita I.V.A. 00805390283 - **che dichiara di partecipare per i Lotti nn. 3 - 4 -**

**7;**

• **Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A.** - con sede legale a Milano - C.A.P.

20126 - in Via Galeno n. 36 - in possesso del Codice Fiscale 93027710016 e

Partita I.V.A. 03663500969 - **che dichiara di partecipare per il Lotto n. 5;**

• **Ditta Sifem Medical s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90146 - in Via

Spagna n. 16 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05055000821 -

**che dichiara di partecipare per i Lotti nn. 5 e 8;**

• **Ditta Gentige S.p.A.** - con sede legale a Roma - C.A.P. 00148 - in Via dei

Buonvisi n. 61/D - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05506871002-

**che dichiara di partecipare per i Lotti nn. 1 - 2 - 6;**



• **Ditta Gimás s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90144 - in Via Emilia n. 38 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05073660820 - **che dichiara di partecipare per il Lotto n. 10;**

• **Ditta Sato s.r.l.** - con sede legale a Roma - C.A.P. 20186 - in Via della trinità dei Pellegrini n. 19 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01687080836 - **che dichiara di partecipare per il Lotto n. 4;**

• **Ditta Hill-Rom S.p.A.** - con sede legale a Rodano (provincia di Milano) - C.A.P. 20090 - in Via G. Ambrosoli n. 6 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08817300158 - **che dichiara di partecipare per il Lotto n. 11;**

**c) Il Presidente prende atto che non sono pervenute offerte per i Lotti nn. 9-12-13-14, pertanto gli stessi sono stati dichiarati DESERTI;**

**d) si è accertato che nelle buste contrassegnate con la lettera "B" (Documentazione Tecnica) in ognuna di esse, al loro interno, vi erano o meno i documenti ivi elencati, e dopo la summenzionata verifica ogni plico è stato immediatamente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura dal Presidente e dai Testimoni;**

**e) in ottemperanza a quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 sono state individuate, procedendo attraverso un sorteggio tra tutte le imprese ammesse alla Gara, le Imprese: **Fresenius Medical Care Italia S.p.A. e Sifem Medical s.r.l.**, che dovranno documentare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati con l'autocertificazione;**

**f) le operazioni di Gara sono state sospese in attesa della documentazione dell'impresa su citata;**

**g) sono state riposte nella cassaforte, in dotazione all'Area Provveditorato, le offerte economiche delle ditte concorrenti ammesse alla Gara, dopo averle rinchiuso in uno plico, sigillato con del nastro adesivo, e siglato nei lembi di chiu-**

sura dal Presidente e dall'Ufficiale Rogante;

**h)** si è dato mandato di custodire nell'archivio dell'Area Provveditorato un secondo plico, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura dal Presidente, dai testimoni e dall'Ufficiale Rogante, ove sono state riposte le offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse alla Gara, nelle more che fossero trasmesse alla competente Commissione Tecnica, per la loro valutazione di conformità, secondo i parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;


**i)** al termine della seduta di Gara dell'11 Novembre 2014 è stato redatto apposito verbale, che si allega in copia al presente per farne parte integrante e sostanziale, segnato di lettera "A";

**j)** con deliberazione del Direttore Generale del 23 Dicembre 2014, n. 1138, è stato approvato il summenzionato Verbale di Gara dell'11 Novembre 2014, ed è stata nominata la Commissione Tecnica incaricata di formulare il giudizio di idoneità delle offerte tecniche presentate dalle imprese ammesse alla Gara, secondo i parametri stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

**k)** con nota del 10 Giugno 2015, prot. n. 70/CT, la sopra citata Commissione Tecnica ha trasmesso, al Responsabile dell'Area Provveditorato, gli esiti dei propri lavori riportati in sette verbali, che vengono allegati in copia al presente in un unico volume, costituito complessivamente da 27 (ventisette) fogli formato UNI/A4, scritte in ambo i lati, per farne parte integrante e sostanziale segnati di lettera "B";

**l)** con note/fax tutte del 18 Giugno 2015, le imprese ammesse alla Gara sono state convocate in data odierna alle ore 9:00, presso questa sede, per l'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte economiche.

Tutto ciò premesso, che forma unico ed inscindibile contesto con quanto appresso,



il Dott. Aldo Albano, nella predetta qualità di Presidente di Gara, dopo avere accertato la regolarità degli atti preliminari, dà inizio alle operazioni, come da relativi Bando di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto, comunica ai presenti che le imprese **Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. e Sifem Medical s.r.l.** hanno prodotto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/organizzativa dichiarati con la autocertificazione.

Il Dott. Aldo Albano, prosegue la seduta dando lettura, con voce forte e chiara, dei verbali redatti dalla Commissione Tecnica sopra richiamati e sulla base dei giudizi ivi formulati prende atto dell'ammissione delle offerte tecniche alle fasi successive della Gara, se risultanti conformi alle specifiche tecniche richieste, ovvero prende atto del giudizio di non idoneità e quindi di non ammissione alle successive fasi della Gara. L'esito delle predette operazioni è sinteticamente trascritto nella tabella che segue:

#### TABELLA VALUTAZIONE TECNICA

N. LOTTO	RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA	VALUTAZIONE TECNICA	ESITO VALUTAZIONE TECNICA
1	CISA Service s.r.l.	44,10/60	AMMESSA
	Gentige S.p.A.	44,20/60	AMMESSA
	Ultramed s.r.l.	39,10/60	AMMESSA
2	CISA Service s.r.l.	44,10/60	AMMESSA
	Gentige S.p.A.	44,20/60	AMMESSA
	Ultramed s.r.l.	39,10/60	AMMESSA
3	Laboindustria S.p.A.	NON CONFORME	NON AMMESSA
4	Laboindustria S.p.A.	NON CONFORME	NON AMMESSA
5	Sato s.r.l.	44,00/60	AMMESSA
	3C MED s.r.l.	52,80/60	AMMESSA

	Sifem Medical s.r.l.	48,00/60	AMMESSA
	GE Medical Systems Italia S.p.A.	NON CONFORME	NON AMMESSA
	Mortara Instrument Europe s.r.l.	NON CONFORME	NON AMMESSA
6	Gentige S.p.A.	44,80/60	AMMESSA
7	Laboindustria S.p.A.	41,40/60	AMMESSA
8	Sifem Medical s.r.l.	VALUTAZIONE SOSPESA	
9	<b>DESERTO</b>		
10	Gimas s.r.l.	45,50/60	AMMESSA
	Fresenius Medical Care Italia S.p.A.	43,20/60	AMMESSA
11	Hill-Rom S.p.A.	45,60/60	AMMESSA
12	<b>DESERTO</b>		
13	<b>DESERTO</b>		
14	<b>DESERTO</b>		

Il Presidente prende atto che la Commissione Tecnica, relativamente al **Lotto n. 3**, l'offerta tecnica della ditta: **Laboindustria S.p.A.** l'ha giudicata **NON IDONEA** e non essendoci altre Imprese partecipanti per il medesimo Lotto, dichiara il **Lotto n. 3 DESERTO**, così come dichiara **DESERTI** i **Lotti nn. 9 - 12 - 13 e 14**.

Quindi, il Presidente della Commissione di Gara estrae le buste relative alle offerte economiche delle concorrenti dal plico nel quale erano state riposte al termine della seduta dell'11 Novembre 2014, constata e fa constatare che sono integre e sigillate e le pone sul tavolo, le suddivide per singolo Lotto, le apre singolarmente nel rispetto seguendo l'ordine dei Lotti posti in Gara, sigla insieme a me Ufficiale Rogante la documentazione presente in ciascuna busta, ne verifica la regolarità in base a quanto prescritto dal disciplinare di Gara (tutte risultano regolari) e ne dà lettura con voce forte e chiara, come di seguito sinteticamente trascritto:

• **Lotto n. 1: Autoclave di Sterilizzazione a Vapore - CIG:**

**59269219ED -**

**a) Ditta CISA Service s.r.l. - con sede legale a Due Carrare (provincia di Padova)**

- C.A.P. 35020 - in Via Veneto n. 32 - in possesso del Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 01439370287 - con proprio preventivo del 06 Novembre 2014 dichiara di

essere disposta ad offrire:

**1) n. 1 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 8 U.S.: per l'importo di € 34.195,00**

(euro trentaquattromilacentonovantacinque/00);

**2) Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave: € 1.120,00 (euro millecentoven-**

ti/00);

**3) Carrello per carico/scarico per l'autoclave: € 1.140,00 (euro millecentoquaran-**

ta/00);

**4) n. 2 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 8 U.S. a doppia porta: al prezzo**

unitario di € 37.750,00 (euro trentasettemilasettecentocinquanta/00) e comples-

sivo pari a € 75.550,00 (euro settantacinquemilacinquacentocinquanta/00);

**5) Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave: € 1.120,00 (euro millecentoven-**

ti/00);

**6) Carrello per carico/scarico per l'autoclave: € 1.140,00 (euro millecentoquaran-**

ta/00);

**per un totale complessivo pari a € 116.525,00 (euro centosedicimilacinque-**

**centoventicinque/00), pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del**

**6,78%; ed uno sconto del 5,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel**

**proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale perio-**

**do di proroga;**

**b) Ditta Gentige S.p.A. - con sede legale a Roma - C.A.P. 00148 - in Via dei**

Buonvisi n. 61/D - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05506871002-

con proprio preventivo del 06 Novembre 2014 dichiara di essere disposta ad offrire:

1) n. 1 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 8 U.S.: per l'importo di € 35.450,00 (euro trentacinquemilaquattrocentocinquanta/00);

➤ Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1);

➤ Carrello per carico/scarico per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1);

2) n. 2 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 8 U.S. a doppia porta: al prezzo unitario di € 37.900,00 (euro trentasettemilanovecento/00) e complessivo pari a € 75.800,00 (euro settantacinquemilaottocento/00);

➤ Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave incluso nell'offerta di cui al punto 2);

➤ Carrello per carico/scarico per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 2);

**per un totale complessivo pari a € 111.250,00 (euro centoundicimiladuecentocinquanta/00), pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 5,0336%;**

ed uno sconto del 30,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

c) **Ditta Ultramed s.r.l.** - con sede legale a San Gregorio di Catania (provincia di Catania) - C.A.P. 95027 - in Via Macello n. 27 - in possesso del Codice Fiscale

e Partita I.V.A. 02732230871 - con proprio preventivo del 07 Novembre 2014

dichiara di essere disposta ad offrire:

1) n. 1 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 8 U.S.: per l'importo di € 35.950,00 (euro trentacinquemilanovecentocinquanta/00);

➤ Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1);

➤ Carrello per carico/scarico per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1);

2) n. 2 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 8 U.S. a doppia porta: al prezzo unitario di € 38.200,00 (euro trentottomiladuecento/00) e complessivo pari a € 76.400,00 (euro settantaseimilaquattrocento/00);

➤ Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave incluso nell'offerta di cui al punto 2);

➤ Carrello per carico/scarico per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 2);

**per un totale complessivo pari a € 112.350,00 (euro centododicimilatrecentocinquanta/00), pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del**

10,12%; ed uno sconto del 7,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

• **Lotto n. 2: Autoclave di Sterilizzazione a Vapore da 4 U.S. a Doppia Porta - CIG: 592692908A -**

a) **Ditta CISA Service s.r.l.** - con sede legale a Due Carrare (provincia di Padova)

- C.A.P. 35020 - in Via Veneto n. 32 - in possesso del Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 01439370287 - con proprio preventivo del 06 Novembre 2014 dichiara di

essere disposta ad offrire:

1) n. 1 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 4 U.S. a doppia porta: al prezzo

unitario di € 36.320,00 (euro trentaseimilatrecentoventi/00);

➤ Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave di cui al punto 1): € 1.120,00 (euro millecentoventi/00);

➤ Carrello per carico/scarico per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1): € 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00);

**per un totale complessivo pari a € 38.580,00 (euro trentottomilacinquecentocinquanta/00)**, pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 3,55%; ed uno sconto del 5,00% sui prodotti commercializzati simili presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

**b) Ditta Gentige S.p.A.** - con sede legale a Roma - C.A.P. 00148 - in Via dei Buonvisi n. 61/D - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05506871002 - con proprio preventivo del 06 Novembre 2014 dichiara di essere disposta ad offrire:

**1) n. 1 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 6 U.S. a doppia porta:** al prezzo unitario di € 37.280,00 (euro trentasettemiladuecentottanta/00);

➤ Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1);

➤ Carrello per carico/scarico per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1) ;

**per un totale complessivo pari a € 37.280,00 (euro trentasettemiladuecentottanta/00)**, pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 6,8%; ed uno sconto del 30,00% sui prodotti commercializzati simili presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

**c) Ditta Ultramed s.r.l.** - con sede legale a San Gregorio di Catania (provincia di



Catania) - C.A.P. 95027 - in Via Macello n. 27 - in possesso del Codice Fiscale

e Partita I.V.A. 02732230871 - con proprio preventivo del 07 Novembre 2014

dichiara di essere disposta ad offrire:

1) n. 1 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 4 U.S. a doppia porta: al prezzo unitario di € 37.300,00 (euro trentaseimilatrecento/00);

➤ Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1);

➤ Carrello per carico/scarico per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1) ;

**per un totale complessivo pari a € 37.300,00 (euro trentasettemilatrecento/00), pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 6,75%; ed uno sconto del 7,00% sui prodotti commercializzati simili presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;**

• **Lotto n. 4 - Frigorifero Biologico - CIG: 5927119D51 -**

a) Ditta Sato s.r.l. - con sede legale a Roma - C.A.P. 20186 - in Via della trinità dei Pellegrini n. 19 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01687080836 - con proprio preventivo del 06 Novembre 2014 dichiara di essere disposta ad offrire:

1) n. 2 Frigorifero biologico: al prezzo unitario di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) e complessivo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

**per un totale complessivo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 16,66%; ed uno sconto del 5,00% sui prodotti commercializzati simili presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;**

• **Lotto n. 5 - Monitor per le Sale Preparazione/Risveglio Paziente -**

**CIG: 5927187571 -**

a) Ditta **3C MED s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90144 - in Via Francesco Cilea n. 91 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05586860826 - con proprio preventivo del 06 Novembre 2014 dichiara di essere disposta ad offrire:

1) n. 6 monitor per le sale di preparazione/risveglio paziente: al prezzo unitario di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) e complessivo pari a € 84.000,00 (euro ottantaquattromila/00);

per un totale complessivo pari a € 84.000,00 (euro ottantaquattromila /00), pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 30%; ed uno sconto del 18,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

b) Ditta **Sifem Medical s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90146 - in Via Spagna n. 16 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05055000821 - con proprio preventivo del 10 Novembre 2014 dichiara di essere disposta ad offrire:

2) n. 6 monitor per le sale di preparazione/risveglio paziente: al prezzo unitario di € 15.833,33 (euro quindicimilaottocentotrentatre/33) e complessivo pari a € 95.000,00 (euro novantacinquemila/00);

per un totale complessivo pari a € 95.000,00 (euro novantacinquemila /00), pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 28,83%; ed uno sconto del 3,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

• **Lotto n. 6 - Lavastrumenti - CIG: 5927209798 -**

a) Ditta **Gentige S.p.A.** - con sede legale a Roma - C.A.P. 00148 - in Via dei

Buonvisi n. 61/D - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05506871002

- con proprio preventivo del 07 Novembre 2014 dichiara di essere disposta ad offrire:

1) n. 3 lavastrumenti: al prezzo unitario di € 6.000,00 (euro seimila/00) e complessivo pari a € 18.000,00 (euro diciottomila/00);

2) n. 3 carrello carico/scarico: al prezzo unitario di € 200,00 (euro duecento/00) e complessivo pari a € 600,00 (euro seicento/00);

3) n. 3 carrello per il lavaggio strumentario: al prezzo unitario di € 400,00 (euro quattrocento/00) e complessivo pari a € 1.200,00 (euro milleduecento/00);

4) n. 18 cestelli in rete: al prezzo unitario di € 40,00 (euro quaranta/00) e complessivo pari a € 720,00 (euro settecentoventi/00);

5) n. 3 carrello per il lavaggio strumentario di anestesia: al prezzo unitario di € 300,00 (euro trecento/00) e complessivo pari a € 900,00 (euro novecento/00);

6) n. 3 carrello per il lavaggio dello strumentario laparoscopico: al prezzo unitario di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) e complessivo pari a € 1.050,00 (euro milleduecentocinquanta/00);

7) n. 3 stampante per la riproduzione di tutti i principali dati inerenti ai cicli di lavaggio eseguiti: al prezzo unitario di € 100,00 (euro cento/00) e complessivo pari a € 300,00 (euro trecento/00);

**per un totale complessivo pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila /00), pari**

ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 5,125%; ed uno sconto del

30,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per

l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

• **Lotto n. 7 - Lavaferri ad Ultrasuoni - CIG: 5927227673 -**

a) **Ditta Laboindustria S.p.A.** - con sede legale a Arzegrande (provincia di Padova) - C.A.P. 35020 - in Via Matteotti n. 37 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283 - con proprio preventivo del 05 Novembre 2014 dichiarata di essere disposta ad offrire:

1) n. 2 Lavaferri ad ultrasuoni: al prezzo unitario di € 2.740,00 (euro duemilasettecentoquaranta/00) e complessivo pari a € 5.480,00 (euro cinquemilaquattrocentottanta/00);

2) n. 2 rubinetto di scarico: omaggio;

**per un totale complessivo pari a € 5.480,00 (euro cinquemilaquattrocentottanta/00)**, pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 2,14%; ed uno sconto dello 0% sui prodotti commercializzati simili presenti nel proprio listino;

• **Lotto n. 10 - Pompe di Infusione Complete da N.1 Box con N.4 Alloggiamenti - CIG: 5927274D3A -**

a) **Ditta Gimias s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90144 - in Via Emilia n. 38 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05073660820 - con proprio preventivo del 07 Novembre 2014 dichiarata di essere disposta ad offrire:

1) n. 8 Pompe di infusione: al prezzo unitario di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) e complessivo pari a € 9.600,00 (euro novemilaseicento/00);

2) n. 1 box per l'utilizzo di pompe di infusione in risonanza magnetica: al prezzo unitario e complessivo pari a € 18.800,00 (euro diciottomilaottocento/00);

3) n. 1 asta per il sostegno del box: compreso nella stazione;

**per un totale complessivo pari a € 28.400,00 (euro ventottomilaquattrocento/00)**, pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 11,25%; ed uno

sconto del 5,00% sui prodotti commercializzati simili presenti nel proprio listino,

valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

**b) Ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l.** - con sede legale a Isola della Scala (provincia di Verona) - C.A.P. 37063 - in Via Camagre n. 41 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03524050238 - con proprio preventivo del 14 Ottobre 2014 dichiara di essere disposta ad offrire:

**1) n. 8 Pompe di infusione:** al prezzo unitario di € 720,00 (euro settecentoventi/00) e complessivo pari a € 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta/00);

**2) n. 1 box per l'utilizzo di pompe di infusione in risonanza magnetica:** al prezzo unitario e complessivo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00);

**4) n. 1 asta per il sostegno del box:** compreso nella stazione;

**per un totale complessivo pari a € 20.760,00 (euro ventimilasettecentosessanta/00),** pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 35,125%; ed uno sconto dello 0,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

• **Lotto n. 11 - Barelle per Pronto Soccorso - CIG: 59272888C9 -**

**a) Ditta Hill-Rom S.p.A.** - con sede legale a Rodano (provincia di Milano) - C.A.P. 20090 - in Via G. Ambrosoli n. 6 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08817300158 - con proprio preventivo del 04 Novembre 2014 dichiara di essere disposta ad offrire:

**1) n. 13 Barelle per Pronto Soccorso:** al prezzo unitario di € 2.145,00 (euro duemilacentotrentacinque/00) e **complessivo pari a € 27.885,00 (euro ventisettemila-ottocentottantacinque/00);** pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 14,20%; ed uno sconto dello 40,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura,

compreso eventuale periodo di proroga.

**Si precisa che tutti gli importi indicati nelle offerte sopra elencate s'intendono escluso I.V.A.**

Il Presidente della Commissione di Gara procede quindi alla formazione del quadro comparativo complessivo delle offerte ed alla formulazione della graduatoria, che risulta trascritta nella seguente tabella:

N. LOTTO	RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA	PUNTI QUALITA'	IMPORTO OFFERTO AL NETTO I.V.A.	PUNTI PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE
1	1) Gentige S.p.A.	44,20/60	€ 111.250,00	40/40	84,20/100
	2) CISA Service s.r.l.	44,10/60	€ 116.525,00	38,19/40	82,29/100
	3) Ultramed s.r.l.	39,10/60	€ 112.350,00	10,12/40	78,65/100
2	1) Gentige S.p.A.	44,20/60	€ 37.280,00	40/40	84,20/100
	2) CISA Service s.r.l.	44,10/60	€ 38.580,00	38,65/40	82,75/100
	3) Ultramed s.r.l.	39,10/60	€ 37.300,00	39,98/40	79,08/100
4	SATO s.r.l.	44,00/60	€ 5.000,00	40/40	84,00/100
5	1) 3C MED s.r.l.	52,80/60	€ 84.000,00	40/40	92,80/100
	2) Sifem Medical s.r.l.	48,00/60	€ 95.000,00	35,37/40	83,37/100
6	Gentige S.p.A.	44,80/60	€ 22.770,00	40/40	84,80/100
7	Laboindustria S.p.A.	41,40/60	€ 5.480,00	40/40	81,40/100
10	1) Fresenius Kabi Italia s.r.l.	43,23/60	€ 20.760,00	40/40	83,23/100
	2) GIMAS s.r.l.	45,50/60	€ 28.400,00	29,24/40	74,74/100
11	Hill-Rom S.p.A.	45,60/60	€ 27.885,00	40/40	85,60/100

Sulla base dei superiori dati, il Presidente della Commissione di Gara, conformemente ai criteri di scelta dei contraenti disposti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo con la deliberazione del 29 Settembre 2014, n. 875, e dando atto che con tale provvedimento si è stabilito di procedere

all'aggiudicazione, anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida e congrua dal punto di vista economico, aggiudica provvisoriamente la: **Fornitura di Apparecchiature varie ed Arredi Sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione Full Risk per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo**, alle condizioni tutte stabilite con il Capitolato Speciale d'Appalto di riferimento, salve diverse valutazioni amministrative e/o tecniche e salva definitiva approvazione della presente procedura disposta dall'Organo deliberante dell'Azienda Ospedaliera, come sinteticamente trascritto di seguito con indicazione, della impresa aggiudicataria, del numero del Lotto aggiudicato e del suo valore annuale e triennale al netto di I.V.A.:

a) all'impresa **Gentige S.p.A.** - con sede legale a Roma - C.A.P. 00148 - in Via dei Buonvisi n. 61/D - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05506871002 - la fornitura:


• **Lotto n. 1: Autoclave di Sterilizzazione a Vapore - CIG: 59269219ED** - per il quale ha conseguito il punteggio complessivo prezzo/qualità pari a punti 84,20/100; alle condizioni e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto:

1) n. 1 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 8 U.S.: per l'importo di € 35.450,00 (euro trentacinquemilaquattrocentocinquanta/00);

➤ Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1);

➤ Carrello per carico/scarico per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1);

2) n. 2 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 8 U.S. a doppia porta: al prezzo



unitario di € 37.900,00 (euro trentasettemilanovecento/00) e complessivo pari a € 75.800,00 (euro settantacinquemilaottocento/00);

➤ Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave incluso nell'offerta di cui al punto 2);

➤ Carrello per carico/scarico per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 2);

**per un totale complessivo pari a € 111.250,00 (euro centoundicimiladuecentocinquanta/00), pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 5,0336%; ed uno sconto del 30,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;**

• **Lotto n. 2: Autoclave di Sterilizzazione a Vapore da 4 U.S. a Doppia Porta - CIG: 592692908A** - per il quale ha conseguito il punteggio complessivo prezzo/qualità pari a punti 84,20/100; alle condizioni e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto:

1) n. 1 Autoclave di sterilizzazione a vapore da 6 U.S. a doppia porta: al prezzo unitario di € 37.280,00 (euro trentasettemiladuecentottanta/00);

➤ Carrello interno in acciaio inox per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1);

➤ Carrello per carico/scarico per l'autoclave incluso nell'offerta incluso nell'offerta incluso nell'offerta di cui al punto 1) ;

**per un totale complessivo pari a € 37.280,00 (euro trentasettemiladuecentottanta/00), pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 6,8%; ed uno sconto del 30,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;**



• **Lotto n. 6 - Lavastrumenti - CIG: 5927209798** - per il quale ha conse-

guito il punteggio complessivo prezzo/qualità pari a punti 84,20/100; alle condi-  
zioni e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto:

**1)** n. 3 lavastrumenti: al prezzo unitario di € 6.000,00 (euro seimila/00) e complessivo pari a € 18.000,00 (euro diciottomila/00);

**2)** n. 3 carrello carico/scarico: al prezzo unitario di € 200,00 (euro duecento/00) e complessivo pari a € 600,00 (euro seicento/00);

**3)** n. 3 carrello per il lavaggio strumentario: al prezzo unitario di € 400,00 (euro quattrocento/00) e complessivo pari a € 1.200,00 (euro milleduecento/00);

**4)** n. 18 cestelli in rete: al prezzo unitario di € 40,00 (euro quaranta/00) e complessivo pari a € 720,00 (euro settecentoventi/00);

**5)** n. 3 carrello per il lavaggio strumentario di anestesia: al prezzo unitario di € 300,00 (euro trecento/00) e complessivo pari a € 900,00 (euro novecento/00);

**6)** n. 3 carrello per il lavaggio dello strumentario laparoscopico: al prezzo unitario di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) e complessivo pari a € 1.050,00 (euro millecinquanta/00);

**7)** n. 3 stampante per la riproduzione di tutti i principali dati inerenti ai cicli di lavaggio eseguiti: al prezzo unitario di € 100,00 (euro cento/00) e complessivo pari a € 300,00 (euro trecento/00);

**per un totale complessivo pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila /00), pari**

ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 5,125%; ed uno sconto del

30,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per

l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

**b) all'impresa Sato s.r.l. - con sede legale a Roma - C.A.P. 20186 - in Via della**

trinità dei Pellegrini n. 19 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A.

01687080836:

- **Lotto n. 4 - Frigorifero Biologico - CIG: 5927119D51** - per il quale ha conseguito il punteggio complessivo prezzo/qualità pari a punti 84,00/100; alle condizioni e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto:

➤ n. 2 Frigorifero biologico: al prezzo unitario di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) e complessivo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

**per un totale complessivo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00)**, pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 16,66%; ed uno sconto del 5,00% sui prodotti commercializzati simili presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

**c) all'impresa Ditta 3C MED s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90144 - in Via Francesco Cilea n. 91 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05586860826 -

- **Lotto n. 5 - Monitor per le Sale Preparazione/Risveglio Paziente - CIG: 5927187571** - per il quale ha conseguito il punteggio complessivo prezzo/qualità pari a punti 92,80/100; alle condizioni e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto:

➤ n. 6 monitor per le sale di preparazione/risveglio paziente: al prezzo unitario di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) e complessivo pari a € 84.000,00 (euro ottantaquattromila/00);

**per un totale complessivo pari a € 84.000,00 (euro ottantaquattromila /00)**, pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 30%; ed uno sconto del 18,00% sui prodotti commercializzati simili presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

**d) all'impresa Laboindustria S.p.A.** - con sede legale a Arzegrande (provincia di

Padova) - C.A.P. 35020 - in Via Matteotti n. 37 - in possesso del Codice Fiscale e

Partita I.V.A. 00805390283 -

• **Lotto n. 7 - Lavaferri ad Ultrasuoni - CIG: 5927227673** - per il quale ha conseguito il punteggio complessivo prezzo/qualità pari a punti 81,40/100; alle condizioni e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto:

1) n. 2 Lavaferri ad ultrasuoni: al prezzo unitario di € 2.740,00 (euro duemilasettecentoquaranta/00) e complessivo pari a € 5.480,00 (euro cinquemilaquattrocentottanta/00);

2) n. 2 rubinetto di scarico: omaggio;

**per un totale complessivo pari a € 5.480,00 (euro cinquemilaquattrocentottanta/00)**, pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 2,14%; ed uno sconto dello 0% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino;

**d) all'Impresa Fresenius Kabi Italia s.r.l.** - con sede legale a Isola della Scala (provincia di Verona) - C.A.P. 37063 - in Via Camagre n. 41 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03524050238 -

• **Lotto n. 10 - Pompe di Infusione Complete da N.1 Box con N.4 Alloggiamenti - CIG: 5927274D3A** - per il quale ha conseguito il punteggio complessivo prezzo/qualità pari a punti 83,23/100; alle condizioni e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto:

1) n. 8 Pompe di infusione: al prezzo unitario di € 720,00 (euro settecentoventi/00) e complessivo pari a € 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta/00);

2) n. 1 box per l'utilizzo di pompe di infusione in risonanza magnetica: al prezzo unitario e complessivo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00);

3) n. 1 asta per il sostegno del box: compreso nella stazione;

per un totale complessivo pari a € 20.760,00 (euro ventimilasettecentosesanta/00), pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 35,125%; ed uno sconto dello 0,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga;

e) all'Impresa Hill-Rom S.p.A. - con sede legale a Rodano (provincia di Milano) - C.A.P. 20090 - in Via G. Ambrosoli n. 6 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08817300158 -

• **Lotto n. 11 - Barelle per Pronto Soccorso - CIG: 59272888C9** - per il quale ha conseguito il punteggio complessivo prezzo/qualità pari a punti 85,60/100; alle condizioni e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto:

➤ n. 13 Barelle per Pronto Soccorso: al prezzo unitario di € 2.145,00 (euro duemilacentotrentacinque/00) e complessivo pari a € 27.885,00 (euro ventisettemila-ottocentottantacinque/00); pari ad uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 14,20%; ed uno sconto dello 40,00% sui prodotti commercializzati similari presenti nel proprio listino, valido per l'intero periodo della fornitura, compreso eventuale periodo di proroga.

Il Presidente della Commissione di Gara dichiara di riservarsi l'adozione dei necessari provvedimenti sull'offerta qualora presenta un rapporto prezzo/qualità anomalo, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

Il Presidente, alle ore dieci e quaranta minuti (10:40), dichiara conclusa la seduta e dispone la trasmissione degli atti di Gara al competente Ufficio dell'Area Patrimoniale, per il prosieguo dell'iter burocratico della pratica.

Si intendono costituire parte integrante del presente verbale, ancorché non allega-

ti per la loro voluminosità, le deliberazioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo del 29 Settembre 2014, n. 875, con i suoi allegati, del 23 Dicembre 2014, n. 1138, le note finalizzate a dare pubblicità alla Gara, i documenti prodotti dalle sopra indicate concorrenti, che rimangono tutti acquisiti in originale agli atti dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera.

Il presente Verbale, da me personalmente scritto con mezzo elettronico, occupa ventotto pagine intere e parte della ventinovesima fino alle firme e consta degli allegati sopra indicati segnati di lettere "A"- "B"; per complessivi 78 (settantotto) fogli formato UNIA/4, è letto, confermato e sottoscritto dal Presidente della Commissione di Gara, dai Testimoni e da me, in qualità di Ufficiale Rogante


*Dott. Aldo Albano - Presidente della Commissione di Gara:*



*Sig. Carmelo Parrino - Testimone:*



*Sig. Angela Tuttoilmondo - Testimone:*




*Sig. Giovanni Battista Cincotti - Ufficiale Rogante:*





Allegato ..... B .....  
all'atto N. .... 337 .....  
di repertorio  
del ..... 06/07/2015 .....



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
dell'Università degli Studi di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

Prot. n. 70/ea

Palermo, li 10/06/2015

Az. Osp. Univ. Policlinico "P. Giaccone"  
AREA PROVVEDITORATO  
**R** 12 GIU 2015  
Prot. N. 5823

Al Responsabile dell'Area Provveditorato  
Dott. Aldo ALBANO  
Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone"

**OGGETTO:** Verifica di conformità tecnica - Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di apparecchiature varie ed arredi sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione full risk per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone".

Con riferimento alla nota della S.V., relativa all'oggetto, si inviano, copia dei verbali di verifica delle schede tecniche presentate dalle ditte partecipanti e risultate ammesse alla gara in oggetto indicata, con allegata scheda di valutazione che ne fa parte integrante.

Si restituisce, altresì, la documentazione tecnica relativa ai prodotti offerti dalle ditte.

Il Presidente della Commissione Tecnica  
(Dott. Antonino FEDERICO)







**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE".**

**VERBALE N. 1**

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 14,30 nei locali dell'Area Provveditorato dell'A.O.U.P. - Via E. Toti 76 - si riunisce la Commissione nominata con deliberazione n. 1138 del 23/12/2014, composta dai Sigg.:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| Dott. Antonino FEDERICO - Dirigente Medico<br>U.O. di Anestesia e Rianimazione                     | <b>Presidente</b> |
| Sig. Alberto DI BIASE - Coll. Sanit. Profess. Esperto<br>U.O. di Chirurgia ad indirizzo Oncologico | <b>Componente</b> |
| Sig. Antonio MARRONE - Coll. Sanit. Profess. Esperto<br>U.O. di Chirurgia Generale e d'Urgenza     | <b>Componente</b> |
| Sig. Luigi LA FATA - Coll.. Ammin. Profess. Esperto<br>Area Provveditorato                         | <b>Segretario</b> |


al fine di procedere alla valutazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte dalle ditte partecipanti alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di apparecchiature varie ed arredi sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione full risk per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone".

**Ditte partecipanti per lotti**

**LOTTO N° 1 AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE**

- Ditte partecipanti:  
CISA SERVICE S.R.L.  
GENTIGE S.P.A.  
ULTRAMED S.R.L.

Handwritten signatures of the commission members and participants, including the President, components, and secretary, along with signatures of the participating companies.



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N° 2 AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DA 4 U.S. A DOPPIA  
PORTA**

Ditte partecipanti:  
**CISA SERVICE S.R.L.**  
**GENTIGE S.P.A.**  
**ULTRAMED S.R.L.**

**LOTTO N° 3 TERMOSALDATRICE**

Ditte partecipanti:  
**LABOINDUSTRIAA S.P.A.**

**LOTTO N° 4 FRIOGORIFERO BIOLOGICO**

Ditte partecipanti:  
**LABOINDUSTRIA S.P.A.**  
**SATO S.R.L.**

**LOTTO N° 5 MONITOR PER LE SALE PREPARAZIONE/RISVEGLIO PAZIENTE**

Ditte partecipanti:  
**3C MED S.R.L.**  
**GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.**  
**SIFEM MEDICAL S.R.L.**  
**MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.**

**LOTTO N° 6 LAVASTRUMENTI**

Ditte partecipanti:  
**GENTIGE S.P.A.**

**LOTTO N° 7 LAVAFERRI AD ULTRASUONI**

Ditte partecipanti:  
**LABOINDUSTRIAA S.P.A.**

**LOTTO N° 8 MONITOR MULTIPARAMETRICO PER L'UTILIZZO IN RISONANZA  
MAGNETICA**

Ditte partecipanti:  
**SIFEM MEDICAL S.R.L.**

**LOTTO N° 9 BARELLA AMAGNETICA.**

Ditte partecipanti:  
**DESERTO**

*[Handwritten signatures and initials]*



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N° 10 POMPE DI INFUSIONE COMPLETE DI N.1 BOX CON N.4  
ALLOGGIAMENTI**

Ditte partecipanti:

**GIMAS S.R.L.**

**FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.**

**LOTTO N° 11 BARELLE PER PRONTO SOCCORSO**

Ditte partecipanti:

**HILL-ROM S.P.A.**

**LOTTO N° 12 LARINGOSCOPIO AMAGNETICO**

Ditte partecipanti:

**DESERTO**

**LOTTO N° 13 ASPIRATORE CHIRURGICO CARRELLATO**

Ditte partecipanti:

**DESERTO**

**LOTTO N° 14 ASPIRATORE CHIRURGICO AMAGNETICO**

Ditte partecipanti:

**DESERTO**

Il Presidente verifica e fa verificare ai componenti della Commissione l'integrità del plico contenente presumibilmente le suddette offerte tecniche e procede all'apertura dello stesso.  
La Commissione tecnica decide di iniziare i lavori di valutazione esaminando prima i lotti dove partecipa una sola ditta.

Quindi prende in esame la documentazione tecnica del lotto n. 3- TERMOSALDATRICE, per il quale partecipa la ditta **LABOINDUSTRIA S.P.A.**

Si procede alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali minime, cui devono corrispondere i beni, per poter ammettere la sopra citata Ditta alle fasi successive della gara.

La Commissione dopo attenta valutazione esprime un giudizio di non conformità, in quanto non risponde ai requisiti minimi richiesti dal CSA, ovvero:

- **Apparecchiatura non in grado di tagliare e saldare contemporaneamente;**
- **Non è in grado di saldare buste termosaldabili in PVC, polietilene, polipropilene;**
- **Non ha la possibilità di regolare la temperatura.**

Pertanto la ditta **LABOINDUSTRIA S.P.A.**, non è ammessa al proseguimento della gara.

*[Handwritten signatures and initials]*



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

I lavori procedono prendendo in esame la documentazione tecnica del lotto n. 6 - LAVASTRUMENTI, al quale partecipa la ditta **GENTIGE S.P.A.**

Si procede alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali minime, cui devono corrispondere i beni, per poter ammettere la sopra citata Ditta alle fasi successive della gara.

La Commissione dopo attenta valutazione esprime un giudizio di conformità, in quanto risponde ai requisiti minimi richiesti dal CSA, pertanto è ammessa al proseguimento della gara.

Si procede, alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando il punteggio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, fornendo al contempo le relative motivazioni, come da scheda allegata che costituisce parte integrante del presente verbale.

Si procede prendendo in esame la documentazione tecnica del lotto n. 7 - LAVAFERRI AD ULTRASUONI, al quale partecipa la ditta **LABOINDUSTRIA S.P.A.**

Si procede alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali minime, cui devono corrispondere i beni, per poter ammettere la sopra citata Ditta alle fasi successive della gara.

La Commissione dopo attenta valutazione esprime un giudizio di conformità, in quanto risponde ai requisiti minimi richiesti dal CSA, pertanto è ammessa al proseguimento della gara.

Si procede, alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando il punteggio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, fornendo al contempo le relative motivazioni, come da scheda allegata che costituisce parte integrante del presente verbale.

I lavori continuano prendendo in esame la documentazione tecnica del lotto n. 8 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PER L'UTILIZZO IN RISONANZA MAGNETICA, al quale partecipa la ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**

Si procede alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali minime, cui devono corrispondere i beni, per poter ammettere la sopra citata Ditta alle fasi successive della gara.

La Commissione dopo attenta valutazione esprime un giudizio di conformità, in quanto risponde ai requisiti minimi richiesti dal CSA, pertanto è ammessa al proseguimento della gara.

Si procede, alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, il punteggio sarà definito dopo l'espletamento della prova pratica.

4



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

Si procede prendendo in esame la documentazione tecnica del lotto n. 11 - BARELLE PER PRONTO SOCCORSO, al quale partecipa la ditta **HILL-ROM S.P.A.**

Si procede alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali minime, cui devono corrispondere i beni, per poter ammettere la sopra citata Ditta alle fasi successive della gara.  
La Commissione dopo attenta valutazione esprime un giudizio di conformità, in quanto risponde ai requisiti minimi richiesti dal CSA, pertanto è ammessa al proseguimento della gara.

Si procede, alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando il punteggio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, fornendo al contempo le relative motivazioni, come da scheda allegata che costituisce parte integrante del presente verbale.

Conclusi i lotti ai quali partecipa una sola ditta si passa al lotto n. 4 - FRIOGORIFERO BIOLOGICO, al quale partecipano le ditte **LABOINDUSTRIA S.P.A. e SATO S.R.L.**

Si procede alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali minime, cui devono corrispondere i beni, per poter ammettere le sopra citate Ditte alle fasi successive della gara.


La Commissione dopo attenta valutazione esprime un giudizio di conformità per la ditta **SATO S.R.L.** in quanto risponde ai requisiti minimi richiesti dal CSA, ammettendo la stessa al proseguimento della gara, mentre esprime un parere di non conformità per la ditta **LABOINDUSTRIA S.P.A.**, in quanto offre un range di temperatura che va da 2°C a 10°C, mentre il CSA richiede da 0°C a 10°C, pertanto la ditta non è ammessa al proseguimento della gara.

Considerato che la ditta **SATO S.R.L.** è l'unica rimasta in gara, si procede, alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando il punteggio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, fornendo al contempo le relative motivazioni, come da scheda allegata che costituisce parte integrante del presente verbale.

Si prende visione delle schede tecniche delle ditte partecipanti al lotto n. 10 - POMPE DI INFUSIONE COMPLETE DI N.1 BOX CON N.4 ALLOGGIAMENTI, al quale partecipano le ditte **GIMAS S.R.L. e FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.**


La Commissione dopo attenta valutazione esprime un giudizio di conformità per entrambe le ditte in quanto rispondono ai requisiti minimi richiesti dal CSA, ammettendo le stesse al proseguimento della gara.

Si procede, alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando il punteggio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, fornendo al contempo le relative motivazioni, come da scheda allegata che costituisce parte integrante del presente verbale.

 5











**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

Per il lotto n. 10, i lavori di attribuzione dei punteggi si concluderanno dopo l'espletamento della prova pratica.

La Commissione ultimati i lavori, alle ore 18,00, stabilisce di riunirsi in data da destinarsi.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

Dott. Antonino FEDERICO

Sig. Alberto DI BIASE

Sig. Antonio MARRONE


Sig. Luigi LA FATA


Presidente

Componente

Componente

Segretario







**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE  
PRESENTATE DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO, MEDIANTE  
PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED  
ARREDI SANITARI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE  
FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE".**

**VERBALE N. 2**

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 14,30 nei locali dell'Area Provveditorato dell'A.O.U.P. - Via E. Toti 76 - si riunisce la Commissione nominata con deliberazione n. 1138 del 23/12/2014, composta dai Sigg.:

Dott. Antonino FEDERICO - Dirigente Medico  
U.O. di Anestesia e Rianimazione

**Presidente**

Sig. Alberto DI BIASE - Coll. Sanit. Profess. Esperto  
U.O. di Chirurgia ad indirizzo Oncologico

**Componente**

Sig. Antonio MARRONE - Coll. Sanit. Profess. Esperto  
U.O. di Chirurgia Generale e d'Urgenza

**Componente**

Sig. Luigi LA FATA - Coll. Ammin. Profess. Esperto  
Area Provveditorato

**Segretario**

al fine di procedere alla valutazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte dalle ditte partecipanti alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di apparecchiature varie ed arredi sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione full risk per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone".

La Commissione prende in esame le schede tecniche dei lotti:


**LOTTO N° 1 AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE**

al quale partecipano le ditte:

**CISA SERVICE S.R.L.**

**GENTIGE S.P.A.**

**ULTRAMED S.R.L.**



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N° 2 AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DA 4 U.S. A DOPPIA  
PORTA**

al quale partecipano le ditte:

**CISA SERVICE S.R.L.**

**GENTIGE S.P.A.**

**ULTRAMED S.R.L.**

Si procede alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali minime, cui devono corrispondere i beni, per poter ammettere la sopra citate Ditte alle fasi successive della gara.

La Commissione dopo attenta valutazione esprime un giudizio di conformità, in quanto tutte le ditte rispondono ai requisiti minimi richiesti dal CSA, pertanto sono ammesse al proseguimento della gara.

La Commissione prima di attribuire i punteggi come da CSA, ha la necessità di chiedere dei chiarimenti a tutte le ditte partecipanti ai lotti 1 e 2, pertanto si chiede:

**punto 1.2. del CSA – quantificare il numero di cicli di funzionamento**

**punto 1.6. del CSA – quantificare il risparmio energetico**

**punto 1.7. del CSA – quantificare il risparmio idrico**

**punto 1.8. del CSA – durata dei cicli di sterilizzazione**

**punto 1.9. del CSA – indicare il numero di allarmi e dotazioni di sicurezza.**

La Commissione ultimati i lavori, alle ore 17,30, stabilisce di riunirsi in data da destinarsi, dopo che saranno giunti i sopra citati chiarimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

Dott. Antonino FEDERICO

Sig. Alberto DI BIASE

Sig. Antonio MARRONE

Sig. Luigi LA FATA


Presidente

Componente

Componente

Segretario





**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE  
PRESENTATE DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO, MEDIANTE  
PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED  
ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE  
FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE".**

**VERBALE N. 3**

L'anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 14,30 nei locali dell'Area Provveditorato dell'A.O.U.P. - Via E. Toti 76 - si riunisce la Commissione nominata con deliberazione n. 1138 del 23/12/2014, composta dai Sigg.:

Dott. Antonino FEDERICO - Dirigente Medico  
U.O. di Anestesia e Rianimazione

**Presidente**

Sig. Alberto DI BIASE - Coll. Sanit. Profess. Esperto  
U.O. di Chirurgia ad indirizzo Oncologico

**Componente**

Sig. Antonio MARRONE - Coll. Sanit. Profess. Esperto  
U.O. di Chirurgia Generale e d'Urgenza

**Componente**

Sig. Luigi LA FATA - Coll. Ammin. Profess. Esperto  
Area Provveditorato

**Segretario**

al fine di procedere alla valutazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte dalle ditte partecipanti alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di apparecchiature varie ed arredi sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione full risk per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone".

**LOTTO N° 5 MONITOR PER LE SALE PREPARAZIONE/RISVEGLIO PAZIENTE**

Ditte partecipanti:


3C MED S.R.L.

GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.

SIFEM MEDICAL S.R.L.

MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.

Il Presidente comunica che sono pervenuti i chiarimenti richiesti alle ditte CISA SERVICE S.R.L., GENTIGE S.P.A. e ULTRAMED S.R.L. partecipanti ai lotti N° 1 AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE e N° 2 AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DA 4 U.S. A DOPPIA PORTA.



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

Si procede così alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando il punteggio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, fornendo al contempo le relative motivazioni, come da scheda allegata che costituisce parte integrante del presente verbale.

I lavori procedono prendendo in esame la documentazione tecnica dell'ultimo lotto - **LOTTO N° 5 MONITOR PER LE SALE PREPARAZIONE/RISVEGLIO PAZIENTE**, al quale partecipano le ditte **3C MED S.R.L.**, **GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.**, **SIFEM MEDICAL S.R.L.** e **MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.**

Si procede alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali minime, cui devono corrispondere i beni, per poter ammettere le sopra citate Ditte alle fasi successive della gara.

La Commissione dopo attenta valutazione esprime un giudizio di conformità, per le ditte, **3C MED S.R.L.**, **GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.** e **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, in quanto rispondono ai requisiti minimi richiesti dal CSA, ammettendo le stesse al proseguimento della gara.

La Commissione si riserva di dare un giudizio per la ditta **MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.**, in quanto necessitano dei chiarimenti in merito al prodotto offerto.

Si procede, alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando il punteggio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, fornendo al contempo le relative motivazioni, come da scheda allegata che costituisce parte integrante del presente verbale, alle proposte migliorative, il punteggio sarà definito dopo l'espletamento della prova pratica.

La Commissione ultimati i lavori, alle ore 18,00, stabilisce di riunirsi in data \_\_\_\_\_ per l'espletamento della prova pratica per i lotti:

Letto, approvato e sottoscritto.  
La Commissione:

Dott. Antonino FEDERICO

Sig. Alberto DI BIASE

Sig. Antonio MARRONE

Sig. Luigi LA FATA

Presidente

Componente

Componente

Segretario



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE".**

**VERBALE N. 4**

L'anno duemilaquindici, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 15.00 nei locali dell'Area Provveditorato dell'A.O.U.P. - Via E. Toti 76 - si riunisce la Commissione nominata con deliberazione n. 1138 del 23/12/2014, composta dai Sigg.:

Dott. Antonino FEDERICO - Dirigente Medico  
U.O. di Anestesia e Rianimazione

**Presidente**

Sig. Alberto DI BIASE - Coll. Sanit. Profess. Esperto  
U.O. di Chirurgia ad indirizzo Oncologico

**Componente**

Sig. Antonio MARRONE - Coll. Sanit. Profess. Esperto  
U.O. di Chirurgia Generale e d'Urgenza

**Componente**

Sig. Luigi LA FATA - Coll. Ammin. Profess. Esperto  
Area Provveditorato


**Segretario**

al fine di procedere alla valutazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte dalle ditte partecipanti alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di apparecchiature varie ed arredi sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione full risk per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone".

Il Presidente comunica che sono pervenuti i chiarimenti richiesti alla ditta **MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.**

Prendendo in esame la documentazione tecnica presentata, la Commissione valuta la ditta conforme al proseguimento della gara, in quanto risponde ai requisiti minimi previsti dal CSA.

I lavori procedono con la valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando il punteggio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, fornendo al contempo le relative motivazioni, come da scheda allegata che costituisce parte integrante del presente verbale.



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

La Commissione ultimati i lavori, alle ore 17,00 stabilisce di riunirsi in data 13.04.2015 per l'espletamento della prova pratica per il lotto N° 5 - MONITOR PER LE SALE EPARAZIONE/RISVEGLIO PAZIENTE.





Letto, approvato e sottoscritto.  
La Commissione:




Dott. Antonino FEDERICO


Sig. Alberto DI BIASE

Sig. Antonio MARRONE

Sig. Luigi LA FATA

Presidente   
Componente   
Componente   
Segretario 

  
2  



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE  
PRESENTATE DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO, MEDIANTE  
PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED  
ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE  
FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE".**

**VERBALE N. 5**

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di Aprile alle ore 9,30 nei locali dell'Anestesia e Rianimazione del Policlinico di Palermo, Via del Vespro 129, si riunisce la Commissione nominata con deliberazione n. 1138 del 23/12/2014, composta dai Sigg.:

Dott. Antonino FEDERICO - Dirigente Medico  
U.O. di Anestesia e Rianimazione

**Presidente**

Sig. Alberto DI BIASE - Coll. Sanit. Profess. Esperto  
U.O. di Chirurgia ad indirizzo Oncologico

**Componente**

Sig. Antonio MARRONE - Coll. Sanit. Profess. Esperto  
U.O. di Chirurgia Generale e d'Urgenza

**Componente**

Sig. Luigi LA FATA - Coll. Ammin. Profess. Esperto  
Area Provveditorato

**Segretario**

al fine di procedere alla prova pratica per il lotto N° 5 - **MONITOR PER LE SALE  
EPARAZIONE/RISVEGLIO PAZIENTE**, al quale hanno partecipato le ditte:

3C MED S.R.L.

GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.

SIFEM MEDICAL S.R.L.

MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.,

per la valutazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte dalle ditte partecipanti alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di apparecchiature varie ed arredi sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione full risk per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone".

Alle ore 10,00, sono presenti le ditte 3C MED S.R.L., GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. e SIFEM MEDICAL S.R.L., non si presenta la ditta MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L., che verrà pertanto esclusa al proseguimento della gara.

Effettuato un sorteggio per decidere chi inizierà la prova pratica, si giunge all'ordine seguente:

1^ - ditta SIFEM MEDICAL S.R.L.



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

2^ - ditta 3C MED S.R.L.

3^ - ditta GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.

Alle ore 12,30, terminata la prova pratica, la Commissione congeda le ditte partecipanti, e procede a definire i lavori.

Il Presidente della Commissione dichiara **non conforme** la Ditta **GE Medical System Italia S.P.A.** per il lotto n. 5 in quanto, così come comunicato dallo stesso responsabile della ditta, il prodotto offerto è costituito da n. 6 monitor mod. carescape B850 e n. 3 monitor mod. carescape B450, quest'ultimo per il monitoraggio durante il trasporto e a posto letto, mentre la richiesta è di n. 6 prodotti chiaramente completi, ovvero monitor fisso più monitor da trasporto, considerato anche dal fatto che i prodotti vanno ad unità operative diverse.

Si dichiara inoltre, che la ditta sopra citata non sarebbe dovuta essere invitata per la prova pratica ed essere esclusa già in partenza, ma dalle schede tecniche e dall'allegato dell'offerta economica del prodotto senza prezzo non si evinceva la discrasia tra n. 6 monitor mod. carescape B850 e n. 3 monitor mod. carescape B450.

I lavori procedono con la valutando le uniche due ditte ammesse al proseguimento della gara, ovvero la ditta 3C MED S.R.L. e la ditta SIFEM MEDICAL S.R.L.

Si procede pertanto alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando il punteggio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, fornendo al contempo le relative motivazioni, come da scheda allegata che costituisce parte integrante del presente verbale.

La Commissione termina i lavori, alle ore 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

Dott. Antonino FEDERICO

Sig. Alberto DI BIASE

Sig. Antonio MARRONE

Sig. Luigi LA FATA

Presidente

Componente

Componente

Segretario



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE".**

**VERBALE N. 6**

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 9,30 nei locali dell'U.O. di Diagnostica per Immagini, Via del Vespro 129 dell'A.O.U. Policlinico di Palermo, Via del Vespro 129, si riunisce la Commissione nominata con deliberazione n. 1138 del 23/12/2014, composta dai Sigg.:

Dott. Antonino FEDERICO - Dirigente Medico  
U.O. di Anestesia e Rianimazione

**Presidente**

Sig. Alberto DI BIASE - Coll. Sanit. Profess. Esperto  
U.O. di Chirurgia ad indirizzo Oncologico

**Componente**

Sig. Antonio MARRONE - Coll. Sanit. Profess. Esperto  
U.O. di Chirurgia Generale e d'Urgenza

**Componente**

Sig. Luigi LA FATA - Coll. Ammin. Profess. Esperto  
Area Provveditorato

**Segretario**

al fine di procedere alla prova pratica per il lotto N° 10 – LOTTO N° 10 - POMPE DI INFUSIONE COMPLETE DI N.1 BOX CON N.4 ALLOGGIAMENTI, al quale hanno partecipato le ditte:  
ditta GIMAS S.R.L.  
ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

per la valutazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte dalle ditte partecipanti alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di apparecchiature varie ed arredi sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione full risk per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone".

Alle ore 10,00, sono presenti entrambe le ditte, in accordo con le stesse si giunge all'ordine seguente:

1^ - ditta GIMAS S.R.L.

2^ - ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

Alle ore 13,00, terminata la prova pratica, la Commissione congeda le ditte partecipanti, e procede a definire i lavori.

Si procede pertanto alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, alla valutazione dell'organizzazione della fornitura e servizio di assistenza post vendita e alla valutazione delle proposte migliorative, assegnando il punteggio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, fornendo al contempo le relative motivazioni, come da scheda allegata che costituisce parte integrante del presente verbale.

La Commissione termina i lavori, alle ore 13,30, e decide di riunirsi in data da destinarsi.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

Dott. Antonino FEDERICO

Sig. Alberto DI BIASE

Sig. Antonio MARRONE





Sig. Luigi LA FATA




Presidente

Componente

Componente

Segretario





**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE".**

**VERBALE N. 7**

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di Giugno alle ore 14,30, nei locali dell'Area Provveditorato, dell'A.O.U. Policlinico di Palermo, Via E.Toti 76, si riunisce la Commissione nominata con deliberazione n. 1138 del 23/12/2014, composta dai Sigg.:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| Dott. Antonino FEDERICO - Dirigente Medico<br>U.O. di Anestesia e Rianimazione                     | <b>Presidente</b> |
| Sig. Alberto DI BIASE - Coll. Sanit. Profess. Esperto<br>U.O. di Chirurgia ad indirizzo Oncologico | <b>Componente</b> |
| Sig. Antonio MARRONE - Coll. Sanit. Profess. Esperto<br>U.O. di Chirurgia Generale e d'Urgenza     | <b>Componente</b> |
| Sig. Luigi LA FATA - Coll. Ammin. Profess. Esperto<br>Area Provveditorato                          | <b>Segretario</b> |

Il Presidente comunica ai componenti della Commissione Tecnica che, oltre alla nota inviata dalla ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.** con la quale comunicava l'impossibilità di partecipare alla prova pratica designata, mediante e-mail ha ulteriormente comunicato che il prodotto offerto sarà disponibile per una eventuale prova pratica intorno al 22 Giugno c.a.


Considerati i vari impegni professionali dei componenti della Commissione e considerata la necessità di acquisire in tempi brevi il materiale richiesto, la Commissione decide di sospendere la valutazione del **LOTTO N°8 MONITOR MULTIPARAMETRICO PER L'UTILIZZO IN RISONANZA MAGNETICA**, per il quale ha partecipato la sola ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, in attesa dell'espletamento della prova pratica. La Commissione ultima i lavori, alle ore 16,00, chiude la seduta, e decide di inviare tutta la documentazione relativa la gara al responsabile dell'Area Provveditorato.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

- Dott. Antonino FEDERICO  
Sig. Alberto DI BIASE  
Sig. Antonio MARRONE  
Sig. Luigi LA FATA

Presidente	
Componente	
Componente	
Segretario	





**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE".**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE**

**LOTTO N°1: AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE**

Ditte partecipanti:  
**CISA SERVICE S.R.L.**  
**GENTIGE S.P.A.**  
**ULTRAMED S.R.L.**

<b>P ARAMETRO</b>	<b>P. Max</b>	<b>CISA</b>	<b>GENTIGE</b>	<b>ULTRAMED</b>
<b>Caratteristiche secondo i seguenti criteri:</b>	<b>40</b>			
1- Capacità di carico (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha la maggior capacità di carico ).	6	6	6	6
2- Numero di cicli di funzionamento(verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha il maggior numero di cicli di funzionamento ).	6	3,8	6	1,10
3- Tubazioni interamente realizzate in acciaio inox e raccordi di tipo sanitario	4	4	4	4
4- Rumorosità' (db) (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha la minor rumorosità )	2	2	2	1,8
5- Modalità' di selezione dei cicli pre-configurati e di impostazione dei cicli personalizzati	4	4	4	4
6- Risparmio energetico (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha il minor consumo energetico )	2	2	2	2
7- Risparmio idrico (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha il minor consumo idrico).	2	2	2	2
8- Durata dei cicli di sterilizzazione (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha la minor durata nel ciclo di sterilizzazione )	4	3,4	3,2	4
9- Allarmi e dotazioni di sicurezza (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di allarmi e dotazioni di sicurezza ).	6	6	6	6

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

10- Caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste.	4	0	0	0
--	---	---	---	---

ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	P. Max	CISA	GENTIGE	ULTRAMED
1- La propria struttura di vendita, logistica e distributiva e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo	3	2,1	1,8	2,4
2- Programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento	1	0,8	0	0
3- Le modalità di formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ed il tipo di supporto che l'Impresa aggiudicataria è in grado di prestare all'avviamento e nell'utilizzo della strumentazione offerta	2	2	1,8	1,2

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	P. Max	CISA	GENTIGE	ULTRAMED
1- Modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk	2	1,4	1,6	1,8
2- Durata della garanzia superiore a 3 anni	4	1	0	0
3- Le modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia	2	1	1	0
4- Definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica	1	0,6	0,8	0,8

CERTIFICAZIONI DI QUALITA'	P. Max	CISA	GENTIGE	ULTRAMED
Possesso della Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione del fabbricante rilasciata, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1	1	1
Possesso della Certificazione di qualità aziendale del distributore/ rivenditore rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1	1	1
Possesso della Certificazione rilasciata dalla Food and drug Administration (FDA) per l'apparecchiatura offerta.	NO= 0 punti SI = 2 punti	0	0	0

Punteggio totale 60,00 44,10 44,20 39,10

*[Handwritten signatures and initials]*



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Caratteristiche Tecniche**

**Punto 1-** In merito alla capacità di carico, considerato che tutte le ditte partecipanti offrono un prodotto equivalente, la Commissione attribuisce a tutte le ditte il **massimo del punteggio**.

**Punto 2-** In merito al numero di cicli di funzionamento, la Commissione applicando la formula descritta nel CSA, attribuisce il seguente punteggio:

<b>CISA SERVICE S.R.L.</b>	<b>67 cicli</b>	<b>Punti 3,80</b>
<b>GENTIGE S.P.A.</b>	<b>106 cicli</b>	<b>Punti 6,0</b>
<b>ULTRAMED S.R.L.</b>	<b>20 cicli</b>	<b>Punti 1,10</b>

**Punto 3-** In merito alle tubazioni interamente realizzate in acciaio inox e raccordi di tipo sanitario, considerato che tutte le ditte partecipanti offrono un prodotto equivalente, la Commissione attribuisce a tutte le ditte il **massimo del punteggio**.

**Punto 4-** In merito alla rumorosità, la Commissione applicando la formula descritta nel CSA, attribuisce il seguente punteggio:

<b>CISA SERVICE S.R.L.</b>	<b>&lt;53 db</b>	<b>Punti 2,0</b>
<b>GENTIGE S.P.A.</b>	<b>&lt;53 db</b>	<b>Punti 2,0</b>
<b>ULTRAMED S.R.L.</b>	<b>&lt;59,5 db</b>	<b>Punti 1,80</b>

**Punto 5-** In merito alle modalità di selezione dei cicli pre-configurati e di impostazione dei cicli personalizzati considerato che tutte le ditte partecipanti offrono un prodotto equivalente, la Commissione attribuisce a tutte le ditte il **massimo del punteggio**.

**Punti 6 e 7-** Considerato che il risparmio energetico ed il risparmio idrico dipendono dal tipo di carico, non si può dare un'oggettiva valutazione, pertanto la Commissione attribuisce a tutte le ditte il **massimo del punteggio**.

**Punto 8-** In merito alla durata dei cicli di sterilizzazione, la Commissione verificata una media dei valori comunicati dalle ditte partecipanti, così come sotto elencati:

<b>Tip.</b>	<b>CISA SERVICE S.R.L.</b>	<b>ULTRAMED S.R.L.</b>	<b>GENTIGE S.P.A.</b>
Test vuoto	30	19	20
Tessile 134°	40	45	45
Guanti 121°	50	50	60
Strum. Chir. 134°	40	35	45
Bowie & Dik	40	22	40
<b>Media</b>	<b>200/5 = 40</b>	<b>171/5 = 34,2</b>	<b>210/5 = 42</b>

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, a signature with the number '3' in the middle, and several other signatures on the right.



Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

applicando la formula descritta nel CSA, attribuisce il seguente punteggio:

CISA SERVICE S.R.L.	40	Punti 3,4
ULTRAMED S.R.L.	34,2	Punti 4,0
GENTIGE S.P.A.	42	Punti 3,2

**Punto 9-** In merito agli allarmi e dotazioni di sicurezza, la Commissione attribuisce a tutte le ditte il massimo del punteggio, **Punti 6**, in quanto offrono un prodotto equivalente.

**Punto 10-** In merito alle caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste, la Commissione non riscontrando caratteristiche migliorative per nessuna delle ditte partecipanti esprime per tutte una valutazione **Inidonea**.

### Organizzazione della fornitura

**Punto 1-** In merito alla propria struttura di vendita, logistica e distributiva etc..., la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Discreto** per la ditta CISA SERVICE S.R.L., non ha rete distributiva in zona, n. 2 informatori scientifici.

**Sufficiente** per la ditta GENTIGE S.P.A., non ha rete distributiva in zona, sede a Roma.

**Buono** per la ditta ULTRAMED S.R.L., rete distributiva nella zona interessata, n. 4 informatori scientifici.

**Punto 2-** In merito al programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Buono** per la ditta CISA SERVICE S.R.L., installazione 30gg. e collaudo 5gg.

**Inidoneo** per la ditta GENTIGE S.P.A. e per la ditta ULTRAMED S.R.L, in quanto non offrono un tempo diverso da quello richiesto come requisito minimo dal CSA.

**Punto 3-** In merito alle modalità di formazione del personale dell'Azienda, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Eccellente** per la ditta CISA SERVICE S.R.L., 4 gg.

**Ottimo** per la ditta GENTIGE S.P.A., 16 ore.

**Sufficiente** per la ditta ULTRAMED S.R.L., 4 ore.



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Programma di manutenzione**

**Punto 1-** In merito alle modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Discreto** per la ditta **CISA SERVICE S.R.L.**, intervento entro 8 ore, n. 2 visite annue manutenzione preventiva.

**Buono** per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, intervento entro 4 ore, n. 2 visite annue manutenzione preventiva, una verifica sicurezza elettrica.

**Ottimo** per la ditta **ULTRAMED S.R.L.**, intervento entro 4 ore, n. 2 visite annue manutenzione preventiva, una verifica sicurezza elettrica, interventi illimitati su chiamata.

**Punto 2-** In merito alla durata della garanzia superiore a 3 anni, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

<b>CISA SERVICE S.R.L.</b> , 4 anni	<b>Punti 1</b>
<b>GENTIGE S.P.A.</b> , 3 anni	<b>Punti 0</b>
<b>ULTRAMED S.R.L.</b> , 3 anni	<b>Punti 0</b>

**Punto 3-** In merito alle modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia etc., la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

<b>CISA SERVICE S.R.L.</b> , 7%	<b>Punti 1</b>
<b>GENTIGE S.P.A.</b> , 7,5%	<b>Punti 1</b>
<b>ULTRAMED S.R.L.</b> , nessun dato	<b>Punti 0</b>

**Punto 4-** In merito alla definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Sufficiente** per la ditta **CISA SERVICE S.R.L.**, centro assistenza Adelfia (BA), n. 2 tecnici su Palermo.

**Buono** per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, centro di assistenza a Palermo con n. 2 tecnici.

**Ottimo** per la ditta **ULTRAMED S.R.L.**, centro di assistenza a Palermo con n. 6 tecnici altamente specializzati, di cui n. 2 specialisti del prodotto.

**Certificazioni di qualità**

<b>CISA SERVICE S.R.L.</b>	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Distrib/Rivend.</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
<b>GENTIGE S.P.A.</b>	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>
	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Distrib/Rivend</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
<b>ULTRAMED S.R.L.</b>	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>
	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Distrib/Rivend</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N°2: AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DA 4 U.S. A  
DOPPIA PORTA**

Ditte partecipanti:  
CISA SERVICE S.R.L.  
GENTIGE S.P.A.  
ULTRAMED S.R.L.

PARAMETRO	P. Max	CISA	GENTIGE	ULTRAMED
<b>Caratteristiche secondo i seguenti criteri:</b>	<b>40</b>			
1- Capacità di carico (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha la maggior capacità di carico).	6	6	6	6
2- Numero di cicli di funzionamento (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha il maggior numero di cicli di funzionamento).	6	3,8	6	1,10
4- Tubazioni interamente realizzate in acciaio inox e raccordi di tipo sanitario	4	4	4	4
4- Rumorosità (db) (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha la minor rumorosità)	2	2	2	1,8
5- Modalità di selezione dei cicli pre-configurati e di impostazione dei cicli personalizzati	4	4	4	4
6- Risparmio energetico (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha il minor consumo energetico)	2	2	2	2
7- Risparmio idrico (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha il minor consumo idrico).	2	2	2	2
8- Durata dei cicli di sterilizzazione (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha la minor durata nel ciclo di sterilizzazione)	4	3,4	3,2	4
9- Allarmi e dotazioni di sicurezza (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di allarmi e dotazioni di sicurezza).	6	6	6	6
10- Caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste.	4	0	0	0

ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	P. Max	CISA	GENTIGE	ULTRAMED
1- La propria struttura di vendita, logistica e distributiva e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo	3	2,1	1,8	2,4
2- Programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento	1	0,8	0	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

3- Le modalità di formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ed il tipo di supporto che l'Impresa aggiudicataria è in grado di prestare all'avviamento e nell'utilizzo della strumentazione offerta	2	2	1,8	1,2
--	---	---	-----	-----

<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</b>				
	<b>P. Max</b>	<b>CISA</b>	<b>GENTIGE</b>	<b>ULTRAMED</b>
1- Modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk	2	1,4	1,6	1,8
2- Durata della garanzia superiore a 3 anni	4	1	0	0
3- Le modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia	2	1	1	0
5- Definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica	1	0,6	0,8	0,8


<b>CERTIFICAZIONI DI QUALITA'</b>				
	<b>P. Max</b>	<b>CISA</b>	<b>GENTIGE</b>	<b>ULTRAMED</b>
Possesso della Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione del fabbricante rilasciata, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1	1	1
Possesso della Certificazione di qualità aziendale del distributore/ rivenditore rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1	1	1
Possesso della Certificazione rilasciata dalla Food and drug Administration (FDA) per l'apparecchiatura offerta.	NO= 0 punti SI = 2 punti	0	0	0
<b>Punteggio totale</b>	<b>60,00</b>	<b>44,10</b>	<b>44,20</b>	<b>39,10</b>

**Caratteristiche Tecniche**

**Punto 1-** In merito alla capacità di carico, considerato che tutte le ditte partecipanti offrono un prodotto equivalente, la Commissione attribuisce a tutte le ditte il **massimo del punteggio**.

**Punto 2-** In merito al numero di cicli di funzionamento, la Commissione applicando la formula descritta nel CSA, attribuisce il seguente punteggio:

CISA SERVICE S.R.L.      67 cicli      Punti 3,80  
GENTIGE S.P.A.      106 cicli      Punti 6,0  
ULTRAMED S.R.L.      20 cicli      Punti 1,10



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Punto 3-** In merito alle tubazioni interamente realizzate in acciaio inox e raccordi di tipo sanitario, considerato che tutte le ditte partecipanti offrono un prodotto equivalente, la Commissione attribuisce a tutte le ditte il massimo del punteggio.

**Punto 4-** In merito alla rumorosità, la Commissione applicando la formula descritta nel CSA, attribuisce il seguente punteggio:

CISA SERVICE S.R.L.	<53 db	Punti 2,0
GENTIGE S.P.A.	<53 db	Punti 2,0
ULTRAMED S.R.L.	<59,5 db	Punti 1,80

**Punto 5-** In merito alle modalità di selezione dei cicli pre-configurati e di impostazione dei cicli personalizzati considerato che tutte le ditte partecipanti offrono un prodotto equivalente, la Commissione attribuisce a tutte le ditte il massimo del punteggio.

**Punti 6 e 7-** Considerato che il risparmio energetico ed il risparmio idrico dipendono dal tipo di carico, non si può dare un'oggettiva valutazione, pertanto la Commissione attribuisce a tutte le ditte il massimo del punteggio.

**Punto 8-** In merito alla durata dei cicli di sterilizzazione, la Commissione verificata una media dei valori comunicati dalle ditte partecipanti, così come sotto elencati:


Tip.	CISA SERVICE S.R.L.	ULTRAMED S.R.L.	GENTIGE S.P.A.
Test vuoto	30	19	20
Tessile 134°	40	45	45
Guanti 121°	50	50	60
Strum. Chir. 134°	40	35	45
Bowie & Dik	40	22	40
Media	200/5 = 40	171/5 = 34,2	210/5 = 42

applicando la formula descritta nel CSA, attribuisce il seguente punteggio:

CISA SERVICE S.R.L.	40	Punti 3,4
ULTRAMED S.R.L.	34,2	Punti 4,0
GENTIGE S.P.A.	42	Punti 3,2

**Punto 9-** In merito agli allarmi e dotazioni di sicurezza, la Commissione attribuisce a tutte le ditte il massimo del punteggio, Punti 6, in quanto offrono un prodotto equivalente.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Punto 10-** In merito alle caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste, la Commissione non riscontrando caratteristiche migliorative per nessuna delle ditte partecipanti esprime per tutte una valutazione Inidonea.

### Organizzazione della fornitura

**Punto 1-** In merito alla propria struttura di vendita, logistica e distributiva etc..., la Commissione esprime il seguente giudizio:

Discreto per la ditta **CISA SERVICE S.R.L.**, non ha rete distributiva in zona, n. 2 informatori scientifici.

Sufficiente per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, non ha rete distributiva in zona, sede a Roma.

Buono per la ditta **ULTRAMED S.R.L.**, rete distributiva nella zona interessata, n. 4 informatori scientifici.

**Punto 2-** In merito al programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento, la Commissione esprime il seguente giudizio:

Buono per la ditta **CISA SERVICE S.R.L.**, installazione 30gg. e collaudo 5gg.

Inidoneo per la ditta **GENTIGE S.P.A.** e per la ditta **ULTRAMED S.R.L.**, in quanto non offrono un tempo diverso da quello richiesto come requisito minimo dal CSA.

**Punto 3-** In merito alle modalità di formazione del personale dell'Azienda, la Commissione esprime il seguente giudizio:

Eccellente per la ditta **CISA SERVICE S.R.L.**, 4 gg.

Ottimo per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, 16 ore.

Sufficiente per la ditta **ULTRAMED S.R.L.**, 4 ore.

### Programma di manutenzione

**Punto 1-** In merito alle modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk, la Commissione esprime il seguente giudizio:

Discreto per la ditta **CISA SERVICE S.R.L.**, intervento entro 8 ore, n. 2 visite annue manutenzione preventiva.

Buono per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, intervento entro 4 ore, n. 2 visite annue manutenzione preventiva, una verifica sicurezza elettrica.

Ottimo per la ditta **ULTRAMED S.R.L.**, intervento entro 4 ore, n. 2 visite annue manutenzione preventiva, una verifica sicurezza elettrica, interventi illimitati su chiamata.



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Punto 2-** In merito alla durata della garanzia superiore a 3 anni, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

<b>CISA SERVICE S.R.L.</b> ,	4 anni	<b>Punti 1</b>
<b>GENTIGE S.P.A.</b> ,	3 anni	<b>Punti 0</b>
<b>ULTRAMED S.R.L.</b> ,	3 anni	<b>Punti 0</b>

**Punto 3-** In merito alle modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia etc., la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

<b>CISA SERVICE S.R.L.</b> ,	7%	<b>Punti 1</b>
<b>GENTIGE S.P.A.</b> ,	7,5%	<b>Punti 1</b>
<b>ULTRAMED S.R.L.</b> ,	nessun dato	<b>Punti 0</b>

**Punto 4-** In merito alla definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Sufficiente** per la ditta **CISA SERVICE S.R.L.**, centro assistenza Adelfia (BA), n. 2 tecnici su Palermo.

**Buono** per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, centro di assistenza a Palermo con n. 2 tecnici.

**Ottimo** per la ditta **ULTRAMED S.R.L.**, centro di assistenza a Palermo con n. 6 tecnici altamente specializzati, di cui n. 2 specialisti del prodotto.

**Certificazioni di qualità**

<b>CISA SERVICE S.R.L.</b>	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Distrib/Rivend.</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>
<b>GENTIGE S.P.A.</b>	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Distrib/Rivend</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>
<b>ULTRAMED S.R.L.</b>	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Distrib/Rivend</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>

**LOTTO N°3: TERMOSADALTRICE**

Ditte partecipanti:  
**LABOINDUSTRIAA S.P.A.**

**NON CONFORME (Vedi Verbale n. 1)**

10



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N°4: FRIGORIFERO BIOLOGICO**

Ditte partecipanti:

**LABOINDUSTRIA S.P.A.**

**SATO S.R.L.**


**NON CONFORME (Vedi Verbale n. 1)**

<b>PARAMETRO</b>	<b>Punt. Max.</b>	<b>SATO</b>
<b>Caratteristiche secondo i seguenti criteri:</b>	<b>40</b>	
1- Capacita' (verrà attribuito il maggior punteggio all'attrezzatura con la capacità ).	6	6
2- Interruttore on/off tramite password	4	4
3- Numero di ripiani (verrà attribuito il maggior punteggio all'attrezzatura con il maggior numero di ripiani ).	6	6
4- Porta in vetro	6	6
5- Stabilità della temperatura	2	2
6- Sistema di registrazione della temperatura	4	4
7- Presenza di contatti per la remotizzazione dei segnali d'allarme	4	4
8- Allarmi e dotazioni di sicurezza (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di allarmi e dotazioni di sicurezza ).	4	4
9- Caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste	4	0

<b>ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>P. Max.</b>	<b>SATO</b>
1- La propria struttura di vendita, logistica e distributiva e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo	3	1,8
2- Programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento	1	0,6
3- Le modalità di formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ed il tipo di supporto che l'Impresa aggiudicataria è in grado di prestare all'avviamento e nell'utilizzo della strumentazione offerta	2	1,4

<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</b>	<b>P. Max.</b>	<b>SATO</b>
1- Modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk	2	1,6
2- Durata della garanzia superiore a 3 anni	4	0
3- Le modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia	2	1

11



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

4- Definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica	1	0,6
---	---	-----

CERTIFICAZIONI DI QUALITA'	P. Max.	SATO
Possesso della Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione del fabbricante rilasciata, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	0
Possesso della Certificazione di qualità aziendale del distributore/ rivenditore rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1
Possesso della Certificazione rilasciata dalla Food and drug Amministration (FDA) per l'apparecchiatura offerta.	NO= 0 punti SI = 2 punti	0
<b>Punteg. tot. 60,00</b>		<b>44,00</b>

**Valutazione caratteristiche tecniche**

**Punti 1 - 3 - 8** - La ditta **Sato** essendo l'unica ditta partecipante, gli viene attribuito il **massimo punteggio**.

**Punti 2- 4 - 5 -6 - 7** - Essendo caratteristiche tecniche presenti si conferisce il **massimo punteggio**.

**Punto 8** - Non si evidenziano caratteristiche migliorative, pertanto la C.T. attribuisce un giudizio **Inidoneo**.

**Organizzazione della fornitura**

**Punto 1-** In merito alla propria struttura di vendita, logistica e distributiva etc..., la Commissione esprime il seguente giudizio:  
**Sufficiente** per la ditta **SATO**., rete distributiva nella zona di Messina.

**Punto 2-** In merito al programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento, la Commissione esprime il seguente giudizio:  
**Sufficiente** per la ditta **SATO**, installazione 30gg. e collaudo 15gg.

**Punto 3-** In merito alle modalità di formazione del personale dell'Azienda, la Commissione esprime il seguente giudizio:  
**Discreto** per la ditta **SATO**, 4 ore di corso.

**Programma di manutenzione**

**Punto 1-** In merito alle modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk, la Commissione esprime il seguente giudizio:

12



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Buono** per la ditta SATO, intervento entro 3 ore, n. 1 visita annua manutenzione preventiva, una verifica sicurezza elettrica.

**Punto 2-** In merito alla durata della garanzia superiore a 3 anni, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

ditta SATO                      3 anni                      **Punti 0**

**Punto 3-** In merito alle modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia etc.., la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

ditta SATO    7%                      **Punti 1**


**Punto 4-** In merito alla definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Sufficiente** per la ditta CISA SERVICE S.R.L., centro assistenza a Messina, n. 1 tecnico.

**Certificazioni di qualità**

ditta SATO	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>
	<b>Distrib/Rivend.</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>

13



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N°5: MONITOR PER LE SALE PREPARAZIONE/RISVEGLIO  
PAZIENTE**

Ditte partecipanti:  
3C MED S.R.L.  
SIFEM MEDICAL S.R.L.

P ARAMETRO	P. Max.	3C MED	SIFEM
<b>Caratteristiche secondo i seguenti criteri:</b>	<b>40</b>		
1- Dimensioni del display(verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con le maggiori dimensione del display ).	2	2	2
2- Autonomia delle batterie in configurazione base (utilizzo continuo) (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con la maggior autonomia delle batterie ).	5	5	2,1
3- Memorizzazione e visualizzazione di trend grafici e numerici (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di trend ).	4	4	3,2
4- Numero e tipologia di parametri visualizzabili sul display (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di parametri visualizzabili sul display ).	5	5	5
5- Allarmi e dotazioni di sicurezza (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di allarmi e dotazioni di sicurezza ).	2	2	2
6- Caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste	2	2	2
<b>Caratteristiche prestazionali ( legate alla prova pratica ) secondo i seguenti criteri</b>	<b>20</b>		
1- Praticità, semplicità, immediatezza ed intuitività di utilizzo	4	3,6	3,6
2- Qualità del segnale	6	5,4	5,4
3- Visualizzazione della forma d'onda	6	5,4	5,4
4- Facilità ed ergonomia d'uso, (peso, dimensioni, ecc...)	4	4	3,2

ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	P. Max.	3C MED	SIFEM
1- La propria struttura di vendita, logistica e distributiva e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo	3	2,7	2,7

*[Handwritten signature]*  
14

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

2- Programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento	1	0,8	0,8
3- Le modalità di formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ed il tipo di supporto che l'Impresa aggiudicataria è in grado di prestare all'avviamento e nell'utilizzo della strumentazione offerta	2	1,8	1,8

<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</b>	<b>P. Max.</b>	<b>3C MED</b>	<b>SIFEM</b>
1- Modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk	2	1,8	1,6
2- Durata della garanzia superiore a 3 anni	4	2,4	2,4
3- Le modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia	2	2	2
4- Definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica	1	0,9	0,8

<b>CERTIFICAZIONI DI QUALITA'</b>	<b>P. Max.</b>	<b>3C MED</b>	<b>SIFEM</b>
Possesso della Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione del fabbricante rilasciata, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1	1
Possesso della Certificazione di qualità aziendale del distributore/ rivenditore rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1	1
Possesso della Certificazione rilasciata dalla Food and drug Administration (FDA) per l'apparecchiatura offerta.	NO= 0 punti SI = 2 punti	0	0
<b>Punteggio totale</b>	<b>60,00</b>	<b>52,80</b>	<b>48,00</b>

**Caratteristiche Tecniche**

**Punto 1-** In merito alle dimensioni del display, la Commissione attribuisce ad entrambe le ditte il **massimo del punteggio**, in quanto offrono un prodotto equivalente, Monitor 19".

**Punto 2-** In merito all'autonomia delle batterie in configurazione base, la Commissione, così come definisce il CSA, attribuisce il seguente punteggio:

3C MED S.R.L.                      2 ore + 5 ore                      **Punti 5,0**  
SIFEM MEDICAL S.R.L.        ----- + 3 ore                      **Punti 2,1**

15



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Punto 3-** In merito alla memorizzazione e visualizzazione di trend grafici e numerici, la Commissione, così come definisce il CSA, attribuisce il seguente punteggio:

<b>3C MED S.R.L.</b>	<b>120 ore</b>	<b>Punti 4,0</b>
<b>SIFEM MEDICAL S.R.L.</b>	<b>96 ore</b>	<b>Punti 3,2</b>

**Punto 4-** In merito al numero e tipologia di parametri visualizzabili sul display, la Commissione attribuisce ad entrambe le ditte il **massimo del punteggio**, in quanto offrono un prodotto equivalente.

**Punto 5-** In merito agli allarmi e dotazioni di sicurezza, la Commissione attribuisce ad entrambe le ditte il **massimo del punteggio**, in quanto offrono un prodotto equivalente.

**Punto 6-** In merito alle caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste, la Commissione esprime la seguente valutazione:

**Eccellente** per la ditta **3C MED S.R.L.**, piccola stampante incorporata, batteria a tampone.

**Eccellente** per la ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, configurabilità di dieci profili paziente personalizzabili oltre quelli pre impostati.

**Prova Pratica**

**Punto 1-** In merito alla praticità, semplicità, immediatezza ed intuitività di utilizzo, la Commissione esprime per entrambe un giudizio **Ottimo**, in quanto offrono un prodotto equivalente.


**Punto 2-** In merito alla qualità del segnale, la Commissione esprime per entrambe un giudizio **Ottimo**, in quanto offrono un prodotto equivalente.


**Punto 3-** In merito alla visualizzazione della forma d'onda, la Commissione esprime per entrambe un giudizio **Ottimo**, in quanto offrono un prodotto equivalente.


**Punto 4-** In merito alla facilità ed ergonomia d'uso, (peso, dimensioni, ecc...), , la Commissione esprime la seguente valutazione:

**Eccellente** per la ditta **3C MED S.R.L.**, monitor portatile da 5" per un peso di circa 800 gr., misura L.80,5mm A.102mm P. 136,5mm


**Buono** per la ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, monitor portatile da 3,5" per un peso di circa 1,25 Kg., misura L.188mm A.98mm P. 86mm

  
16









COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

### Organizzazione della fornitura

1- In merito alla propria struttura di vendita, logistica e distributiva, la Commissione esprime la seguente valutazione:

**Ottimo** per la ditta **3C MED S.R.L.**, rete distributiva in zona, informatori scientifici nella zona interessata, n. 4 unità di personale.

**Ottimo** per la ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, rete distributiva in zona, informatori scientifici nella zona interessata, n. 6 unità di personale.

2- In merito al programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento, la Commissione esprime la seguente valutazione:

**Buono** per la ditta **3C MED S.R.L.**, 21 gg. per l'installazione, 3gg. per il collaudo.

**Buono** per la ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, 25 gg. per l'installazione, 1 giorno per il collaudo.

3- In merito alle modalità di formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, la Commissione esprime la seguente valutazione:

**Ottimo** per la ditta **3C MED S.R.L.**, la ditta si mette a totale disposizione dell'Azienda per tutti i corsi che servono.

**Ottimo** per la ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, corso di 2 ore con possibilità di ripeterlo più volte.

### Programma di manutenzione

1- In merito alla modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk, la Commissione esprime la seguente valutazione:

**Ottimo** per la ditta **3C MED S.R.L.**, intervento entro 4 ore, n.1 manutenzione preventiva all'anno, n. 1 controllo funzionale all'anno, interventi illimitati su chiamata.

**Buono** per la ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, intervento entro 4 ore, n.2 manutenzioni preventive all'anno, n. 2 verifiche di sicurezza elettrica all'anno, interventi illimitati su chiamata, possibilità di muletto.

2- In merito alla durata della garanzia superiore a 3 anni, la Commissione esprime la seguente valutazione:

**Sufficiente** per la ditta **3C MED S.R.L.**, minimo richiesto 36 mesi.


**Sufficiente** per la ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, minimo richiesto 36 mesi.

3- In merito alle modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia, la Commissione esprime la seguente valutazione:

**Eccellente** per la ditta **3C MED S.R.L.**, 4,5% Punti 2

**Buono** per la ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, 4% Punti 2

17



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

4- In merito alla definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica, la Commissione esprime la seguente valutazione:

**Ottimo** per la ditta **3C MED S.R.L.**, centro di assistenza a Palermo, n. 2 tecnici.

**Buono** per la ditta **SIFEM MEDICAL S.R.L.**, centro di assistenza a Palermo.

### Certificazioni di qualità

Possesso della Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione del fabbricante rilasciata, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000



**3C MED S.R.L.** **Punti 1**  
**SIFEM MEDICAL S.R.L.** **Punti 1**



Possesso della Certificazione di qualità aziendale del distributore/ rivenditore rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000


**3C MED S.R.L.** **Punti 1**  
**SIFEM MEDICAL S.R.L.** **Punti 1**

Possesso della Certificazione rilasciata dalla Food and drug Administration (FDA) per l'apparecchiatura offerta.


**3C MED S.R.L.** **Punti 0**  
**SIFEM MEDICAL S.R.L.** **Punti 0**

  
18  








COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N°6: LAVASTRUMENTI**

Ditte partecipanti:  
**GENTIGE S.P.A.**

<b>P ARAMETRO</b>	<b>Punt. Max.</b>	<b>GENTIGE</b>
<b>Caratteristiche secondo i seguenti criteri:</b>	<b>40</b>	
1- Caratteristiche dell'acciaio utilizzato nelle varie parti dell'apparecchiatura	3	2,7
2- Modalita' di selezione dei cicli preconfigurati e di impostazione dei cicli personalizzati	5	4,5
3- Dimensioni della camera di lavaggio (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con la camera di lavaggio con le maggiori dimensioni).	4	4
4- Portata della pompa di circolazione del liquido di lavaggio (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con la pompa di circolazione con la maggior portata).	4	4
5- Potenza elettrica richiesta per il funzionamento (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che necessita della minor potenza elettrica per il funzionamento).	3	3
6- Rumorosita' (db) (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura che ha la minor rumorosità).	3	3
7- Numero programmi di lavaggio (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con ha il maggior numero di programmi di lavaggio).	6	6
8- Durata dei cicli di lavaggio (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con ha il ciclo di lavaggio con la minor durata).	4	4
9- Allarmi e dotazioni di sicurezza (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di allarmi e dotazioni di sicurezza).	4	4
10- Caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste	4	-----

<b>ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>P. Max.</b>	<b>GENTIGE</b>
1- La propria struttura di vendita, logistica e distributiva e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo	3	1,8
2- Programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento	1	0,6



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

3- Le modalità di formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ed il tipo di supporto che l'Impresa aggiudicataria è in grado di prestare all'avviamento e nell'utilizzo della strumentazione offerta	2	1,8
--	---	-----

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	P. Max.	GENTIGE
1- Modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk	2	1,6
2- Durata della garanzia superiore a 3 anni	4	0
3- Le modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia	2	1
4- Definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica	1	0,8

CERTIFICAZIONI DI QUALITA'	P. Max.	GENTIGE
Possesso della Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione del fabbricante rilasciata, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1
Possesso della Certificazione di qualità aziendale del distributore/ rivenditore rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1
Possesso della Certificazione rilasciata dalla Food and drug Amministration (FDA) per l'apparecchiatura offerta.	NO= 0 punti SI = 2 punti	0
<b>Punteg. tot. 60,00</b>		<b>44,80</b>

**Valutazione caratteristiche tecniche**

Punti 1- 2 – La C.T. valuta la ditta Gentige Ottimo.

Punti 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8-9 - La ditta Gentige essendo l'unica ditta partecipante, gli viene attribuito il massimo punteggio.

Punto 10 – Non si evidenziano caratteristiche migliorative, pertanto la C.T. attribuisce un giudizio Inidoneo.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a signature with the number 20 and other illegible signatures.



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Organizzazione della fornitura**

**Punto 1-** In merito alla propria struttura di vendita, logistica e distributiva etc..., la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Sufficiente** per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, non ha rete distributiva in zona, sede a Roma.

**Punto 2-** In merito al programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Sufficiente** per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, installazione 30gg. e collaudo 15gg.

**Punto 3-** In merito alle modalità di formazione del personale dell'Azienda, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Ottimo** per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, 16 ore.

**Programma di manutenzione**

**Punto 1-** In merito alle modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Buono** per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, intervento entro 4 ore, n. 2 visite annue manutenzione preventiva, una verifica sicurezza elettrica.

**Punto 2-** In merito alla durata della garanzia superiore a 3 anni, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

**GENTIGE S.P.A.**,                      3 anni                      **Punti 0**

**Punto 3-** In merito alle modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia etc.. , la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

**GENTIGE S.P.A.**,                      7,5%                      **Punti 1**


**Punto 4-** In merito alla definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Buono** per la ditta **GENTIGE S.P.A.**, centro di assistenza a Palermo con n. 2 tecnici.

**Certificazioni di qualità**

<b>GENTIGE S.P.A.</b>	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Distrib/Rivend</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>

21



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N°7: LAVAFERRI AD ULTRASUONI**

Ditte partecipanti:  
**LABOINDUSTRIA S.P.A.**

<b>P ARAMETRO</b>	<b>Punt. Max.</b>	<b>LABOINDUSTRIA</b>
<b>Caratteristiche secondo i seguenti criteri:</b>	<b>40</b>	
1- Capacita'(verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con la maggior capacità ).	9	9
2- Range di temperatura (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior range di temperatura).	9	9
3- Frequenza ultrasuoni (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con la maggior frequenza ultrasuoni ).	8	8
4- Allarmi e dotazioni di sicurezza(verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di allarmi e dotazioni di sicurezza ).	8	8
5- Caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste.	6	-----

<b>ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>P. Max.</b>	<b>LABOINDUSTRIA</b>
1- La propria struttura di vendita, logistica e distributiva e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo	3	1,8
2- Programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento	1	0,6
3- Le modalità di formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ed il tipo di supporto che l'Impresa aggiudicataria è in grado di prestare all'avviamento e nell'utilizzo della strumentazione offerta	2	1,2

<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</b>	<b>P. Max.</b>	<b>LABOINDUSTRIA</b>
1- Modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk	2	1,2
2- Durata della garanzia superiore a 3 anni	4	0
3- Le modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia	2	0
4-Definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica	1	0,6

*[Handwritten signatures and initials]*





COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

CERTIFICAZIONI DI QUALITA'	P. Max.	LABOINDUSTRIA
Possesso della Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione del fabbricante rilasciata, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1
Possesso della Certificazione di qualità aziendale del distributore/ rivenditore rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1
Possesso della Certificazione rilasciata dalla Food and drug Amministration (FDA) per l'apparecchiatura offerta.	NO= 0 punti SI = 2 punti	0
<b>Punteg. tot. 60,00</b>		<b>41,40</b>

### Valutazione caratteristiche tecniche

**Punti 1 - 2 - 3 - 4 -** La ditta LABOINDUSTRIA essendo l'unica ditta partecipante, gli viene attribuito il **massimo punteggio**.

**Punto 5 -** Non si evidenziano caratteristiche migliorative, pertanto la C.T. attribuisce un giudizio **Inidoneo**.

### Organizzazione della fornitura

**Punto 1-** In merito alla propria struttura di vendita, logistica e distributiva etc..., la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Sufficiente** per la ditta LABOINDUSTRIA, n. 1 Collab. Scientifico per Calabria e Sicilia.

**Punto 2-** In merito al programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Sufficiente** per la ditta LABOINDUSTRIA., installazione 30gg. e collaudo 15gg.

**Punto 3-** In merito alle modalità di formazione del personale dell'Azienda, la Commissione esprime il seguente giudizio:


**Sufficiente** per la ditta LABOINDUSTRIA., 1 ora.

### Programma di manutenzione

**Punto 1-** In merito alle modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Sufficiente** per la ditta LABOINDUSTRIA intervento entro 48 ore.

23



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Punto 2-** In merito alla durata della garanzia superiore a 3 anni, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

LABOINDUSTRIA                      3 anni                      **Punti 0**

**Punto 3-** In merito alle modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia etc.., la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

LABOINDUSTRIA                      nessun dato                      **Punti 0**

**Punto 4-** In merito alla definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Sufficiente** per la ditta LABOINDUSTRIA, centro di assistenza a Padova, n. 1 tecnico in Siciulia.

**Certificazioni di qualità**

LABOINDUSTRIA	Produttore	SI/NO	<b>Punti 1</b>
	Distrib/Rivend	SI/NO	<b>Punti 1</b>
	Certificaz. FDA	SI/NO	<b>Punti 0</b>

24



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N°8: MONITOR MULTIPARAMETRICO PER L'UTILIZZO IN  
RISONANZA MAGNETICA**

Ditte partecipanti:

**SIFEM MEDICAL S.R.L.**

**SOSPESO**

**LOTTO N° 9 BARELLA AMAGNETICA.**

Ditte partecipanti:

**DESERTO**

*[Handwritten signatures and initials]*

25



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N°10: POMPE DI INFUSIONE COMPLETE DI N.1 BOX CON N.4 ALLOGGIAMENTI**

Ditte partecipanti:

**GIMAS S.R.L.**

**FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.**

<b>P PARAMETRO</b>	<b>P. Max.</b>	<b>GIMAS</b>	<b>FRESENIUS</b>
<b>Caratteristiche secondo i seguenti criteri:</b>	<b>25</b>		
1- Peso (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il minor peso)	2	2	1,4
2- Dimensioni (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con le minor dimensioni )	2	2	1,83
3- Durata della batteria (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con la maggior durata di batterie in configurazione base ad utilizzo continuo )	4	4	2,5
4- Caratteristiche del flusso di infusione	2	1,6	1,6
5- Numero e tipologia di parametri visualizzabili sul display (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di parametri visualizzabili sul display )	2	1,6	1,6
6- Monitoraggio continuo dell'intensita' del campo magnetico	2	1,6	1,6
7- Numero e tipologia di siringhe utilizzabili (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di tipologie di siringhe utilizzabili)	4	3,2	3,2
8- Accuratezza di infusione	2	1,6	1,6
9- Numero di farmaci presenti in memoria (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di farmaci presenti in memoria ).	2	2	0,20
10- Allarmi e dotazioni di sicurezza (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di allarmi e dotazioni di sicurezza ).	3	2,4	2,4
11- Caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste	2	0	0
<b>Caratteristiche prestazionali ( legate alla prova pratica ) secondo i seguenti criteri</b>	<b>15</b>	<b>GIMAS</b>	<b>FRESENIUS</b>
1- Praticità, semplicità, immediatezza ed intuitività di utilizzo delle pompe	2	1,6	1,6
2- Gestione parametri di infusione e allarmi delle pompe	5	4,0	4,0
3- Procedure di pulizia e disinfezione	4	3,2	3,2
4- Facilità ed ergonomia d'uso del sistema box per rm	4	3,2	3,2
4- Procedure di pulizia e disinfezione	4	3,2	3,2



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

<b>ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>P. Max.</b>	<b>GIMAS</b>	<b>FRESENIUS</b>
1- La propria struttura di vendita, logistica e distributiva e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo	3	2,4	2,7
2- Programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento	1	0,7	0,6
3- Le modalità di formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ed il tipo di supporto che l'Impresa aggiudicataria è in grado di prestare all'avviamento e nell'utilizzo della strumentazione offerta	2	1,8	1,6

<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</b>	<b>P. Max.</b>	<b>GIMAS</b>	<b>FRESENIUS</b>
1- Modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk	2	1,6	1,6
2- Durata della garanzia superiore a 3 anni	4	0	0
3- Le modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia	2	0	1
4- Definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica	1	0,8	0,6

<b>CERTIFICAZIONI DI QUALITA'</b>	<b>P. Max.</b>		
Possesso della Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione del fabbricante rilasciata, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	0	1
Possesso della Certificazione di qualità aziendale del distributore/ rivenditore rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1	1
Possesso della Certificazione rilasciata dalla Food and drug Amministration (FDA) per l'apparecchiatura offerta.	NO= 0 punti SI = 2 punti	0	0

Punti max 60,00      45,50      43,23


**Caratteristiche Tecniche**

**Punto 1-** In merito al peso, applicando la formula come da CSA, si attribuiscono:

**punti 2,0** per la ditta **GIMAS**, peso Kg. 1,4

**punti 1,4** per la ditta **FRESENIUS**, peso Kg. 2.0

27



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Punto 2** - In merito alle dimensioni, applicando la formula come da CSA, si attribuiscono:  
**punti 2,0** per la ditta **GIMAS**, dimensioni L. 656 cm., H. 1350 cm., P. 600.  
**punti 1,83** per la ditta **FRESENIUS**, dimensioni L. 620 cm., H. 1510 cm., P. 620.

**Punto 3** - In merito alla durata della batteria, applicando la formula come da CSA, si attribuiscono:  
**punti 4,0** per la ditta **GIMAS**, 16 ore con un flusso di 5 ml.  
**punti 2,50** per la ditta **FRESENIUS**, 10 ore con un flusso di 5 ml.

**Punti 4, 5, 6, 7, 8 e 10** - Considerato che le due ditte in merito ai punti elencati, offrono un prodotto equivalente, la Commissione valuta entrambe le ditte **Buono**.

**Punto 9** - In merito al numero di farmaci presenti in memoria, applicando la formula come da CSA, si attribuiscono:  
**punti 2,0** per la ditta **GIMAS**, 1200 farmaci.  
**punti 0,20** per la ditta **FRESENIUS**, 120 farmaci.

**Punto 11** - La Commissione non valutando caratteristiche migliorative, attribuisce ad entrambe una valutazione **Inidoneo**.

Prova Pratica

**Punti 1, 2, 3 e 4** - Considerato che le due ditte in merito ai punti elencati, offrono un prodotto equivalente, la Commissione valuta entrambe le ditte **Buono**.

Organizzazione della fornitura

**Punto 1**- In merito alla propria struttura di vendita, logistica e distributiva etc..., la Commissione esprime il seguente giudizio:  
**Ottimo** per la ditta **FRESENIUS**, struttura di vendita composta da n. 12 unità di personale, n. 2 agenti nella zona interessata, rete distributiva in zona (si appoggia alla ditta Intermedia s.r.l.).  
**Buono** per la ditta **GIMAS**, rete distributiva nella zona interessata, rete di informazione tecnico-scientifica, n. 1 agente di vendita.

**Punto 2**- In merito al programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento, la Commissione esprime il seguente giudizio:  
**Sufficiente** per la ditta **FRESENIUS**, installazione 30gg. e collaudo 15gg.  
**Discreto** per la ditta **GIMAS**, installazione 30gg. e collaudo 7 gg.

**Punto 3**- In merito alle modalità di formazione del personale dell'Azienda, la Commissione esprime il seguente giudizio:  
**Buono** per la ditta **FRESENIUS**, corsi di 2 ore per tutti i reparti interessati.  
**Ottimo** per la ditta **GIMAS**, 6 ore di corso.

28



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Programma di manutenzione**

**Punto 1-** In merito alle modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Buono** per la ditta **FRESENIUS**, intervento programmati ogni 3 anni, verifica sicurezza elettrica annuale, interventi illimitati nei 36 mesi, muletto, intervento 4 ore alta urgenza, 1 giorno media urgenza e 3 gg. bassa urgenza.

**Buono** per la ditta **GIMAS**, intervento entro 4 ore in alta urgenza, intervento 8 ore urgenza media, n. 1 visita annua manutenzione preventiva per il Box e n. 1 visita ogni 24 mesi manutenzione preventiva per la pompa, interventi illimitati durante il periodo di garanzia.

**Punto 2-** In merito alla durata della garanzia superiore a 3 anni, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

<b>FRESENIUS</b>	3 anni	<b>Punti 0</b>
<b>GIMAS</b>	3 anni	<b>Punti 0</b>

**Punto 3-** In merito alle modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia etc.. , la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

<b>FRESENIUS,</b>	8%	<b>Punti 1</b>
<b>GIMAS</b>	nessun dato	<b>Punti 0</b>

**Punto 4-** In merito alla definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza, la Commissione esprime il seguente giudizio:


**Sufficiente** per la ditta **FRESENIUS**, centro assistenza Verona, n. 17 tecnici di cui 4 specialisti dell'apparecchiatura.

**Buono** per la ditta **GIMAS**, centro di assistenza a Catania con n. 2 tecnici.

**Certificazioni di qualità**

<b>FRESENIUS,</b>	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Distrib/Rivend.</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>
<b>GIMAS</b>	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>
	<b>Distrib/Rivend</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>

29



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N°11: BARELLE PER PRONTO SOCCORSO**

Ditte partecipanti:  
**HILL-ROM S.P.A.**

<b>PARAMETRO</b>	<b>Punt.Max</b>	<b>HILL-ROM</b>
<b>Caratteristiche secondo i seguenti criteri:</b>	<b>40</b>	
1- Caratteristiche del telaio	5	4,5
2- Caratteristiche delle sponde laterali	5	4,5
3- Caratteristiche del materasso	5	4,5
4- Ingombro e dimensioni (in rapporto alla portata)	8	7,2
5- Portata	6	6
6- Massima inclinazione trendelemburg/ antitrendelemburg	2	2
7- Diametro delle ruote	4	4
8- Dotazioni di sicurezza (quali ad esempio sistemi di frenatura e guida direzionale) (verrà attribuito il maggior punteggio all'apparecchiatura con il maggior numero di dotazioni di sicurezza ).	3	3
9- Caratteristiche tecniche migliorative ed innovative offerte rispetto alle condizioni minime richieste	2	0

<b>ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>P. Max.</b>	<b>HILL-ROM</b>
1- La propria struttura di vendita, logistica e distributiva e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo	3	2,4
2- Programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento	1	0,7
3- Le modalità di formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ed il tipo di supporto che l'Impresa aggiudicataria è in grado di prestare all'avviamento e nell'utilizzo della strumentazione offerta	2	1,6

<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</b>	<b>P. Max.</b>	<b>HILL-ROM</b>
1- Modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk	2	1,6
2- Durata della garanzia superiore a 3 anni	4	0
3- Le modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia	2	1
4- Definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica	1	0,6

30





COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

<b>CERTIFICAZIONI DI QUALITA'</b>	<b>P. Max.</b>	<b>HILL-ROM</b>
Possesso della Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione del fabbricante rilasciata, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1
Possesso della Certificazione di qualità aziendale del distributore/ rivenditore rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000	NO= 0 punti SI = 1 punti	1
Possesso della Certificazione rilasciata dalla Food and drug Amministrazione (FDA) per l'apparecchiatura offerta.	NO= 0 punti SI = 2 punti	0

**Punteg. tot. 60,00                      45,60**

**Valutazione caratteristiche tecniche**

**Punti 1 – 2 – 3 – 4 –** La C.T. valuta la ditta **HILL-ROM** complessivamente **Ottimo.**

**Punti 5 - 6 – 7 - 8 –** La ditta **HILL-ROM** essendo l'unica ditta partecipante, gli viene attribuito il **massimo punteggio.**

**Punto 9 –** Non si evidenziano caratteristiche migliorative, pertanto la C.T. attribuisce un giudizio **Inidoneo.**

**Organizzazione della fornitura**

**Punto 1-** In merito alla propria struttura di vendita, logistica e distributiva etc..., la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Buono** per la ditta **HILL-ROM**, rete distributiva con n. 4 unità, n. 2 informatori scientifici in zona.

**Punto 2-** In merito al programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Discreto** per la ditta **HILL-ROM**, installazione 30gg. e collaudo 7gg.

**Punto 3-** In merito alle modalità di formazione del personale dell'Azienda, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Buono** per la ditta **HILL-ROM**, 6 ore circa di corso, diviso in sessioni.

**Programma di manutenzione**

**Punto 1-** In merito alle modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk, la Commissione esprime il seguente giudizio:

**Buono** per la ditta **HILL-ROM**, intervento entro 4 ore alta urgenza, entro 1 giorno media urgenza e 3 giorni bassa urgenza, chiamate illimitate, in caso di guasto non riparabile in loco possibilità di muletto.

31



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**Punto 2-** In merito alla durata della garanzia superiore a 3 anni, la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

ditta **HILL-ROM**                      3 anni                      **Punti 0**

**Punto 3-** In merito alle modalità di gestione dell'assistenza tecnica per eventuale stipula di un contratto post-garanzia etc., la Commissione attribuisce il seguente punteggio:

ditta **HILL-ROM**      7,8%                      **Punti 1**

**Punto 4-** In merito alla definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza, la Commissione esprime il seguente giudizio:

Sufficiente per la ditta **HILL-ROM**, centro assistenza tecnica a Palermo, n. 1 tecnico.

**Certificazioni di qualità**

ditta <b>HILL-ROM</b>	<b>Produttore</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Distrib/Rivend.</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 1</b>
	<b>Certificaz. FDA</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Punti 0</b>

**LOTTO N° 12 LARINGOSCOPIO AMAGNETICO**  
Ditte partecipanti:

**DESERTO**


**LOTTO N° 13 ASPIRATORE CHIRURGICO CARRELLATO**  
Ditte partecipanti:

**DESERTO**

**LOTTO N° 14 ASPIRATORE CHIRURGICO AMAGNETICO**  
Ditte partecipanti:

**DESERTO**

*[Handwritten signatures and initials]*



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

Si riassumono i punteggi per i vari lotti:

**LOTTO N°1: AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE**

Ditte partecipanti:

CISA SERVICE S.R.L.	Punti 44,10
GENTIGE S.P.A.	Punti 44,20
ULTRAMED S.R.L.	Punti 39,10

**LOTTO N°2: AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DA 4 U.S. A  
DOPPIA PORTA**

Ditte partecipanti:

CISA SERVICE S.R.L.	Punti 44,10
GENTIGE S.P.A.	Punti 44,20
ULTRAMED S.R.L.	Punti 39,10

**LOTTO N°3: TERMOSADALTRICE**

Ditte partecipanti:

LABOINDUSTRIAA S.P.A.	NON CONFORME
-----------------------	--------------

**LOTTO N°4: FRIGORIFERO BIOLOGICO**

Ditte partecipanti:

LABOINDUSTRIA S.P.A.	NON CONFORME
SATO S.R.L.	Punti 44,00

**LOTTO N°5: MONITOR PER LE SALE PREPARAZIONE/RISVEGLIO  
PAZIENTE**

Ditte partecipanti:

3C MED S.R.L.	Punti 52,80
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.	Non conforme
SIFEM MEDICAL S.R.L.	Punti 48,00
MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.	Non conforme

**LOTTO N°6: LAVASTRUMENTI**


Ditte partecipanti:

GENTIGE S.P.A.	Punti 44,80
----------------	-------------

**LOTTO N°7: LAVAFERRI AD ULTRASUONI**

Ditte partecipanti:

LABOINDUSTRIA S.P.A.	Punti 41,40
----------------------	-------------



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



COMMISSIONE TECNICA di cui alla disposizione del D.G. n. 1138 del 23/12/2014

**LOTTO N°8: MONITOR MULTIPARAMETRICO PER L'UTILIZZO IN  
RISONANZA MAGNETICA**

Ditte partecipanti:

**SIFEM MEDICAL S.R.L.**

**SOSPESO**

**LOTTO N° 9 BARELLA AMAGNETICA**

**DESERTO**

**LOTTO N°10: POMPE DI INFUSIONE COMPLETE DI N.1 BOX CON N.4  
ALLOGGIAMENTI**

Ditte partecipanti:

**GIMAS S.R.L.**

**Punti 45,50**

**FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.**

**Punti 43,23**

**LOTTO N°11: BARELLE PER PRONTO SOCCORSO**

Ditte partecipanti:

**HILL-ROM S.P.A.**

**Punti 45,60**

**LOTTO N° 12 LARINGOSCOPIO AMAGNETICO**

**DESERTO**

**LOTTO N° 13 ASPIRATORE CHIRURGICO CARRELLATO**

**DESERTO**

**LOTTO N° 14 ASPIRATORE CHIRURGICO AMAGNETICO**

**DESERTO**

Letto, approvato e sottoscritto.  
La Commissione:

**Dott. Antonino FEDERICO**

Presidente

**Sig. Alberto DI BIASE**

Componente

**Sig. Antonio MARRONE**

Componente

**Sig. Luigi LA FATA**

Segretario

*[Handwritten signatures of the Commission members]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

Allegato *A* .....

all'atto N. *337* .....  
di repertorio

**VERBALE**

del *02/07/2015* .....

della Gara a procedura aperta, per l'aggiudicazione della: **Fornitura di Apparecchiature varie ed Arredi Sanitari Comprensiva del Servizio Triennale di Manutenzione Full Risk per l'Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo**, indetta dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" con deliberazione del 29 Settembre 2014, n. 875

- Numero Gara: 5749744

- CPV: 33192160-1 # 33170000-2

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici, del mese di Novembre, alle ore nove e quindici minuti

**(11/11/2014 ore 09:15)**

in Palermo, in via Enrico Toti n. 76, sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", presso l'Area Provveditorato, alla mia presenza Signor Cincotti Giovan Battista nato a Palermo il 04 Gennaio 1957, nella qualità di Ufficiale Rogante, giusta delega disposta dal Direttore Generale con ordine di servizio del 30 Settembre 2011, prot. n. 11984, alla presenza dei Sigg. Carmelo Parrino, nato a Campobello di Mazara (TP) il 21 Gennaio 1953 e Angela Tuttoilmondo, nata a Palermo l'1 Ottobre 1964, entrambi dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, presso la quale sono elettivamente domiciliati, testimoni idonei ai sensi di legge, interviene ed agisce nel presente atto, quale Presidente della Commissione di Gara, giusta delega disposta dal Direttore Generale con ordine di servizio prot. n. 15366 del 12/12/2011, il Dott. Aldo Albano, nato a Chivasso (provincia di Torino), il 14 Dicembre 1961, Respon-

sabile dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera, ivi domiciliato per ragioni della sua carica.

Sono, inoltre, presenti dalle ore 09:15

➤ Sig. Franco Emanuelli, nato a Roma il 26 Novembre 1977, identificato a mezzo di Carta di Identità N° AU3181027, rilasciata dal Comune di Roma il 17 Gennaio 2013, il quale dichiara di intervenire per conto della Ditta CISA Service s.r.l., giusta delega, composta da una pagina, firmata dal consigliere della suddetta ditta: Sig. Giancarlo Ortolani;

➤ Umberto Cesari; nato a Montefortino (provincia di Ascoli Piceno), il 13 Settembre 1961, identificato a mezzo di Passaporto N° YA2839212, rilasciato il 24 Ottobre 2011, il quale dichiara di intervenire per conto della Ditta Gentige S.p.A., giusta procura speciale firmata dal Sig. Micele Neirotti, Amministratore delegato della suddetta ditta, firmata presso lo studio notarile Alberto Vladimiro Capasso, notaio in Roma, atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2, il 06 Agosto 201, serie/N 1T/21872


#### PREMESSO CHE

**1) con deliberazione del 29 Settembre 2014, n. 875, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, ha disposto:**

**a) di indire una procedura aperta per l'aggiudicazione della "Fornitura di Apparecchiature varie ed Arredi Sanitari Comprensiva del Servizio Triennale di Manutenzione Full Risk per l'Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006, in attuazione delle direttive CE 2004/17 e 2004/18, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ed integrato, ove necessario e per quanto non disciplinato, dal**

 2





R.D. 24 Maggio 1924, n° 827, per un importo complessivo presunto annuale di € 443.750,00= ESCLUSA I.V.A. (euro quattrocentoquarantatremilasettecentocinquanta/00);

b) che la Gara è suddivisa in n. 14 Lotti, così come sotto specificato:

- Lotto n. 1: Autoclave di Sterilizzazione a Vapore - CIG: 59269219ED - per un importo a base d'asta di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00);
- Lotto n. 2: Autoclave di Sterilizzazione a Vapore da 4 U.S. a Doppia Porta - CIG: 592692908A - per un importo a base d'asta di € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
- Lotto n. 3 - Termosaldatrice - CIG: 5927016853 - per un importo a base d'asta di € 7.600,00 (euro settemilaseicento/00);
- Lotto n. 4 - Frigorifero Biologico - CIG: 5927119D51 - per un importo a base d'asta di € 6.000,00 (euro seimila/00);
- Lotto n. 5 - Monitor per le Sale Preparazione/Risveglio Paziente - CIG: 5927187571 - per un importo di a base d'asta € 120.000,00 (euro centoventimila/00);
- Lotto n. 6 - Lavastrumenti - CIG: 5927209798 - per un importo a base d'asta di € 24.000,00 (euro centoventimila/00);
- Lotto n. 7 - Lavaferri ad Ultrasuoni - CIG: 5927227673 - per un importo a base d'asta di € 5.600,00 (euro cinquemilaseicento/00);
- Lotto n. 8 - Monitor Multiparametrico per l'Utilizzo In Risonanza Magnetica - CIG: 592724447B - per un importo a base d'asta di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00);
- Lotto n. 9 - Barella Amagnetica - CIG: 5927256E5F - per un importo a base d'asta di € 2.000,00 (euro duemila/00);

- Lotto n. 10 - Pompe di Infusione Complete da N.1 Box con N.4 Alloggiamenti - CIG: 5927274D3A - per un importo a base d'asta di € 32.000,00 (euro trentaduemila/00);
- Lotto n. 11 - Barelle per Pronto Soccorso - CIG: 59272888C9 - per un importo a base d'asta di € 32.500,00 (euro trentaduemilacinquecento/00);
- Lotto n. 12 - Laringoscopio Amagnetico - CIG: 5927353E6B - per un importo a base d'asta di € 600,00 (euro seicento/00);
- Lotto n. 13 - Aspiratore Chirurgico Carrellato - CIG: 59273679FA - per un importo a base d'asta di € 1.850,00 (euro milleottococinquanta/00);
- Lotto n. 14 - Aspiratore Chirurgico Amagnetico - CIG: 5927381589 - per un importo a base d'asta di € 1.600,00 (euro milleseicento/00);

Tutti gli importi sopra riportati s'intendono esclusa I.V.A.;

c) di approvare gli schemi di Bando di Gara e relativi estratti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione

c) che il criterio di aggiudicazione da applicare per la scelta del privato contraente per i Lotti nn. 13 e 14 è nella forma prevista dall'articolo 82, del D. Lgs 12 Aprile 2006, n. 163; mentre, per tutti gli altri Lotti è nella forma prevista dall'articolo 83 del D. Lgs 12 Aprile 2006, n. 163, in quanto consente di aggiudicare la fornitura di che trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri indicati nel Bando di Gara, e nel Capitolato Speciale d'Appalto, valutando l'offerta in termini di resa, esecuzione e qualità della fornitura e dei costi, tenendo conto di quanto previsto negli articoli 86-88, dello stesso Decreto Legge, in presenza di offerte anormalmente basse;

d) che l'aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Capitolato Speciale d'Appalto, in fa

4

10/P



vore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio (punteggio massimo assegnabile 100 punti), così come prescritto all'art. 12 del Capitolato Speciale

d'Appalto, sulla base dei seguenti elementi:

- qualità della fornitura: punteggio massimo assegnabile = 60 punti;

che rappresentano il massimo attribuibile dalla Commissione Tecnica secondo gli elementi di cui all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nel caso in cui la Commissione ritiene di non assegnare ad alcuna offerta il massimo punteggio non si procederà ad alcuna "ripartimentazione" dei punteggi che resteranno tra quelli assegnati dalla Commissione stessa. Sono escluse dalla Gara le imprese candidate che, a giudizio insindacabile della Commissione Tecnica, avranno ottenuto una valutazione inferiore a 30/60 punti;

- prezzo della fornitura: punteggio massimo assegnabile = 40 punti;

che sarà attribuito all'impresa che avrà offerto complessivamente il prezzo più basso per l'intera fornitura del Lotto a cui partecipa. Alle restanti imprese sarà assegnato un punteggio secondo le modalità di cui all'articolo 29 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**e) di approvare**, i seguenti elaborati di Gara necessari per l'aggiudicazione della fornitura predisposti dall'Area Provveditorato:

- ◆ Capitolato Speciale di Gara;
- ◆ allegato "A": schema di offerta economica;
- ◆ allegato "B": modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla Gara ;
- ◆ allegato "B 1": modello dichiarazioni;
- ◆ allegato "B 2": modello dichiarazioni;
- ◆ allegato "C": dichiarazione d'impegno a costituire Assoc. Temp. di Imprese;

5

10/10

◆ allegato "D": modello consorzio;

◆ allegato "E": modello subappaltatori;

◆ allegato "F": dichiarazione documentazione soggetto a riservatezza e divieto di divulgazione;

◆ allegato "G": modello per la dichiarazione di avvallimento per l'impresa concorrente;

◆ allegato "H": modello per la dichiarazione di avvallimento per l'impresa ausiliaria;

◆ allegato "I": modulo Informativa ai Fornitori;

◆ allegato "L": scheda tecnica preliminare;

◆ allegato "M": dichiarazione di conformità;

◆ allegato "N": documento informativo sulla sicurezza;

◆ allegato "O": servizio organizzazione della fornitura e ricezione ordini e servizio assistenza post-vendita;

◆ allegato "P": Documento Unico Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.);

f) **di esperire** le opportune forme di pubblicità, utili a consentire la diffusione dell'informazione e pertanto, ai sensi dell'articolo 35 della Legge Regionale n° 7 del 2 Agosto 2002, pubblicando il Bando di Gara ed il Capitolato Speciale d'Appalto, con i relativi allegati, sia in forma integrale e/o per estratto;

g) **che** l'aggiudicazione, immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, diventerà definitiva per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo dopo la sua approvazione disposta dall'Organo deliberante;

h) **che** il contratto di affidamento della fornitura di che trattasi sarà stipulato con atto in forma pubblico amministrativa e che tutte le spese inerenti e conseguen-

ti, ivi incluse le tasse e le imposte che potessero colpire, a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto del medesimo, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria esclusa l'I.V.A.;

**i) che la complessiva spesa nel triennio, relativa alla copertura finanziaria della fornitura in questione, è quantificata indicativamente in € 443.750,00= ES-CLUSA I.V.A. (euro quattrocentoquarantatremilasettecentocinquanta) è a carico del bilancio della A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo;**

**j) si è stabilito che il termine ultimo per chiedere eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari è entro le ore 13:00 del 04 Novembre 2014;**

**k) si è stabilito che il termine ultimo per presentare offerte è: entro le ore 13:00 del 10 Novembre 2014;**

**l) si è stabilito di esperire la Gara il giorno 11 Novembre 2014, alle ore 09:00.**

**2) Il Presidente verifica che sono state esperite le opportune forme di pubblicità, utili a consentire la diffusione dell'informazione in merito alla presente Gara così come sotto indicato:**

**a) il Bando di Gara in forma integrale è stato inviato, per la sua divulgazione, alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, che lo ha pubblicato sull'edizione del 24 Settembre 2014, n. GU/S S183, 322593-2014-IT;**

**b) il Bando di Gara per estratto è stato inviato con nota del 16 Settembre 2014, prot. n. 9546, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che vi ha provveduto sul n. 40 del 03 Ottobre 2014;**

**c) il Bando di Gara in forma integrale è stato inviato con nota del 19 Settembre 2014, prot. n. 9647, all'Albo Pretorio del Comune di Palermo e da questi ricevuto in data 24 Settembre 2014;**

**d) il Bando di Gara in forma integrale è stato inviato in data 19 Settembre 2014,**

prot. n. 9651, all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, e ivi pubblicato dal 24 Settembre all'11 Novembre 2014;

e) il Bando di Gara in forma integrale ed il Capitolato Speciale d'Appalto, con i relativi allegati, sono stati inviati con nota del 19 Settembre 2014, prot. n. 9649, al Sistema Informativo Aziendale per la sua pubblicazione sul sito web dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it), ed ivi pubblicato;

f) il Bando di Gara, per estratto, è stato inviato per la sua pubblicazione ai seguenti quotidiani:

◆ con nota del 03 Ottobre 2014, prot. n. 10190, per la sua pubblicazione sul quotidiano: "IL SOLE 24 ORE " - nell'edizione del 09 Ottobre 2014;


◆ con nota del 03 Ottobre 2014, prot. n. 10193, per la sua pubblicazione sui quotidiani: "Giornale di Sicilia" e "Milano Finanza Sicilia"- nell'edizione dell'8 Ottobre 2014;

◆ inoltre, è stato pubblicato sul quotidiano "Gazzetta e Appalti Pubblici" - nell'edizione del 26 Settembre 2014, n. 183;

**3) Il Presidente, inoltre, prende atto che:** con note del 16 Ottobre 2014, prot. n. 10654, del 03 Novembre 2014, prot. n. 11355 e del 04 Novembre 2014, proto. N. 11453, sono stati inviati dei chiarimenti al Sistema Informativo Aziendale per la loro pubblicazione sul sito web dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it), ed ivi pubblicati.

**Il Presidente riscontra che entro il termine stabilito dal Bando di Gara (ore 13:00 del 10 Novembre 2014), sono pervenuti al protocollo generale dell'Area Provveditorato i sotto indicati plichi sigillati recanti l'indicazione di costituire offerta per la presente Gara e precisamente:**

a) **Ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l.** - con sede legale a Isola della Scala (provin-





cia di Verona) - C.A.P. 37063 - in Via Camagre n. 41 - in possesso del Codice

Fiscale e Partita I.V.A. 03524050238 - acquisito al protocollo generale dell'Area

Provveditorato in data 06 Novembre 2014, al n. 11540, alle ore 12:46;

**b) Ditta 3C MED s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90144 - in Via Fran-

cesco Cilea n. 91 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A.

05586860826 - acquisito al protocollo generale dell'Area Provveditorato in data

07 Novembre 2014, al n. 11600, alle ore 15:08;

**c) Ditta CISA Service s.r.l.** - con sede legale a Due Carrare (provincia di Padova)

- C.A.P. 35020 - in Via Veneto n. 32 - in possesso del Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 01439370287 - acquisito al protocollo generale dell'Area Provveditorato

in data 10 Novembre 2014, al n. 11606, alle ore 09:03;

**d) Ditta Ultramed s.r.l.** - con sede legale a San Gregorio di Catania (provincia di

Catania) - C.A.P. 95027 - in Via Macello n. 27 - in possesso del Codice Fiscale

e Partita I.V.A. 02732230871 - acquisito al protocollo generale dell'Area Prov-

veditorato in data 10 Novembre 2014, al n. 11611, alle ore 09:46 - dichiara di

usufruire dell'avvalimento dell'Impresa **Steelco S.p.A.** - con sede legale a Rie-

se Pio X (provincia di Treviso) - C.A.P. 30039 - IN VIA Belegante n. 27 - in pos-

sessso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04311220265 ;

**e) Ditta Mortara Instrument Europe s.r.l.** - con sede legale a Casalecchio di Re-

no (provincia di Bologna) - C.A.P. 40033 - in Via Cimarosa n. 103/105 - in pos-

sessso del Codice Fiscale 03896820374 e Partita I.V.A. 00673881207 - acquisi-

to al protocollo generale dell'Area Provveditorato in data 10 Novembre 2014, al

n. 11617, alle ore 10:49;

**f) Ditta Laboindustria S.p.A.** - con sede legale a Arzegrade (provincia di Pado-

va) - C.A.P. 35020 - in Via Maffeiotti n. 37 - in possesso del Codice Fiscale e

Partita I.V.A. 00805390283 - acquisito al protocollo generale dell'Area Provveditorato in data 10 Novembre 2014, al n. 11622, alle ore 11:20;

**g) Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A.** - con sede legale a Milano - C.A.P. 20126 - in Via Galeno n. 36 - in possesso del Codice Fiscale 93027710016 e Partita I.V.A. 03663500969 - acquisito al protocollo generale dell'Area Provveditorato in data 10 Novembre 2014, al n. 11626, alle ore 11:36;

**h) Ditta Sifem Medical s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90146 - in Via Spagna n. 16 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05055000821 - acquisito al protocollo generale dell'Area Provveditorato in data 10 Novembre 2014, al n. 11629, alle ore 12:08;


**i) Ditta Gentige S.p.A.** - con sede legale a Roma - C.A.P. 00148 - in Via dei Buonvisi n. 61/D - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05506871002 - acquisito al protocollo generale dell'Area Provveditorato in data 10 Novembre 2014, al n. 11630, alle ore 12:09 - dichiara che in caso di aggiudicazione subappalterà i lavori impiantistici;

**j) Ditta Gimmas s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90144 - in Via Emilia n. 38 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05073660820 - acquisito al protocollo generale dell'Area Provveditorato in data 10 Novembre 2014, al n. 11631, alle ore 12:12;

**k) Ditta Sato s.r.l.** - con sede legale a Roma - C.A.P. 20186 - in Via della trinità dei Pellegrini n. 19 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01687080836 - acquisito al protocollo generale dell'Area Provveditorato in data 10 Novembre 2014, al n. 11632, alle ore 12:21;

**l) Ditta Hill-Rom S.p.A.** - con sede legale a Rodano (provincia di Milano) - C.A.P. 20090 - in Via G. Ambrosoli n. 6 - in possesso del Codice Fiscale e Partita

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Handwritten signature and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

I.V.A. 08817300158 - acquisito al protocollo generale dell'Area Provveditorato

alle ore 12:59 in data 10 Novembre 2014, protocollata in ritardo per motivi

tecnico/informatici al n. 11652, alle ore 14:25;

Tutto ciò premesso, che forma unico ed inscindibile contesto con quanto appresso,

il Dott. Aldo Albano, nella predetta qualità di Presidente di Gara, dopo avere accer-

tato la regolarità degli atti preliminari, dà inizio alle operazioni, come da relativi

Bando di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto.

I plichi sigillati, pervenuti entro il termine stabilito sopra detto, vengono verificati dal

punto di vista della correttezza formale ed aperti singolarmente in ordine cronolo-

gico dal Presidente della Commissione di Gara; a norma dell'art. 22 del Capitolato

Speciale d'Appalto, devono contenere n. 3 buste sigillate e ognuna di esse deve

essere contrassegnata al loro esterno: "Busta A" (Documentazione Amministrati-

va), "Busta B" (Documentazione Tecnica) e "Busta C" (Offerta Economica); suc-

cessivamente il Presidente, dopo averle siglate insieme a me, ufficiale rogante,

mette da parte distinte tra loro e senza aprirle sia la "Busta B" (Documentazione

tecnica) che la "Busta C" (Offerta economica), ed apre la "Busta A" (Documenta-

zione Amministrativa) delle concorrenti, sigla insieme a me i documenti ivi presen-

ti, ne verifica la correttezza e regolarità formale, il possesso dei requisiti di caratte-

re generale e specifici richiesti ai fini dell'ammissione, il possesso delle capacità

richieste per la partecipazione alla Gara, e dichiara se i concorrenti sono ammessi

alle fasi successive della Gara e per quali Lotti partecipa, per come di seguito spe-

cificato:

a) **Ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l.** - con sede legale a Isola della Scala (provin-

cia di Verona) - C.A.P. 37063 - in Via Camagre n. 41 - in possesso del Codice

Fiscale e Partita I.V.A. 03524050238 - il Presidente ammette alle fasi successi-

ve della Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare a **Lotto: 10;**

**b) Ditta 3C MED s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90144 - in Via Francesco Cilea n. 91 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05586860826 - il Presidente ammette alle fasi successive della Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare al **Lotto n. 5;**

**c) Ditta CISA Service s.r.l.** - con sede legale a Due Carrare (provincia di Padova) - C.A.P. 35020 - in Via Veneto n. 32 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01439370287 - il Presidente ammette alle fasi successive della Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare ai seguenti **Lotti: 1 e 2;**

**d) Ditta Ultramed s.r.l.** - con sede legale a San Gregorio di Catania (provincia di Catania) - C.A.P. 95027 - in Via Macello n. 27 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02732230871 - il Presidente ammette alle fasi successive della Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare ai seguenti **Lotti: 1 e 2;**

**e) Ditta Mortara Instrument Europe s.r.l.** - con sede legale a Casalecchio di Reno (provincia di Bologna) - C.A.P. 40033 - in Via Cimarosa n. 103/105 - in possesso del Codice Fiscale 03896820374 e Partita I.V.A. 00673881207 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05586860826 - il Presidente ammette alle fasi successive della Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare al **Lotto n. 5;**

**f) Ditta Laboindustria S.p.A.** - con sede legale a Arzegrande (provincia di Padova) - C.A.P. 35020 - in Via Matteotti n. 37 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283 - il Presidente ammette alle fasi successive della



Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare ai seguenti **Lotti: 3, 4 e 7;**

**g) Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A.** - con sede legale a Milano - C.A.P. 20126 - in Via Galeno n. 36 - in possesso del Codice Fiscale 93027710016 e Partita I.V.A. 03663500969 - il Presidente ammette alle fasi successive della

Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare al **Lotto n. 5;**

**h) Ditta Sifem Medical s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90146 - in Via Spagna n. 16 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05055000821 - il Presidente ammette alle fasi successive della Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare ai seguenti **Lotti: 5 e 8;**

**i) Ditta Gentige S.p.A.** - con sede legale a Roma - C.A.P. 00148 - in Via dei Buonvisi n. 61/D - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05506871002 - il Presidente ammette alle fasi successive della Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare ai seguenti **Lotti: 1, 2 e 6;**

**j) Ditta Gimás s.r.l.** - con sede legale a Palermo - C.A.P. 90144 - in Via Emilia n. 38 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05073660820 - il Presidente ammette alle fasi successive della Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare al **Lotto n. 10;**

**k) Ditta Sato s.r.l.** - con sede legale a Roma - C.A.P. 20186 - in Via della trinità dei Pellegrini n. 19 - in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01687080836 - il Presidente ammette alle fasi successive della Gara l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare al **Lotto n. 4;**

**l) Ditta Hill-Rom S.p.A.** - con sede legale a Rodano (provincia di Milano) - C.A.P. 20090 - in Via G. Ambrosoli n. 6 - in possesso del Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 08817300158 - il Presidente ammette alle fasi successive della Gara

l'impresa concorrente - la summenzionata Impresa dichiara di partecipare al

**Lotto n. 11.**

**Il Presidente prende atto che non sono pervenute offerte per i Lotti nn. 9-12-13-14, pertanto li dichiara **DESERTI**.**

Terminata la verifica sopra detta, il Presidente, richiude in uno scatolo le buste sigillate contenenti le offerte economiche ("Busta C") delle concorrenti ammesse alla Gara, la sigilla con del nastro adesivo, lo sigla ai margini delle chiusure insieme a me, Ufficiale Rogante, dando disposizione che venga custodita nella cassaforte in dotazione all'Area Provveditorato.

Il Presidente della Commissione di Gara continua la seduta ed, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, procede al sorteggio di una tra le dodici Imprese ammesse alla Gara al fine di individuare chi dovrà documentare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati con la autocertificazione.

Vengono preparati n. 12 (dodici) foglietti, numerati ciascuno dal n. 1 al n. 12, dove s'intende indicato l'ordine cronologico delle offerte pervenute al protocollo generale dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera, così come indicato nelle premesse del presente verbale; ciascun foglietto viene più volte ripiegato su se stesso affinché non sia distinguibile l'uno dall'altro; il Presidente dichiara che il numero estratto individuerà il concorrente sorteggiato.

Il sopra citato Sig. Franco Emanuelli, nato a Roma il 26 Novembre 1977, invitato dal

Presidente, estrae n. 2 foglietti contrassegnati con il numero 1 e 8 corrispondenti alle

imprese: **Fresenius Medical Care Italia S.p.A.** e **Sifem Medical s.r.l.**; pertanto, il

Presidente dà mandato all'Area Provveditorato di richiedere ai suddetti concorrenti la

  
14 



documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa dichiarati con l'autocertificazione.

Il Presidente prosegue la seduta di Gara, riprendendo le "Buste B" (Documentazione tecnica) di ogni singola impresa ammessa alla Gara e verifica se al loro interno vi siano o meno i documenti ivi elencati, così come di seguito specificato:

**a) Ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l.** - il Presidente riscontra che sono presenti i documenti relativi all'offerta tecnica inerenti al Lotto n. 10, di cui all'elenco, predisposto dalla stessa impresa, che qui si allega in copia, per farne parte integrante al presente Verbale, contrassegnato di lettera "A";

**b) Ditta 3C MED s.r.l.** - il Presidente riscontra che sono presenti i documenti relativi all'offerta tecnica del Lotto n. 5, di cui all'elenco, predisposto dalla stessa impresa, che qui si allega in copia, in un unico volume per farne parte integrante al presente Verbale, contrassegnato di lettera "B";

**c) Ditta CISA Service s.r.l.** - il Presidente riscontra che sono presenti i documenti relativi alle offerte tecniche dei Lotti nn. 1 e 2, di cui agli elenchi, predisposti dalla stessa impresa, che qui si allegano in copia, in un unico volume per farne parte integrante al presente Verbale, contrassegnato di lettera "C";

**d) Ditta Ultramed s.r.l.** - il Presidente riscontra che sono presenti i documenti relativi alle offerte tecniche inerenti ai Lotti n. 1 e n. 2, di cui agli elenchi, predisposti dalla stessa impresa, che qui si allegano in copia, in un unico volume per farne parte integrante al presente Verbale, contrassegnato di lettera "D";

**e) Ditta Mortara Instrument Europe s.r.l.** - il Presidente riscontra che sono presenti i documenti relativi all'offerta tecnica del Lotto n. 5, di cui all'elenco, predisposto dalla stessa impresa, che qui si allega in copia, in un unico volume per farne parte integrante al presente Verbale, contrassegnato di lettera "E";

f) Ditta **Laboindustria S.p.A.** - il Presidente riscontra che sono presenti i seguenti

documenti:

- All. "L";
- All. "M";
- All. "N";
- All. "O";
- Schede tecniche;
- Dichiarazione conformità;
- Referenze;
- Dichiarazione materiale di consegna;
- Offerta economica senza prezzi;
- Manuale d'uso;
- Organizzazione assistenza e manutenzione;
- Certificazione ISO;
- D.U.V.R.I.;
- CD.

g) Ditta **GE Medical Systems Italia S.p.A.** - il Presidente riscontra che sono pre-

senti i seguenti documenti:

- All. "F";
- All. "L";
- All. "M";
- All. "N";
- All. "O";
- Schede tecniche;
- Dichiarazione conformità;

• Dichiarazione registrazione Ministero della Salute;

• Dichiarazione registrazione CND;

• Documentazione scientifica;

• Elenco presidi di referenza;

• Offerta economica senza prezzi;

• Piano formazione personale;

• Organizzazione manutenzione;

• Certificazione ISO;

• D.U.V.R.I.;

• Relazione tecnica;

• Manuale d'uso;

• CD.

**h) Ditta Sifem Medical s.r.l.** - i documenti relativi alle offerte tecniche inerenti ai Lotti nn. 5 e 8, di cui agli elenchi, predisposti dalla stessa impresa, che qui si allegano in copia, in un unico volume per farne parte integrante al presente Verbale, contrassegnato di lettera "F";

**i) Ditta Gentige S.p.A.** - i documenti relativi alle offerte tecniche inerenti ai Lotti nn. 1-2-6, di cui agli elenchi, predisposti dalla stessa impresa, che qui si allegano in copia, in un unico volume per farne parte integrante al presente Verbale, contrassegnato di lettera "G";



**j) Ditta Gimás s.r.l.** - il Presidente riscontra che sono presenti i seguenti documenti:

• All. "10";

• All. "M";

• All. "N";

• All. "O";



- Schede tecniche;
- Certificazione ISO e CE;
- Codici CND e REP;
- Elenco presidi di referenza;
- Dichiarazione materiale di consumo;
- Offerte economiche senza prezzi;
- Materiale illustrativo;
- Manuale d'uso;
- D.U.V.R.I.

**k) Ditta Sato s.r.l.** - il Presidente riscontra che sono presenti i documenti relativi all'offerta tecnica del Lotto n. 4, di cui all'elenco, predisposto dalla stessa impresa, che qui si allega in copia, in un unico volume per farne parte integrante al presente Verbale, contrassegnato di lettera "H";

**l) Ditta Hill-Rom S.p.A.** - il Presidente riscontra che sono presenti i documenti relativi all'offerta tecnica del Lotto n. 11, di cui all'elenco, predisposto dalla stessa impresa, che qui si allega in copia, in un unico volume per farne parte integrante al presente Verbale, contrassegnato di lettera "I";

**Si precisa che il Presidente dopo aver aperto le summenzionate "Busta B" (offerta tecnica) e verificato il loro contenuto, come sopra esposto, le ha immediatamente richiuse con del nastro adesivo trasparente e firmate nei lembi di chiusura, insieme a me Ufficiale Rogante.**

Terminata la verifica sopra detta, il Presidente richiude in due scatoli di cartone le buste sigillate contenenti le offerte tecniche delle stesse concorrenti, sigilla detti contenitori con del nastro adesivo, ed in ognuno vi appone la propria sigla insieme a me, Ufficiale Rogante, dando mandato di custodirli, nell'archivio dell'Area Provveditorato, di-

18

sponendo che vengano consegnati appena possibile alla competente Commissione

Tecnica, che dovrà valutare ciascuna offerta tecnica secondo i parametri indicati nel

Capitolato Speciale d'Appalto.

Alle ore tredici e quindici minuti (13:15) il Presidente sospende le operazioni di Gara e

comunica che le stesse proseguiranno in ora, giorno e luogo che saranno preventiva-

mente comunicati alle imprese concorrenti.

Si intendono costituire parte integrante del presente Verbale, ancorché non allegati per

la loro voluminosità, la deliberazione della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlini-

co "Paolo Giaccone" di Palermo del 29 Settembre 2014, n. 875, con i suoi allegati, le

note finalizzate a dare pubblicità alla Gara ed i documenti prodotti dalle sopra elencate

concorrenti, che rimangono acquisiti in originale agli atti dell'Area Provveditorato

dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

Il presente Verbale, da me personalmente scritto con mezzo elettronico, occupa

19 (diciannove) pagine intere fino alle firme e consta degli allegati sopra indicati

segnati di lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I" per complessivi 37

(trentasette) fogli formato UNI/A4, viene letto, confermato e sottoscritto dal Presi-

dente della Commissione di Gara, dai Testimoni e da me, in qualità di Ufficiale

Rogante.


*Dott. Aldo Albano - Presidente della Commissione di Gara:*




*Sig. Carmelo Parrino - Testimone:*



*Sig. Angela Tuttoilmondo - Testimone:*



*Sig. Giovanni Battista Cincotti - Ufficiale Rogante:*









**FRESENIUS  
KABI**

Fresenius Kabi Italia S.r.l.  
Società a responsabilità limitata con Unico Socio  
Soggetta a direzione e coordinamento  
di Fresenius Kabi Italia S.p.A.

Isola della Scala (VR), 14/10/2014

Allegato A  
al verbale di gara  
del 11/11/2014

Spettabile  
Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone"  
Area Provveditorato  
Viale del Vespro, 129  
90127 Palermo

Ns. Rif: CF/IB/eg/1057/2014

**OGGETTO :** ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICA LOTTO N. 10  
FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL  
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE  
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE".

Il sottoscritto Claudio Ferioli, C.F. FRLCLD58T02C469R, nato a Cento (FE) il 02/12/1958 e residente a Cento (FE) - CAP 44045 - in Via Maestra Grande N. 3/1, in qualità di Procuratore Speciale a firma congiunta con

la sottoscritta Isabella Bruni, C.F. BRNSLL66H53A001R, nata ad Abano Terme (PD) il 13/06/1966 e residente a Bovolone (VR) - CAP 37051 - in Via Del Geniere, 1/A, in qualità di Procuratore Speciale

della Ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. con Unico Socio, con sede legale e domicilio fiscale a Isola della Scala (VR) in Via Camagre n. 41, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona al n. 03524050238 dal 09.08.2005 (REA 343254 dal 09.08.2005), codice fiscale e partita IVA n. 03524050238, elenca di seguito la Documentazione Tecnica presentata:

❖ Elenco della Documentazione Tecnica contenuta nella Busta B;

❖ Relazione Tecnica (secondo quanto richiesto ai punti 1, 2, 3 da pag. 25 a pag. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto) composta da tre sotto-fascicoli:  
*Relazione Tecnica dei Prodotti Offerti;*  
*Relazione Assistenza Tecnica;*  
*Relazione Formazione.*

❖ **PUNTO N. 1: DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI**

a1) Relazione dettagliata dei prodotti offerti: fare riferimento alla Relazione Tecnica (*Relazione Tecnica dei Prodotti Offerti*) sopra citata.

a.1.1.) Documentazione e caratteristiche dell'attrezzatura (RIF.TI 1-16)

1. Scheda tecnica per la raccolta dei dati tecnici resa su Vs. Allegato L10 (completa di dichiarazione di esclusività) corredata di:

2, 4, 8, 15. Schede tecniche illustrative con indicazione dei codici CND e CIVAB (La scrivente precisa che il codice UMDC non è applicabile, come indicato nell'allegato L10).

3, 5. Certificazioni di Conformità CE. UNI EN ISO in copia conforme all'originale e CEI (Per ulteriori informazioni fare riferimento al Manuale d'Uso).

6. N.A.

7. Fare riferimento alla documentazione allegata al punto 3 ed al punto 5.

9. Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto ed alla Relazione Tecnica.

10. Elenco principali installazioni.

11. Dichiarazione inerente il materiale di consumo.

12. Allegato M.

13. Allegato N.

16. Manuale operativo e d'uso.

14. Copia dell'offerta SENZA INDICAZIONE DEI PREZZI.

15. Catalogo.

❖ **PUNTO 2: ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI**

a2) Documentazione inerente l'Organizzazione.

b2) Vedere Relazione Tecnica - *Relazione Assistenza Tecnica*.

c2) Diagramma di Gantt inerente il programma temporale.

d2) **Allegato O** (Per ulteriori informazioni fare riferimento a Relazione Tecnica - *Relazione Formazione*).

❖ **PUNTO 3: PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

a3) Vedere Relazione Tecnica - *Relazione Assistenza Tecnica*.

b3) Vedere Relazione Tecnica - *Relazione Assistenza Tecnica*.

c3) Vedere Relazione Tecnica - *Relazione Assistenza Tecnica*.

❖ **PUNTO 4: CERTIFICAZIONI QUALITA'**

a4) Vedi certificazioni UNI EN ISO allegata alla Voce n. 3 del Punto N. 1 (DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI) e Relazione Tecnica - *Relazione Tecnica dei Prodotti Offerti*.

b4) N.A.

❖ **ALLEGATO F**

❖ **ALLEGATO P** (DUVRI) sottoscritto per accettazione.


❖ Documentazione inerente la proposta di contratto Full Risk post garanzia.


La scrivente allega CD contenente tutta la documentazione sopra elencata.

In fede

  
Fresenius Kabi Italia S.r.l.  
Ing. Claudio Ferioli  
Procuratore Speciale

  
Fresenius Kabi Italia S.r.l.  
Isabella Bruni  
Procuratore Speciale





Allegato ..... **B** .....  
al verbale di gara  
del ..... **11/11/2014** .....

Spett.le  
Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone di PALERMO  
Area Provveditorato  
Via Enrico Toti n. 76  
90128 PALERMO


**Oggetto: Fornitura di apparecchiature Varie e ed Arredi Sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione Full Risk per le Unità operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "PAOLO GIACCONE" scad. 10.11.2014 ore 13.00**

**ELENCO DOCUMENTI BUSTA "B" Documentazione Tecnica di Libero Accesso**

- Voce 3- Dichiarazioni di conformità normativa 93/42 CEE rilasciata dal fabbricante/produttore con dichiarazione di traduzione resa ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000
- Voce 4- Dichiarazione di conformità che il bene offerto è conforme alla normativa vigente del Ministero della Salute.
- Voce 5- Dichiarazione di conformità alle normative di sicurezza elettrica con dichiarazione di traduzione resa ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000.
- Voce 7- Dichiarazione relativa al CEE 89/336 di cui all'allegato "M".
- Voce 8- Dichiarazione resa ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 con indicazione codici CND e RDM dei prodotti offerti.
- Voce 12- Documento di conformità normativa dell'apparecchiatura secondo Allegato "M".
- Voce 15- Materiale illustrativo del bene offerto (depliant).
- Punto 4- Certificazioni ISO della ditta Produttrice e della Ditta 3C Med S.r.l.
- Copia DUVRI Allegato "P"
- Copia di tutti i documenti in formato CD ROM

Palermo, 07.11.2014

3C MED s.r.l.  
Amm. Unico  
Erisabetta Cosentino



Spett.le  
Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone di PALERMO  
Area Provveditorato  
Via Enrico Toti n. 76  
90128 PALERMO

**Oggetto: Fornitura di apparecchiature Varie e ed Arredi Sanitari comprensiva del servizio triennale di manutenzione Full Risk per le Unità operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "PAOLO GIACCONE" scad. 10.11.2014 ore 13.00**

**ELENCO DOCUMENTI BUSTA "B" Documentazione Tecnica "Riservata"**

- Voce 1- Scheda tecnica del prodotto offerto - Allegato "L" debitamente firmato e compilato in ogni sua parte.
- Voce 2- Schede tecniche originali del produttore
- Scheda Tecnica comparativa con relativa configurazione del prodotto offerto con dichiarazione di autenticità resa ai sensi DPR 445/2000.
- Voce 10- Elenco dei presidi di referenza di cui all'allegato "L".
- Voce 11- Dichiarazione materiale di consumo di cui all'allegato "L".
- Voce 13- Documento informativo della fornitura ed installazione dell'apparecchiatura secondo l' allegato "N".
- Voce 14- Copia dell'offerta economica presentate priva prezzi, in carta semplice.
- Voce 16- Copia del manuale operativo e d'uso su formato CD ROM
- Punto 2- ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI (Allegato "O") con allegato Dichiarazione di esclusiva Casa Produttrice Mindray e Dichiarazione reperibilità dei ricambi non inferiore a 10 anni della Casa Produttrice Mindray
- Punto 3- PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE (Allegato "O")
- Punto 4- Copia Certificato FDA
- Modulo di dichiarazione segretezza Allegato "F"
- Copia di tutti i documenti sopra indicati in formato CD ROM

Palermo, 07.11.2014


3C MED S.r.l.  
Amm. Unico  
Ersabene Corrao

del 11/11/2014  
**ELENCO DOCUMENTAZIONE**

PUNTO N°1:

**DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI:**


- a1) Relazione dettagliata dei prodotti offerti.  
a.1.1.) Documentazione e caratteristiche tecniche dell'attrezzatura:
1. Scheda tecnica. ALLEGATO "L1" e "L1bis"
  2. Scheda tecnica relativa alle caratteristiche tecniche, funzionali ed operative.
  - 2-bis. Sintesi tecnica con relativa indicazione delle migliorie proposte.
  3. 4. 5. 6. Dichiarazione di conformità direttiva 93/42 CEE, normativa vigente, normative sicurezza elettrica.
  7. Dichiarazione di conformità direttiva 89/336.
  8. Indicazione del codice CND, CIVAB dell'apparecchiatura.
  10. Elenco dei presidi di referenza.
  11. Dichiarazione del materiale di consumo eventualmente necessario per il funzionamento dell'apparecchiatura.
  12. Documento di conformità normativa della apparecchiatura. ALLEGATO "M".
  13. Documento informativo della fornitura ed installazione della apparecchiatura. ALLEGATO "N".
  14. Copia dell'offerta economica SENZA PREZZI.
  15. Depliant
  16. Copia del manuale operativo.

Milho 14  


PUNTO N°2:

**ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI**

- a2) Descrizione della struttura di vendita.
- b2) Descrizione della struttura logistica e distributiva e di ricezione ordini.
- c2) Programma temporale di fornitura ed relativa installazione ed avviamento  
- allegati layout d'installazione
- d2) Formazione del personale medico e tecnico-sanitario.  
- Allegato "O"



**PUNTO N°3:**

**PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

- a3) Modalità di svolgimento della manutenzione.
- b3) Definizione del Centro Assistenza dedicato alla fornitura.
- c3) Descrizione dell'organizzazione del servizio di assistenza

**PUNTO N°4:**

**CERTIFICAZIONE QUALITA'**

- a4) Copie dei Certificati di Qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001.

- CD DOCUMENTAZIONE TECNICA
- ALLEGATO "F"
- DUVRI





Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

**DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI:**

- a1) Relazione dettagliata dei prodotti offerti.  
a.1.1.) Documentazione e caratteristiche tecniche dell'attrezzatura:
1. Scheda tecnica. ALLEGATO "L2"
  2. Relazione tecnica relativa alle caratteristiche tecniche, funzionali ed operative.
  - 2-bis. Sintesi tecnica con relativa indicazione delle migliori proposte.
  3. 4. 5. 6. Dichiarazione di conformità direttiva 93/42 CEE, normativa vigente, normative sicurezza elettrica.
  7. Dichiarazione di conformità direttiva 89/336.
  8. Indicazione del codice CND, CIVAB dell'apparecchiatura.
  10. Elenco dei presidi di referenza.
  11. Dichiarazione del materiale di consumo eventualmente necessario per il funzionamento dell'apparecchiatura.
  12. Documento di conformità normativa della apparecchiatura. ALLEGATO "M".
  13. Documento informativo della fornitura ed installazione della apparecchiatura. ALLEGATO "N".
  14. Copia dell'offerta economica SENZA PREZZI.
  15. Depliant
  16. Copia del manuale operativo.

PUNTO N°2:

**ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI**

- a2) Descrizione della struttura di vendita.  
b2) Descrizione della struttura logistica e distributiva e di ricezione ordini.  
c2) Programma temporale di fornitura ed relativa installazione ed avviamento  
- allegati layout d'installazione  
d2) Formazione del personale medico e tecnico-sanitario.  
- Allegato "O"
-    

**PUNTO N°3:**

**PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**


- a3) Modalità di svolgimento della manutenzione.
- b3) Definizione del Centro Assistenza dedicato alla fornitura.
- c3) Descrizione dell'organizzazione del servizio di assistenza

**PUNTO N°4:**

**CERTIFICAZIONE QUALITA'**

- a4) Copie dei Certificati di Qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001.

- CD DOCUMENTAZIONE TECNICA
- ALLEGATO "F"
- DUVRI

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.





Allegato ..... <sup>D</sup> .....  
al verbale di gara  
del ..... *11/11/2016* .....

*11/11/2016*

**ULTRAMED** s.r.l.

Via Macello, 27 - 95027 - San Gregorio di Catania tel. 095/7211929-7211335 fax 095/7211711

E-mail: info@ultramedsrl.it - Pec: Ultramedsrl@pec.it

Uffici di Palermo Via Spadaro n. 34 - 90133 - Palermo tel. 091/6164158 - 6230641 fax 091/6162949

## INDICE DOCUMENTAZIONE TECNICA - LOTTO 1 -

### I. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI

**A**

Rif. punto 1-8 vedi scheda tecnica di cui all'allegato L1 (voce 1 e 2)

**B**

Rif. punto 2 vedi scheda tecnica Steelco

**C**

Rif. punto 3-5-6-7 vedi dichiarazioni di Conformità 93/42/CEE e ns. Dichiarazione di conformità alle Normative

**D**

Rif. punto 4 vedi certificato rilasciato dal Ministero della Salute

**E**

Rif. punto 9 vedi schede Excel "rispondenza al capitolato" ed "assegnazione punteggio", allegato L1, manuali d'uso e schede tecniche/depliant

**F**

Rif. punto 10 vedi elenco Presidi di Referenza

**G**

Rif. punto 11 vedi dichiarazione relativa al materiale di consumo

**HI**

Rif. punto 12 vedi allegato "M" debitamente compilato unitamente a copia del documento di riconoscimento



**ULTRAMED** S.R.L.

Via Macello, 27 – 95027 – San Gregorio di Catania tel. 095/7211929-7211335 fax 095/7211711

E-mail: info@ultramedsrl.it – Pec: Ultramedsrl@pec.it

Uffici di Palermo Via Spadaro n. 34 – 90133 – Palermo tel. 091/6164158 – 6230641 fax 091/6162949

**JK**

**Rif. punto 13** vedi allegato “N” debitamente compilato unitamente a copia del documento di riconoscimento e schede di installazione

**L**

**Rif. punto 14** vedi copia dell’offerta senza i prezzi

**M**

**Rif. punto 15** vedi depliant-schede tecniche originali Steelco:

**N**

**Rif. punto 16** vedi manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana su supporto elettronico

## **2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI**

**O**

**Rif. punti a2 – b2 – d2** vedi allegato “O” con i suoi allegati

**Rif. punti c2** vedi dichiarazione e diagramma di Gantt

## **3. PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

**PQ**

**Rif. punti a3 – b3 – c3** vedi dichiarazione unitamente a cronoprogramma attività annuali e proposta di contratto Ful Risk

Cod. Fisc. E Partita Iva 02732230871 – C.C.I.A.A. n. 180609 – Reg. Impr. CT n. 249620

Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. IT100400000667

Azienda certificata ISO 9001



**ULTRAMED** S.R.L.

Via Macello, 27 - 95027 - San Gregorio di Catania tel. 095/7211929-7211335 fax 095/7211711

E-mail: info@ultramedsrl.it - Pec: Ultramedsrl@pec.it

Uffici di Palermo Via Spadaro n. 34 - 90133 - Palermo tel. 091/6164158 - 6230641 fax 091/6162949

#### 4. CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

R

copia dei certificati:

UNI EN ISO 9001:2008 della ditta Ultramed s.r.l.

UNI EN ISO 13485: 2012 della Ditta Steelco S.p.A.

UNI EN ISO 9001:2008 della ditta Steelco S.p.A.

CERTIFICATO CE- Dichiarazione di approvazione del sistema di Qualità della Ditta Steelco  
Dichiarazione sul certificato FDA

#### 5. ALTRI ALLEGATI:

S allegato "F"

T DUVRI debitamente compilato e firmato

ULTRAMED S.r.l.  
info@ultramed.it  
(AMM. UNICO)

Cod. Fisc. E Partita Iva 02732230871 - C.C.I.A.A. n. 130609 - Reg. Impr. CT n. 24962  
Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. IT1004000000667  
Azienda certificata ISO 9001



Allegato ..... <sup>D</sup> .....  
al verbale di gara  
del ..... 11/11/2014 .....

**ULTRAMED** S.R.L.

Via Macello, 27 – 95027 – San Gregorio di Catania tel.095/7211929-7211335 fax 095/7211711

E-mail: info@ultramedsrl.it – Pec: Ultramedsrl@pec.it

Uffici di Palermo Via Spadaro n. 34 – 90133 – Palermo tel. 091/6164158 – 6230641 fax 091/6162949

## INDICE DOCUMENTAZIONE TECNICA – LOTTO 2

### 1. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI

A

Rif. punto 1–8 vedi scheda tecnica di cui all'allegato L2

B

Rif. punto 2 vedi scheda tecnica Steelco

C

Rif. punto 3-5-6-7 vedi dichiarazioni di Conformità 93/42/CEE e ns. Dichiarazione di conformità alle Normative

D

Rif. punto 4 vedi certificato rilasciato dal Ministero della Salute

E

Rif. punto 9 vedi schede Excel “rispondenza al capitolato” ed “assegnazione punteggio”, allegato L2, manuali d'uso e schede tecniche/depliant

F

Rif. punto 10 vedi elenco Presidi di Referenza

G

Rif. punto 11 vedi dichiarazione relativa al materiale di consumo

III

Rif. punto 12 vedi allegato “M” debitamente compilato unitamente a copia del documento di riconoscimento



11/11/2014  
pp

Casalecchio di Reno (BO), 04 Novembre, 2014

Spettabile  
A.O. UNIVERSITARIA POLICLINICO  
"PAOLO GIACCONE"  
Via Enrico Toti, n. 76  
90128 PALERMO

Ns. rif. CB/erc-4364  
(da citare sempre in risposta)

**OGGETTO: ELENCO DEI DOCUMENTI BUSTA "B" DOCUMENTAZIONE TECNICA**  
**FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" - LOTTO N. 5: MONITOR PER LE SALE PREPARAZIONE/RISVEGLIO PAZIENTE - CIG 5927187571**

**PUNTO N. 1: DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI**

1. Scheda tecnica per la raccolta dei dati tecnici - **ALLEGATO L5**  
**Relazione tecnica** in base a quanto previsto dal capitolato speciale con elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimali
2. Schede tecniche apparecchiature proposte
3. Dichiarazione di conformità normativa CE 93/42
4. Dichiarazione di conformità
5. Dichiarazione di conformità normative sicurezza
6. Non applicabile
7. Non applicabile (requisiti compatibilità elettromagnetica CEE 89/336 recepiti e compresi nella CE 93/42 per le apparecchiature elettromedicali proposte)
8. Indicazione codici CND e Numero Identificativo Ministero
9. Documentazione tecnica/bibliografia
10. Elenco dei presidi di referenza sul territorio nazionale
11. Elenco materiale di consumo
12. Documento di conformità normativa Vs. allegato M
13. Documento informativo della fornitura ed installazione delle apparecchiature Vs. allegato N
14. Copia dell'offerta economica presentata, senza prezzi e "configurazione proposta" con dettaglio dei codici dei prodotti offerti
15. Dépliant apparecchiature proposte
16. Manuali operativi cartacei ed in formato elettronico

Allegato <sup>E</sup> .....  
al verbale di gara  
del 11/11/2014

Mortara Instrument Europe s.r.l.  
Maurizio Clvardi  
Il Legale Rappresentante



**PUNTO N. 2: ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI**

**PUNTO N. 3: PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

**PUNTO N. 4: CERTIFICAZIONI DI QUALITA'**

- a.4) copia certificato ISO 9001/13485 Mortara Instrument INC. e Mortara Instrument Europe Srl
- b.4) copia certificati rilasciati dalla Food and Drug Administration (FDA) per le apparecchiature che sono oggetto dell'appalto.

**ALLEGATO F**

**DUVRI firmato per accettazione**

In fede,

**Mortara Instrument Europe S.r.l.**

**Il Legale Rappresentante**

**Maurizio Civardi**

Sifem Medical s.r.l.

Allegato F  
al verbale di gara

del 11/11/2014

*[Signature]* 11/11/2014  
pp

Lotto 5

## Elenco documenti BUSTA B – Documentazione Tecnica

- Scheda tecnica preliminare, come da allegato L, ed elenco con indicazione degli allarmi;
- Relazione tecnica e CD contenente le relazioni;
- Scheda tecnica originale in italiano;
- Dichiarazione di conformità CE;
- Dichiarazione di conformità alle normative vigenti;
- Dichiarazione del produttore di conformità alle normative di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica;
- Studi scientifici;
- Elenco dei principali presidi di referenza;
- Dichiarazione dell' utilizzo di materiale di consumo;
- Documento di conformità normativa, come da allegato M;
- Documento informativo della fornitura ed installazione, come da allegato N;
- Copia della offerta economica senza prezzo;
- Brochure illustrativa;
- CD con manuale d'uso;
- Documento sull' organizzazione fornitura, ricezione ordini e servizio di assistenza tecnica, come da allegato O;
- Programma di formazione del personale e programma di assistenza tecnica e manutenzione;
- Certificazioni UNI EN ISO 9001 del produttore e del distributore;
- Certificazione FDA delle apparecchiature offerte;
- Allegato F, Dichiarazione documentazione soggetta a riservatezza e divieto di divulgazione;
- DUVRI.


*[Signature]*

pp

*[Signature]*  
pp

## Elenco documenti BUSTA B – Documentazione Tecnica

- Scheda tecnica preliminare, come da allegato L, ed elenco con indicazione degli allarmi;
- Relazione tecnica e CD contenente le relazioni;
- Scheda tecnica originale in italiano;
- Dichiarazione di conformità CE;
- Dichiarazione di conformità alle normative vigenti;
- Dichiarazione del produttore di conformità alle normative di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica;
- Dichiarazione di compatibilità con il magnete della Risonanza Magnetica di Vostro possesso;
- Elenco dei principali presidi di referenza;
- Dichiarazione dell' utilizzo di materiale di consumo;
- Documento di conformità normativa, come da allegato M;
- Documento informativo della fornitura ed installazione, come da allegato N;
- Copia della offerta economica senza prezzo;
- Brochure illustrativa;
- CD con manuale d'uso;
- Documento sull' organizzazione fornitura, ricezione ordini e servizio di assistenza tecnica, come da allegato O;
- Programma di formazione del personale e programma di assistenza tecnica e manutenzione;
- Certificazioni UNI EN ISO 9001 del produttore e del distributore;
- Certificazione FDA delle apparecchiature offerte;
- Allegato F, Dichiarazione documentazione soggetta a riservatezza e divieto di divulgazione;
- DUVRI.





Allegato .....  
al verbale di gara  
del ..... *M/M* .....

**GETINGE**  
GETINGE GROUP

*M/M/10/14*

OGGETTO: FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE".

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO**  
(ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

La sottoscritta Getinge S.p.A. Società del Gruppo Svedese Getinge AB, con sede legale ed amministrativa in ROMA (RM)00148 - Via dei Buonvisi n. 61/D - Tel. +06/656631 Fax 06/65663203, capitale sociale € 2.500.000,00 i.v., Cod. fiscale e P. IVA n. 05506871002 - costituita con atto del 08.04.1998, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Roma (05506871002) dell'08.05.1998, Numero Repertorio Economico Amministrativo: 894551, nella persona del Ing. Michele Neirotti, nato a Udine il 15-02-1968, in qualità di Legale Rappresentante, in riferimento alla gara in oggetto, indica

**DOCUMENTAZIONE TECNICA - BUSTA B - LOTTO 1**

**1. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI**

a1) Documentazione e caratteristiche tecniche dell'attrezzatura:

1. Scheda tecnica di cui all'Allegato L1
2. Schede tecniche originali, ovvero
  - Scheda di prodotto Autoclave Trans Smart 2 Porte
  - Scheda di prodotto Autoclave Trans Smart 1 Porta
  - Scheda tecnica comparativa
  - Disegni tecnici standard
3. Documentazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE, ovvero
  - Dichiarazione di conformità resa dalla Getinge S.p.A.
  - Copia conforme all'originale della certificazione di conformità rilasciata da Ente Terzo
4. Dichiarazione di conformità alla normativa vigente e agli standard qualitativi nazionali e internazionali
5. Dichiarazione di conformità alla normativa sulla sicurezza elettrica
6. Copia conforme all'originale della certificazione UNI EN ISO 285
7. Dichiarazione di conformità relativa alla compatibilità elettromagnetica
8. Indicazioni in merito a codice CND e Numero di Repertorio Dispositivi Medici
9. N.D.
10. Elenco dei presidi di riferimento relativo a esercizi 2011-2013
11. Indicazioni in merito al materiale di consumo
12. Documento di conformità alla normativa di cui all'Allegato M
13. Documento informativo della fornitura e installazione di cui all'Allegato N
14. Copia dell'offerta economica senza prezzi
15. Materiale illustrativo, ovvero
  - Brochure Sterilizzatrice a Vapore serie Trans Smart
16. Copia del manuale operativo e d'uso

**2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI, ovvero**  
- Relazione di cui all'Allegato O






*PP*  
*J*  
*Q*

**OGGETTO: FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE".**

3. PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
4. CERTIFICAZIONI DI QUALITA'  
a4) copia dei Certificati di Qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001
5. MODULO DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO F
6. COPIA DEL DUVRI

GETINGE S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Ing. Michele Neirotti

L'Amministratore Delegato  
Ing. Michele Neirotti

OGGETTO: FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE".

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO**  
(ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

La sottoscritta Getinge S.p.A. Società del Gruppo Svedese Getinge AB, con sede legale ed amministrativa in ROMA (RM)00148 - Via dei Buonvisi n. 61/D - Tel. 06/656631 Fax 06/65663203, capitale sociale € 2.500.000,00 i.v., Cod. fiscale e P. IVA n. 05506871002 - costituita con atto del 08.04.1998, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Roma (05506871002) dell'08.05.1998, Numero Repertorio Economico Amministrativo: 894551, nella persona del Ing. Michele Neirotti, nato a Udine il 15-02-1968, in qualità di Legale Rappresentante, in riferimento alla gara in oggetto, indica

**DOCUMENTAZIONE TECNICA - BUSTA B - LOTTO 2**

**1. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI**


a) Documentazione e caratteristiche tecniche dell'attrezzatura:

1. Scheda tecnica di cui all'Allegato L2
2. Schede tecniche originali, ovvero
  - Scheda di prodotto Autoclave Trans Smart 2 Porte
  - Scheda tecnica comparativa
  - Disegni tecnici standard
3. Documentazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE, ovvero
  - Dichiarazione di conformità resa dalla Getinge S.p.A.
  - Copia conforme all'originale della certificazione di conformità rilasciata da Ente Terzo
4. Dichiarazione di conformità alla normativa vigente e agli standard qualitativi nazionali e internazionali
5. Dichiarazione di conformità alla normativa sulla sicurezza elettrica
6. Copia conforme all'originale della certificazione UNI EN ISO 285
7. Dichiarazione di conformità relativa alla compatibilità elettromagnetica
8. Indicazioni in merito a codice CND e Numero di Repertorio Dispositivi Medici
9. N.D.
10. Elenco dei presidi di riferimento relativo a esercizi 2011-2013
11. Indicazioni in merito al materiale di consumo
12. Documento di conformità alla normativa di cui all'Allegato M
13. Documento informativo della fornitura e installazione di cui all'Allegato N
14. Copia dell'offerta economica senza prezzi
15. Materiale illustrativo, ovvero
  - Brochure Sterilizzatrice a Vapore serie Trans Smart
16. Copia del manuale operativo e d'uso


**OGGETTO: FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE".**

2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI, ovvero  
- Relazione di cui all' Allegato O
3. PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
4. CERTIFICAZIONI DI QUALITA'  
a4) copia dei Certificati di Qualità
5. MODULO DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL' ALLEGATO F
6. COPIA DEL DUVRI

**GETINGE S.p.A.**  
Amministratore Delegato  
Ing. Michele Neirotti



L'Amministratore Delegato  
Ing. Michele Neirotti



M. Niro

OGGETTO: FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO  
(ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

La sottoscritta Getinge S.p.A. Società del Gruppo Svedese Getinge AB, con sede legale ed amministrativa in ROMA (RM)00148 - Via dei Buonvisi n. 61/D - Tel. 06/656631 Fax 06/65663203, capitale sociale € 2.500.000,00 i.v., Cod. fiscale e P. IVA n. 05506871002 - costituita con atto del 08.04.1998, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Roma (05506871002) dell'08.05.1998, Numero Repertorio Economico Amministrativo: 894551, nella persona del Ing. Michele Neirotti, nato a Udine il 15-02-1968, in qualità di Legale Rappresentante, in riferimento alla gara in oggetto, indica

DOCUMENTAZIONE TECNICA - BUSTA B - LOTTO 6

1. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI

a1) Documentazione e caratteristiche tecniche dell'attrezzatura:

1. Scheda tecnica di cui all'Allegato L6
2. Schede tecniche originali, ovvero
  - Scheda di prodotto
  - Descrizione tecnica
3. Documentazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE, ovvero
  - Dichiarazione di conformità resa dalla Getinge S.p.A.
  - Copia conforme all'originale della dichiarazione di conformità resa dal fabbricante Getinge Disinfection AB
  - Copia conforme all'originale della certificazione di conformità rilasciata da Ente Notificato
4. Dichiarazione di conformità alla normativa vigente e agli standard qualitativi nazionali e internazionali
5. Dichiarazione di conformità alla normativa sulla sicurezza elettrica
6. Copia conforme all'originale della certificazione UNI EN ISO 15883
7. Dichiarazione di conformità relativa alla compatibilità elettromagnetica
8. Indicazioni in merito a codice CND e Numero di Repertorio Dispositivi Medici
9. Documentazione tecnica per la valutazione delle prestazioni del bene offerto, ovvero
  - Copia conforme all'originale di certificazione emessa da un Laboratorio Terzo in merito alle prestazioni dell'apparecchiatura offerta, ovvero alla conformità delle stesse prestazioni allo standard ISO 15883-5
  - Report sui test di performance delle apparecchiature Getinge utilizzate in combinazione con detergenti Getinge
10. Elenco dei presidi di riferimento relativo a esercizi 2011-2013
11. Indicazioni in merito al materiale di consumo
12. Documento di conformità alla normativa di cui all'Allegato M







**OGGETTO: FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE".**

13. Documento informativo della fornitura e installazione di cui all'Allegato N
  14. Copia dell'offerta economica senza prezzi
  15. Materiale illustrativo, ovvero
    - Brochure lavastrumenti Getinge WD15 Claro
    - Brochure relativa ai detergenti Linea Getinge Clean
  16. Copia del manuale operativo e d'uso
- 
2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI, ovvero
    - Relazione di cui all'Allegato O
  3. PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
  4. CERTIFICAZIONI DI QUALITA'
    - a4) copia conforme all'originale dei Certificati di Qualità relativi a
      - Getinge S.p.A. (fornitore offerente) - 2 in tutto
      - Getinge Disinfection AB (fabbricante) - 3 in tutto
  5. MODULO DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO F
  6. COPIA DEL DUVRI

L'Amministratore Delegato  
Ing. Michele Neirotti

**GETINGE s.p.a.**  
Amministratore Delegato  
Ing. Michele Neirotti



Allegato .....<sup>71</sup>  
al verbale di gara  
del .....*M/M/2014*.....

**SATO**  
tecnologie medi

Messina, 28/10/2014

Spett.le  
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO  
"PAOLO GIACCONE"

**OGGETTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI  
SANITARI COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI  
MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE  
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "  
PAOLO GIACCONE ".**

Il sottoscritto Arrigo Pasquale nato a Patti il 31/08/1942 e domiciliato in Furnari (ME) 98054 Via Prestipaolo s.n.c. CPL Portorosa, , in qualità di Amministratore Unico della Società SATO S.r.l. con sede in Roma - Via Della Trinità dei Pellegrini, 19 - Sede Operativa Messina, Via Oratorio S.Francesco, 5 tel: 090-2925510, fax 090-2925520, e-mail [sato@satogroup.com](mailto:sato@satogroup.com) , codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 01687080836 ed iscritta al nr. RM-1054582 del REA, con capitale sociale € 96.000,00 = interamente versato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sotto propria responsabilità

**DICHIARA**

DI PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- relazione tecnica e allegato L per il lotto 4 (anche su formato CD\_ROM)
- dichiarazioni di conformità CE e ISO 13485 del produttore e dei prodotti
- dichiarazione di conformità alle normative
- elenco presidi di referenza
- allegato M
- allegato N
- copia offerta senza prezzi
- manuale d'uso
- allegato O con diagramma di GANT
- certificato ISO 9001 del distributore (SATO)
- copia DUVRI firmata per accettazione
- allegato F (libero accesso ai dati)

SATO SRL

**SATO S.r.l.**  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
*Arrigo Pasquale*

Organismo accreditato da ACCREDIA



UNI EN ISO 9001:2008  
SGQ Certificato n. 170



M. M. 11/11/2014

OGGETTO: FORNITURA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE ED ARREDI SANITARI  
COMPRESIVA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA'  
OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE".  
LOTTO 11 – FORNITURA BARELLE PER PRONTO SOCCORSO

**ELENCO DOCUMENTI PRESENTATI**  
**BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA**

1. **PUNTO 1 RELAZIONE DETTAGLIATA DEI PRODOTTI OFFERTI**

- RELAZIONE TECNICA
- LE BARELLE HILL-ROM

2. ALLEGATO L – L11 BARELLE PER PRONTO SOCCORSO (con allegati)

3. SCHEDE TECNICHE ORIGINALI:

- NUOVE BARELLE MODELLO PROCEDURAL DI HILL-ROM

4. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA', CERTIFICAZIONI UNI

5. DICHIARAZIONE INDICAZIONE CODICI CND, CIVAB E UMDC CON NUMERO DI REPERTORIO

6. DOCUMENTAZIONE TECNICA PER VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI:

- QUICK REFERENCE GUIDE
- QUICK DEMO GUIDE

7. ELENCO DEI PRESIDI DI RIFERENZA

8. DICHIARAZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO


9. ALLEGATO M

10. ALLEGATO N

11. COPIA OFFERTA SENZA QUOTAZIONI

12. DEPLIANT ILLUSTRATIVI

13. MANUALE D'USO E DI SERVIZIO (dichiarazione)





**14. PUNTO 2 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA**



- ALLEGATO O con allegati

**15. PUNTO 3 PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

- RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA

**16. PUNTO 4 CERTIFICAZIONI QUALITA'**

- CERTIFICATI DI QUALITA'
- DICHIARAZIONE FDA
- ALLEGATO F
- DUVRI

  
2  





**ULTRAMED** s.r.l.

Via Macello, 27 – 95027 – San Gregorio di Catania tel. 095/7211929-7211335 fax 095/7211711

E-mail: info@ultramedsrl.it – Pec: Ultramedsrl@pec.it

Uffici di Palermo Via Spadaro n. 34 – 90133 – Palermo tel. 091/6164158 – 6230641 fax 091/6162949

**JK**

**Rif. punto 13** vedi allegato “N” debitamente compilato unitamente a copia del documento di riconoscimento e schede tecniche di installazione

**L**

**Rif. punto 14** vedi copia dell’offerta senza i prezzi

**M**

**Rif. punto 15** vedi depliant-schede tecniche originali Steelco:

**N**

**Rif. punto 16** per manuale d’uso e manutenzione, in supporto elettronico, si rimanda alla documentazione tecnica del lotto n. 1

## **2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI**

**O**

**Rif. punti a2 – b2 – d2** vedi allegato “O” con i suoi allegati (per curriculum vitae ed attestati si rimanda alla documentazione tecnica del lotto n. 1)

**Rif. punti c2** vedi dichiarazione e diagramma di Gantt

## **3. PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

**PQ**

**Rif. punti a3 – b3 – c3** vedi dichiarazione unitamente a cronoprogramma attività annuali e proposta di contratto Ful Risk

Cod. Fisc. E Partita Iva 02732230871 – C.C.I.A.A. n. 180609 – Reg. Impr. CT n. 24962

Iscrizione R.A.E.E. C.C.I.A.A. IT1004000000667

Azienda certificata ISO 9001



**ULTRAMED** S.R.L.

Via Macello, 27 - 95027 - San Gregorio di Catania tel. 095/7211929-7211335 fax 095/7211711

E-mail: info@ultramedsrl.it - Pec: Ultramedsrl@pec.it

Uffici di Palermo Via Spadaro n. 34 - 90133 - Palermo tel. 091/6164158 - 6230641 fax 091/6162949

#### 4. CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

R

copia dei certificati:

UNI EN ISO 9001:2008 della ditta Ultramed s.r.l.

UNI EN ISO 13485: 2012 della Ditta Steelco S.p.A.

UNI EN ISO 9001:2008 della ditta Steelco S.p.A.

CERTIFICATO CE- Dichiarazione di approvazione del sistema di Qualità della Ditta Steelco  
Dichiarazione sul certificato FDA

#### 5. ALTRI ALLEGATI:

S allegato "F"

T DUVRI, debitamente compilato e firmato, s rimanda alla documentazione tecnica del Lotto n. 1

ULTRAMED S.r.l.  
Autogestione  
Unica

Cod. Fisc. E Partita Iva 02732230871 - C.C.I.A.A. n. 130609 - Reg. Impr. CT n. 24962  
Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. IT1004000000667  
Azienda certificata ISO 9001

