


**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

**AREA PROVVEDITORATO**

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.655503/5749

Email: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)

Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

A tutti gli Operatori Economici interessati

**OGGETTO:** Indagine di mercato per n. 1 Bilancia Analitica per l'U.O.C. di Epidemiologia Clinica con registro tumori di Palermo e Provincia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura per n. 1 Bilancia Analitica per l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo secondo le seguenti specifiche:

**SCHEDA TECNICA INIETTORI PER RISONANZA MAGNETICA**

QUANTITÀ	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
N.1	Cella di pesata monolitica		
	Campo di pesata "Max": 800g.		
	Divisione di lettura "d": 1mg.		
	Ripetibilità a carico massimo: valore tipico $\pm$ 1 mg		
	Deviazione della linearità: $\pm$ 6 mg		
	Dimensione del piatto di pesata: "min"diam 120 mm		
	Camera di pesata analitica		
	Uscita dati di serie: "min" 2 x USB-C		
	Protocolli di stampa conformi GLP		
	Gestione degli utenti con password		
	Monitoraggio del livellamento integrato		
	Gestione della sicurezza dei risultati configurabile		



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Funzione trasferimento dati PC o USB Pen in modalità PC diretto o in formato tabellare o di testo senza l'ausilio di SW installati su PC		
Calibrazione interna automatica e motorizzata		
Display grafico touch screen		
Programmi applicativi: Pesata/Dosaggio – Conteggio – Pesata percentuale – Miscelazione/totale netto – determinazione della densità – Statistica – Conversione unità di massa		
Blocco antifurto		

Si chiede a codesta rispettabile Ditta di volere fornire la migliore offerta tecnica ed economica per l'acquisto della fornitura.

Premesso quanto sopra, si chiede agli Operatori Economici interessati di inoltrare entro 10 gg dalla presente, il preventivo di spesa a mezzo PEC all'indirizzo "provveditorato@cert.policlinico.pa.it"

La presente indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici - in aggiunta a quelli eventualmente interpellati — di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente.

Codesta Ditta dovrà inoltre fornire una dichiarazione attestante il venduto della medesima tipologia di prodotto sul territorio nazionale, nell'ultimo anno, con l'indicazione dell'Azienda Sanitaria e dell'importo offerto.

Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche indicate nella richiamata descrizione.

Si resta in attesa di un vostro riscontro alla presente entro le ore 12:00 del ~~10/07~~ 2023.

Per eventuali chiarimenti:

Sig. Luigi La Fata – Area Provveditorato, [luigi.lafata@policlinico.pa.it](mailto:luigi.lafata@policlinico.pa.it)



Il Funzionario Responsabile del Procedimento  
Sig. Luigi La Fata