

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it - PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

Prot. N. 808


Palermo, 13/05/2019

Oggetto Procedura ex art. 36 del d.lgs. 50/2016 finalizzata alla fornitura mediante mercato elettronico delle PP.AA. (R.D.O.) del servizio noleggio materassi completi di cover per la prevenzione delle lesioni da decubito,

CHIARIMENTI 1

I chiarimenti sono visibili su <http://www.policlinico.pa.it>

Oggetto	"CARATTERISTICHE TECNICO/QUALITATIVE DEI MATERASSI ANTIDECUBITO" - Rif. punto 3 del Capitolato Speciale
Quesito 1	<p>Tipologia A - materassi a fluttuazione dinamica a pressione alternata per la prevenzione di lesioni da decubito in pazienti a basso/medio rischio, a pena esclusione dovrà garantire: - La pompa/materasso deve essere munita di allarmi acustici e visivi, sensori di pressione, garantire il trattamento in terapia alternata con ciclo di tipo uno/due, uno/tre o uno/quattro assicurando una superficie d'appoggio, piana e continuativa.</p> <p>Tipologia B - materassi a pressione alternata tipo fluttuazione dinamica o bassa pressione continua per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad alto rischio, a pena esclusione dovrà garantire: - Il sistema pompa/materasso deve essere in grado di operare sia per il trattamento in modalità sia statica bassa pressione continua che alternata, con ciclo di tipo uno/tre uno/quattro, assicurando una superficie d'appoggio piana e continuativa.</p> <p>Tipologia C - materassi a pressione alternata fluttuazione dinamica o bassa pressione continua per la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio, a pena esclusione dovrà garantire: - Il sistema pompa/materasso deve essere in grado di operare sia per il trattamento in modalità statica che alternata, con ciclo a pressioni differenziate di tipo uno/tre uno/quattro assicurando una superficie d'appoggio, piana e continuativa con possibilità di porre in scarico una o più celle dell'area del capo e dei piedi.</p> <p>Nella tipologia A sono riportate caratteristiche per prodotti con ciclo di tipo uno/due, assente negli altri due lotti C e D. Ai fini di più ampia partecipazione da parte dei concorrenti, ed essendo il mercato delle superfici antidecubito maggiormente gestito con prodotti con tipo di ciclo uno/due, si chiede di adeguare la richiesta per la tipologia B e C includendo anche la tipologia di ciclo alternato uno/due.</p>
Risposta	Trattasi di un refuso. Anche per i materassi di tipo B e C sono ammessi cicli a pressione di tipo uno/due, uno/tre o uno/quattro



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO


Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it - PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

Oggetto	"CARATTERISTICHE TECNICO/QUALITATIVE DEI MATERASSI ANTIDECUBITO" - Rif. punto 3 del Capitolato Speciale
Quesito 2	"Celle latex free a tutta altezza (no a spessori in schiuma)" Essendo la richiesta di fornire prodotti completamente sostitutivi di quelli ospedalieri ed essendo presenti, tra le caratteristiche tecniche dei singoli lotti, differenze tra l'altezza della cella e quella del materasso (es. Altezza celle 11 cm e materasso 15), si richiede di specificare se trattasi di refuso indicare "no" a spessori in schiuma e se, quindi, i sistemi offerti possano essere dotati di schiumato di sicurezza - posto alla base delle celle e certificato a norma di legge.
Risposta	<i>Le celle devono avere l'altezza minima indicata per ciascuna tipologia (A: 11 cm, B: 13 cm, C: 18 cm) - Il materasso deve avere l'altezza minima indicata per ciascuna tipologia (A: 15 cm, B: 18 cm, C: 20 cm). Nel caso la cella non abbia lo stessa altezza del materasso, il restante spessore può essere in schiuma o in lattice.</i>

Oggetto	PRODOTTO OFFERTO
Quesito 3	Vogliate specificare se sia possibile presentare lo stesso prodotto in più sub-lotti.
Risposta	<i>E' possibile purché il prodotto offerto per la tipologia abbia le caratteristiche minime delle restanti tipologie.</i>

Oggetto	DISCIPLINARE DI GARA
Quesito 4	In merito all'attribuzione del punteggio tecnico, l'articolo 5 del Disciplinare Come è possibile evincere da una prima lettura, la tabella riportata non rispetta le indicazioni illustrate nel Disciplinare di gara, in quanto non consente di determinare chiaramente con quali criteri (discrezionali - quantitativi - tabellari) vengano gestiti gli "item" previsti. Al fine di illustrare comprensibilmente le modalità di assegnazione del punteggio qualitativo e di consentire agli operatori economici di interpretare correttamente il "percorso valutativo" posto in atto dal Vostro rispettabile Ente, si chiede di rettificare la tabella in oggetto o di modificare le indicazioni contenute negli articoli del disciplinare - sopraccitati. Tale osservazione, si pone nell'ottica della massima collaborazione con il Vostro Ente - al fine di non inficiare il buon esito della stessa procedura. Nel caso in cui fosse validato il contenuto delle indicazioni di cui agli articoli 5, 5.1 e 5.2 del Disciplinare di Gara, si chiede cortesemente di esplicitare l'attribuzione del punteggio con il metodo "dell'interpolazione lineare" mediante un chiaro schema esemplificativo
Risposta	<i>Tutti i punteggi da attribuire sono di tipo "Tabellare" con esclusione di quelli relativi a "Innovazione Tecnologia" e "Formazione" che sono di tipo "Discrezionale"</i>

Oggetto	PRODOTTO OFFERTO
Quesito 5	E' possibile offrire lo stesso prodotto per fasce differenti?
Risposta	<i>Vedasi risposta al chiarimento n. 3</i>



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826


AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it - PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

Oggetto	PAG. 2 DEL CAPITOLATO
Quesito 6	A pag. 2 del Capitolato si specifica: Tipologia B: Materassi a fluttuazione dinamica a pressione alternata per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio rischio. • Tipologia C: Materassi a pressione alternata o bassa pressione continua per il trattamento terapeutico di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio. È prevista inoltre la rispondenza dei sistemi alla 93/42/CEE. Considerata la necessità e la richiesta di avere sistemi per la prevenzione e per il trattamento terapeutico di lesioni da decubito, trattandosi pertanto di dispositivi terapeutici attivi si chiede di confermare che i dispositivi richiesti debbano necessariamente appartenere alla classe IIa così in ossequio e ai sensi dell'allegato IX regola 9 della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii che prevede quanto segue: DIRETTIVA IMPIANTABILI NON ATTIVI (93/42/CEE) - ALLEGATO XI 3.1. Regola 9 - Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a rilasciare o a scambiare energia rientrano nella classe IIa a meno che le loro caratteristiche siano tali da permettere loro di rilasciare energia al corpo umano o scambiare energia con il corpo umano in forma potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura, della densità e della parte in cui è applicata l'energia, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb.
Risposta	<i>Si conferma che i sistemi devono avere la marcatura CE e rispondente alla direttiva 93/42/CEE.</i>

Oggetto	DISCIPLINARE DI GARA
Quesito 7	A pag. 14 del Disciplinare di gara si fa riferimento al punteggio attribuito dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione identificati con D=Discrezionali, Q= Quantitativi e T=Tabellari, si chiede di confermare se trattasi di refuso.
Risposta	<i>Tutti i punteggi da attribuire sono di tipo "Tabellare" con esclusione di quelli relativi a "Innovazione Tecnologia" e "Formazione" che sono di tipo "Discrezionale"</i>

Oggetto	"CARATTERISTICHE TECNICO/QUALITATIVE DEI MATERASSI ANTIDECUBITO" - Rif. punto 3 del Capitolato Speciale
Quesito 8	Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo ad inviare la seguente richiesta di chiarimenti:1) Il Capitolato Speciale al punto 3. - Caratteristiche Tecnico/Qualitative dei materassi antidecubito (Tipologia B -Tipologia C), a pag. 4-5, riporta quale caratteristica pena esclusione che: "Il sistema pompa/materasso deve essere in grado di operare sia per il trattamento in modalità sia statica bassa pressione continua che alternata, con ciclo di tipo uno/tre uno/quattro, assicurando una superficie di appoggio piana e continuativa. "Dato che, a tal proposito, non risultano linee guida o evidenze clinico-scientifiche che dimostrino la maggiore efficacia del ciclo alternato uno/tre e uno/quattro rispetto al ciclo alternato uno/due, da voi già oltretutto previsto nella Tipologia A. Considerando inoltre che tali specifiche appaiono eccessivamente restrittive e limitative per la partecipazione alla procedura e pertanto contrastanti con l'art. 68 del D. Lgs 50/2016, si chiede di confermare



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it - PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

	la possibilità di offrire presidi con ciclo alternato uno/due anche per le Tipologie B
Risposta	Vedasi risposta al chiarimento n. 1

Il Responsabile del Procedimento
Michele Costagliola