



Azienda Ospedaliera Universitaria
"Policlinico Paolo Giaccone"
di Palermo



Oggetto: indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di n. 14 dispositivi per l'igienizzazione degli steto/fonendoscopi.

Questa Amministrazione intende avviare un'Indagine conoscitiva di Mercato per l'affidamento della fornitura di n. 14 dispositivi per l'igienizzazione degli steto/fonendoscopi, le cui caratteristiche tecnologiche sono di seguito descritte, per le UU.OO.CC. di Medicina Respiratoria delle urgenze, di Nefrologia, di Ematologia, ambulatori e Pronto Soccorso di questa A.O.UP..

A tal fine intende verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi siano altri operatori economici qualificati, oltre la Ditta Sapio Life S.r.l., in grado di fornire i dispositivi in argomento con le caratteristiche minime di seguito riportate ovvero con caratteristiche equivalenti.

Il dispositivo deve essere indossabile, deve permettere la disinfezione automatica dello stetoscopio e garantire ai pazienti la sicurezza di un'igiene profonda, mediante l'azione dei raggi LED UV che rappresentano una soluzione efficace ed efficiente al problema della trasmissione dei batteri in quanto ne distruggono il DNA inibendone la riproduzione e la proliferazione.

Caratteristiche tecnologiche minime richieste:

- a) Apparecchio con innovativa tecnologia a Led UV-C;
- b) doppio livello automatico di trattamento: 3 minuti per la disinfezione standard + 2 minuti per una disinfezione più profonda;
- c) accensione automatica all'aggancio dello stetoscopio;
- d) sistema con doppio controllo, sensoriale ottico e meccanico di attivazione in sicurezza operativa;
- e) microprocessore per controlli di irradiazione e sicurezza;
- f) corpo in speciale policarbonato;
- g) leggero (100gr.) e tascabile con ingombro limitato;
- h) batteria ricaricabile tramite cavo standard micro USB;
- i) elevata autonomia della batteria.

Qualora si dovessero riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute si chiede cortesemente di voler segnalare le stesse accompagnando, se del caso, le eventuali discrasie riscontrate con motivate considerazioni.

Contestualmente, si chiede di voler indicare il prezzo orientativo di mercato per la fornitura di cui sopra e di allegare il relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore e le schede tecniche di tale apparecchiature.

La ditta in grado di fornire tale tipologia di sistema, o soluzione funzionale equivalente ai sensi dell'art. 68 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., può darne informazione tramite istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare la Società, da fare pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 aprile 2018, presso l'Ufficio Segreteria Protocollo dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, via Enrico Toti n. 76, 90128 Palermo.

La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Area Provveditorato e sul frontalino della stessa dovrà essere riportato in evidenza il nominativo della ditta afferente e la dicitura *“indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di n. 14 dispositivi per l'igienizzazione degli steto/fonendoscopi, per le UU.OO.CC. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone”*.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza di possibili fornitori del sistema richiesto.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare la Dr. Stefania Bongiovanni al numero 0916555566 o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica area.provveditorato@policlinico.pa.it.