



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

A tutti gli Operatori Economici interessati

OGGETTO: Indagine di mercato per “**Fonendo, sfigmo e pulsossimetri**” per le UU.OO. dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all’esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura per “**Fonendo, sfigmomanometri e pulsossimetri**” per le UU.OO. dell’A.O.U.P. **Paolo Giaccone di Palermo**

SCHEDA PREVENTIVO

Voce	Descrizione	Quantitativo	Prezzo Unit. IVA esclusa
1	Fonendo	100	
2	Sfigmomanometro Aneroide Palmare	100	
3	Pulsossimetro	100	

Si chiede a codesta spettabile Ditta di volere fornire la migliore offerta tecnica ed economica.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI

1- FONENDO

Fonendoscopio con testa piatta di diametro 45 mm. Circa in alluminio anodizzato. Archetto in metallo cromato lunghezza 150mm circa. Confezione in scatola di cartone.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

2- SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PALMARE

Cassa in lega leggera cromata. Bracciale in nylon con chiusura velcro, anello in metallo, monopalla in lattice con valvola di ritegno a sfera interamente in metallo cromato. Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite. Busta in similpelle con cerniera.

3- PULSOSSIMETRO

Pulsossimetro portatile a dito con tecnologia a raggi infrarossi, che permetta la misurazione della saturazione di ossigeno, della frequenza cardiaca. Valori leggibili grazie ad un display LCD. Funzionamento mediante 2 batterie ministilo da 1,5 V. dotato di cinturino per il trasporto.

Premesso quanto sopra, si chiede agli Operatori Economici interessati di inoltrare entro 5 gg dalla presente, il preventivo di spesa a mezzo PEC all'indirizzo "provveditorato@cert.policlinico.pa.it".

Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche indicate nella richiamata descrizione.

Si resta in attesa di un vostro riscontro alla presente entro le ore 12:00 del 11/03/2024.
Per eventuali chiarimenti:

Sig. Luigi La Fata – Area Provveditorato, tel. 3297506808

Il Funzionario
Responsabile del Procedimento
Sig. Luigi La Fata