



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA CON VIDEOCAPSULA PER LO STUDIO DELL’INTESTINO TENUE E DEL COLON, PER L’U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE D’URGENZA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE.

Questa Amministrazione intende avviare un’Indagine conoscitiva di Mercato per l’affidamento della fornitura di un sistema di endoscopia con video capsula per lo studio dell’intestino tenue e del colon, per l’U.O.C. di Chirurgia Generale d’Urgenza.

A tal fine intende verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi siano altri operatori economici qualificati, oltre la Ditta Medtronic Italia S.p.A., in grado di fornire il sistema in argomento con le caratteristiche minime di seguito riportate ovvero con caratteristiche equivalenti.

Il Sistema di endoscopia con videocapsula per lo studio dell’intestino tenue e del colon consente la diagnosi anche per i segmenti dell’intestino, non raggiungibili mediante l’endoscopia tradizionale o in pazienti per cui quest’ultima sarebbe impossibile o controindicata.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI ENDOSCOPIA CON VIDEOCAPSULA PER LO STUDIO DELL’INTESTINO TENUE E DEL COLON

Sistema deve essere composto da:

- a) una postazione di lavoro, su cui è installato il software necessario all’immissione dati paziente, alla creazione del filmato e alla sua analisi e refertazione da parte dello specialista;
- b) un registratore, necessario alla registrazione delle immagini riprese dalla videocapsula che disponga della funzionalità di visualizzazione delle immagini in tempo reale durante l’esame;
- c) una cintura di sensori necessari alla ricezione dei dati inviati dalla video capsula;
- d) da tre diverse tipologie di videocapsule, di seguito meglio specificate.

La capsula deve passare attraverso l’apparato digerente e acquisire immagini che il registratore, attraverso una cintura di sensori posta intorno alla vita del paziente, accumula ed infine trasferisce ad apposito computer, con il quale lo specialista analizza i filmati per il referto.

La work station e il Software di elaborazione e refertazione devono essere compatibili con l’impiego delle differenti tipologie di capsule richieste, di seguito riportate:

- n. 60 Videocapsule per l'endoscopia dell'intestino tenue con una telecamera che riprende 2 o 6 frame al secondo, che dispongano della funzionalità avanzata di **frequenza variabile** di acquisizione delle immagini, in particolare la capsula deve acquisire 2 immagini al secondo quando procede lentamente e 6 immagini al secondo quando, invece, procede a velocità più elevata;
- n. 30 Videocapsule per l'endoscopia dell'intestino crasso con **due** telecamere, con angolo di visione pari a 172° per camera, che riprendono 4 o 35 frame al secondo, in base alla velocità di avanzamento della capsula lungo il tubo digerente che viene impostata dal registratore dati;
- n. 10 Capsule **dissolvibili** per la verifica preventiva della pervietà intestinale, da utilizzarsi prima della somministrazione della video capsula endoscopica, volta ad evitare il rischio di ritenzione in caso di stenosi, al fine di escludere un intervento chirurgico per la rimozione della videocapsula stessa.

Qualora si dovessero riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si chiede di voler segnalare le stesse accompagnando le eventuali discrasie riscontrate, con motivate considerazioni.

Contestualmente si chiede di voler indicare il prezzo orientativo di mercato per la fornitura di cui sopra e di allegare il relativo stralcio dei prezzi in vigore e le schede tecniche dei dispositivi.

La presente indagine, pubblicata sul www.policlinico.pa.it sezioni bandi, è propedeutica all'affidamento della fornitura di cui in oggetto.

La Ditta in grado di fornire tale tipologia di sistema, o soluzione funzionale equivalente, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, può darne informazione tramite istanza di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare la Società, da fare pervenire entro e **non oltre le ore 13 del giorno 12 dicembre 2017**, presso l'Ufficio Protocollo dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone – Via Enrico Toti n°76 - 90128 PALERMO.

La Busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Area Provveditorato e dovrà riportare sul frontalino la Denominazione della Ditta e la dicitura: ***”Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di un sistema di endoscopia con video capsula per lo studio dell'intestino tenue e del colon, per l'U.O.C. di Chirurgia Generale d'Urgenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone.”***