

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccione.it

Prot. N. 6406

Palermo, 30/11/2018


Oggetto Gara a procedura aperta per la fornitura in service di sistemi completi di diagnostica e di arredi per laboratori dell'AOU Policlinico di Palermo (n. gara 7225367).

CHIARIMENTI 2

I chiarimenti sono visibili su <http://www.policlinico.pa.it>

Oggetto	SOPRALLUOGHI
Quesito 1	
Risposta	<p>I sopralluoghi possono essere effettuati tutte le mattine previo appuntamento concordato con:</p> <p>CORELAB (Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10): Dott. Lia Caldarella - liacaldarella@virgilio.it -091.6553682- 3281192053</p> <p>EMATOLOGIA (Lotto n.7): Dott. Florinda Di Piazza - florindadipiazza@gmail.com -cell. 3283081605</p> <p>CLADIBIOR (Lotto n. 8): Prof. Nadia Caccamo - nadia.caccamo@unipa.it - 091.6555916 - 6555902</p> <p>ANATOMIA e ISTOLOGIA PATOLOGICA (Lotto n. 9): Prof. Ada Maria Florena - adamaria.florena@unipa.it - Cell. 3382983015 Dott. G Fiorenzo Lucia - fiorenzolucia@gmail.com - Cell. 3388472303</p> <p>DIAGNOSTICA SPECIALISTICA PATOLOGIE DIFFUSIVE Lotti n. 11, 12, 13): Dott- Giustina Vitale - giustina.vitale@policlinico.pa.it - Tel. Cell. 3294170977</p> <p>Il modello d di avvenuto sopralluogo, che è solo un fac-simile, reca per errore la dicitura "Servizio di Analisi Microbiologiche ..."</p>

Oggetto	LOTTO N. 2
Quesito 2	"Sistema diagnostico per la determinazione delle emoglobine con tecnologia HPLC"; al punto 3 delle Caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa: "strumento provvisto di pompa e/o pompe in grado di lavorare con gradiente a pressione continua" la Scrivente chiede se con "gradiente a pressione continua" si intende gradiente lineare continuo ad alta pressione
Risposta	<i>Si intende gradiente lineare continuo ad alta pressione.</i>



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO


Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

Oggetto	LOTTO N. 4
Quesito 3	Si chiede di chiarire cosa si intende per "schede di sicurezza dell'analizzatore" pag. 15 del capitolato tecnico: <i>"Devono essere fornite le schede di sicurezza dell'analizzatore"</i>
Risposta	<i>La "schede di sicurezza dell'analizzatore" deve riportare le specifiche elettriche, nel rispetto della normativa vigente, ed è un documento tecnico necessario a corredo dello Strumento/Analizzatore.</i>

Oggetto	LOTTO N. 5
Quesito 4	Si chiede di chiarire cosa si intende per "schede di sicurezza dell'analizzatore" Pag 15 capitolato tecnico: <i>Devono essere fornite le schede di sicurezza dell'analizzatore</i>
Risposta	<i>La "scheda di sicurezza dell'analizzatore" deve riportare le specifiche elettriche, nel rispetto della normativa vigente, ed è un documento tecnico necessario a corredo dello Strumento/Analizzatore.</i>

Oggetto	LOTTO N. 7
Quesito 5	In relazione alla lista dei "reattivi sonde FISH" si chiede: 1. di verificare ed eventualmente correggere la richiesta, in quanto, è opinione della scrivente, che la modalità con cui è stata redatta, identifica unicamente uno specifico operatore economico, non favorendo la partecipazione di altri soggetti interessati, e quindi violando i principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza; 2. di valutare l'effettiva necessità dei laboratori afferenti alla gara in oggetto.
Risposta	<i>E' necessità della U.O. richiedente, avere una piattaforma diagnostica molto ampia che non precluda il poter effettuare, in maniera precisa e completa, diagnosi di neoplasie ematologiche. Nel caso ci siano, nelle caratteristiche tecniche del capitolato, elementi di esclusività, le Ditte, come previsto dalla normativa vigente, e dal capitolato di gara, possono offrire prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione allegate alla documentazione tecnica di gara e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dalla commissione giudicatrice. L'eventuale sussistenza di "una esclusiva", a noi non nota, non preclude, in ogni caso l'indizione di una procedura di gara.</i>

Oggetto	LOTTO N. 8 Capitolato pag. 35 Voce "Stazioni di lavoro aggiuntive"
Quesito 6	Dato che il PC gestionale che permette l'interfacciamento al LIS è un sistema solo hardware, senza monitor, si chiede conferma che solo una delle due stazioni aggiuntive richieste debba essere completa di monitor e software per studi citofluorimetrici.
Risposta	<i>Si conferma che la richiesta delle due stazioni aggiuntive debba essere completa di monitor e software per studi citofluorimetrici.</i>



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo




Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccione.it

Oggetto	LOTTO N: 8 Capitolato pag. 36 elenco di "miscele di anticorpi monoclonali a 8 colori(IVD), 8 colori (RUO) e 6 colori (RUO)".																																								
Quesito 7	Data la presenza di molti refusi di stampa (es. alcuni "/" sono riportati come "I" o "1") si chiede di verificare le combinazioni richieste e di specificarle nuovamente in modo più chiaro, eliminando suddetti refusi che possono indurre ad errori di interpretazione.																																								
Risposta	<p>REAGENTI PER DIAGNOSTICA con marchio CE-IVD e REAGENTI PER DIAGNOSTICA AVANZATA (RUO) FABBISOGNO ANNUO</p> <table><tr><td>Anticorpi in 1°</td><td>Fluorescenza</td><td>1.600</td><td>CE-IVD</td></tr><tr><td>Anticorpi in 2°</td><td>Fluorescenza</td><td>1.600</td><td>CE-IVD</td></tr><tr><td>Anticorpi in 3°</td><td>Fluorescenza</td><td>1.200</td><td>CE-IVD</td></tr><tr><td>Anticorpi in 4°</td><td>Fluorescenza</td><td>1.200</td><td>CE-IVD</td></tr><tr><td>Anticorpi in 5°</td><td>Fluorescenza</td><td>1.200</td><td>CE-IVD</td></tr><tr><td>Anticorpi in 6°</td><td>Fluorescenza</td><td>500</td><td>CE-IVD</td></tr><tr><td>Anticorpi in 7°</td><td>Fluorescenza</td><td>500</td><td>CE-IVD</td></tr><tr><td>Anticorpi in 8°</td><td>Fluorescenza</td><td>500</td><td>CE-IVD</td></tr><tr><td>Anticorpi in 9°</td><td>Fluorescenza</td><td>200</td><td>RUO</td></tr><tr><td>Anticorpi in 10°</td><td>Fluorescenza</td><td>200</td><td>RUO</td></tr></table> <p><i>Sistema per diagnostica oncoematologica marcato CE-IVD completo di reagenti costituiti da miscele di anticorpi monoclonali a 8 colori liofilizzati sul fondo di ogni provetta e pronti all'uso + biglie per la calibrazione e la compensazione:</i> <i>CD8+Igλ/CD56+IgK/CD5/CD19+TCRγδ/CD3/CD38/CD20+CD4/CD45</i> <i>N.40 kit</i> <i>CD23 / CD10 /CD79b /CD19 /CD200 / CD43 / CD20 / CD45 : N. 40 kit</i> <i>CD38/CD56/β2micro /CD19 /cyIgk /cyIgλ /CD45 /CD138 : N. 40 kit</i> <i>CD38 / CD28/ CD27 /CD19 /CD117/ CD81/ CD45 / CD138 : N. 40 kit</i> <i>CyMPO/Cy79a/CD34/CD19/CD7/sCD3/cyCD3/CD45 : N. 20 kit</i> <i>Biglie per l'ottimizzazione della calibrazione dei fotomoltiplicatori N. 100 kit</i> <i>Biglie per l'ottimizzazione dei valori di compensazione N. 20 kit</i> <i>Miscele di anticorpi monoclonali a 8 colori, liofilizzati sul fondo di ogni provetta e pronti all'uso per diagnostica avanzata (RUO):</i> <i>CD16/CD13/CD34/CD117/CD11b/CD10/HLA-DR/CD45 : N. 40 kit</i> <i>CD103/CD200/CD5/CD19/CD23/CD10/FMC7/CD45 : N. 20 kit</i> <i>CD103/LAIR1/CD11c/CD19/smIgM/CD49d/CD20/CD45 : N. 20 kit</i> <i>CD35/CD64/CD34/CD117/IREM2/CD14/HLA-DR/CD45 : N. 20 kit</i> <i>Miscele di anticorpi monoclonali a 6 colon, liofilizzati sul fondo di ogni provetta e pronti all'uso per diagnostica avanzata (RUO):</i> <i>Lambda /Kappa /CD19/CD38/CD56/CD45 : N. 50 kit</i> <i>CD38/CD56/CD20/CD19/CD138/CD45 : N. 50 kit</i> <i>FMC7/CD23/CD5/CD19/CD200/CD38 : N. 40 kit</i> <i>Miscele di anticorpi monoclonali a 4 colon, liofilizzati sul fondo di ogni provetta e pronti all'uso per diagnostica avanzata (RUO):</i> <i>CD34/CD117/HLA-DR/CD45 : N. 40 kit</i></p>	Anticorpi in 1°	Fluorescenza	1.600	CE-IVD	Anticorpi in 2°	Fluorescenza	1.600	CE-IVD	Anticorpi in 3°	Fluorescenza	1.200	CE-IVD	Anticorpi in 4°	Fluorescenza	1.200	CE-IVD	Anticorpi in 5°	Fluorescenza	1.200	CE-IVD	Anticorpi in 6°	Fluorescenza	500	CE-IVD	Anticorpi in 7°	Fluorescenza	500	CE-IVD	Anticorpi in 8°	Fluorescenza	500	CE-IVD	Anticorpi in 9°	Fluorescenza	200	RUO	Anticorpi in 10°	Fluorescenza	200	RUO
Anticorpi in 1°	Fluorescenza	1.600	CE-IVD																																						
Anticorpi in 2°	Fluorescenza	1.600	CE-IVD																																						
Anticorpi in 3°	Fluorescenza	1.200	CE-IVD																																						
Anticorpi in 4°	Fluorescenza	1.200	CE-IVD																																						
Anticorpi in 5°	Fluorescenza	1.200	CE-IVD																																						
Anticorpi in 6°	Fluorescenza	500	CE-IVD																																						
Anticorpi in 7°	Fluorescenza	500	CE-IVD																																						
Anticorpi in 8°	Fluorescenza	500	CE-IVD																																						
Anticorpi in 9°	Fluorescenza	200	RUO																																						
Anticorpi in 10°	Fluorescenza	200	RUO																																						



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo




Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccione.it

Oggetto	LOTTO N. 8 Capitolato pag. 37 tabella "caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa"
Quesito 8	Dato che la somma totale del max dei punti risulta essere 78 e le caratteristiche 3 e 4 sono estremamente simili "Massima portata di acquisizione del citofluorimetro espressa in $\mu\text{l}/\text{minuto}$, a supporto dell'efficienza delle procedure di laboratorio con possibilità di impostare diverse velocità di flusso" si chiede all'ente conferma di poter tenere in considerazione per la valutazione dei punteggi la sola caratteristica 3 "Massima portata di acquisizione del citofluorimetro espressa in $\mu\text{l}/\text{minuto}$, a supporto dell'efficienza delle procedure di laboratorio con possibilità di impostare diverse velocità di flusso [$> 100 \mu\text{l}$: 8 punti; $< 100 \mu\text{l}$: 4 punti]", che risulta essere più specifica rispetto alla seguente caratteristica 4.
Risposta	<i>E' stata erroneamente ripetuta una valutazione Si conferma: il punto 3 viene considerato utilizzando il seguente punteggio si allega di seguito la griglia di valutazione, pertanto la somma totale risulta essere 70</i>

Caratteristica oggetto di valutazione	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	MAX PUNTI
Configurazione del banco ottico con un numero di parametri di fluorescenza limitato sul laser blu per facilitare le operazioni di compensazione dello strumento: \leq a 4 fluorescenze		8		8
Sensibilità della fluorescenza FITC e PE misurata in MESF				
FITC inferiore a 90 MESF, PE Inferiore a 25 MESF			8	8
FITC superiore a 90 MESF, PE superiore a 25 MESF			4	
Massima portata di acquisizione del citofluorimetro espressa in $\mu\text{l}/\text{minuto}$, a supporto dell'efficienza delle procedure di laboratorio con possibilità di impostare diverse velocità di flusso				
$> 100 \mu\text{l}$		8		8
$< 100 \mu\text{l}$		4		
Possibilità di inserire soglie multiparametriche contemporaneamente su tutti i parametri acquisibili sia fisici che immunologici			8	8



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccione.it


Ottica di raccolta a riflessione con rilevazione prioritaria della fluorescenza a maggiore lunghezza d'onda				8
Velocità di flusso del citofluorimetro superiore a 32.000 eventi al secondo				8
Completezza del lotto e caratteristiche offerte	12			12
Rumorosità del citofluorimetro misurato in dBA: ≤ a 55dBA		6		6
Tracciabilità dei dati e firma elettronica (descrivere)	4			4

Oggetto	LOTTO N. 9
Quesito 9	Si chiede di confermare la possibilità di offrire anticorpi RUO, nel caso in cui non sia presente sul mercato il medesimo anticorpo CE/IVD.
Risposta	<i>Si ribadisce quanto espressamente richiesto nel capitolato tecnico, al paragrafo: Caratteristiche minime indispensabili dei reagenti e dei materiali di consumo. " Marcatura CE/IVD e conformità alla normativa vigente. In nessun caso è ammessa la fornitura di anticorpi RUO.</i>

Oggetto	LOTTO n. 10
Quesito 10	"La Ditta aggiudicataria dovrà dare disponibilità a fornire ulteriori parametri, su richiesta dell'ente appaltante, da utilizzare sullo strumento in service o parametri di nuova introduzione, alle medesime condizioni espresse in offerta sul pannello analiti oggetto del Service"
Risposta	<i>Si conferma quanto richiesto nel capitolato</i>

Oggetto	DISCIPLINARE DI GARA: Pag. 17
Quesito 11	Si chiede conferma all'ente che le schede tecniche dei prodotti per diagnostica avanzata che non necessitano di marcatura CE-IVD possano essere allegate come traduzione semplice o copia conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000.
Risposta	<i>Si conferma</i>

Oggetto	DISCIPLINARE DI GARA – art. 3, pag. 4 e 5
Quesito 12	Si chiede di confermare che l'oggetto del lotto 10: "sistema analitico automatico per estrazione di acidi nucleici" trattasi di refuso, come la dicitura presente sul modulo B 3 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUGO "Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche
Risposta	<i>Per entrambi si tratta di un refuso l'oggetto corretto del lotto n. 10 è il seguente: "SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO PER</i>



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502

Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it - PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

	<i>LA DIAGNOSTICA E LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA RENALE, PER LA DISFUNZIONE DELL'ASSE ADENO PITUITARIO IPOTALAMICO-(HPA) E PER IL MONITORAGGIO DEL RIASSORBIMENTO OSSEO"</i>
--	---


Oggetto	MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Quesito 13	In riferimento all'allegato F, offerta economica, sheet 2 si chiede di specificare meglio come deve avvenire la compilazione del secondo foglio, in particolare come debba essere compilata la Voce A nei campi "prezzo unitario, quantità e prezzo totale". Come si differenzia tale foglio dal precedente?
Risposta	<i>Il Foglio 2 è relativo ai lotti per i quali non vengono offerti reagenti. In ogni caso si tratta di un modello che il concorrente può anche modificare purché vengano fornite le informazioni richieste.</i>

Oggetto	BUSTA B - OFFERTA TECNICA
Quesito 14	<ol style="list-style-type: none">1. Dato l'elevato numero di prodotti, si chiede di confermare la possibilità di presentare schede tecniche, schede di sicurezza e dichiarazioni di conformità Ce, esclusivamente su supporto informatico.2. Si chiede di confermare la possibilità presentare la documentazione suddivisa in fascicoli firmata sulla prima ed ultima pagina.3. Si chiede di confermare la possibilità di presentare le dichiarazioni di conformità Ce della strumentazione e dei prodotti offerti in lingua inglese, al pari di quanto è previsto per le certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (es. ISO).
Risposta	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Si conferma</i>2. <i>Si conferma</i>3. <i>Si conferma</i>

Oggetto	BUSTA B - OFFERTA TECNICA
Quesito 15	La parte tecnica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante su ogni foglio oppure è sufficiente la prima e l'ultima pagina di ogni fascicolo?
Risposta	<i>E' sufficiente la prima e l'ultima pagina di ogni fascicolo</i>

Oggetto	CAUZIONE PROVVISORIA
Quesito 16	La cauzione provvisoria va presentata sull'importo quinquennale a base d'asta o sul valore massimo stimato dell'appalto?
Risposta	La cauzione provvisoria va presentata sull'importo quinquennale a base d'asta.

Oggetto	ALEGATO B4
Quesito 17	Si chiede di confermare che nel caso in cui il o i lotti per cui si concorre abbiano un importo contrattuale complessivo inferiore alla soglia di riferimento pari ad euro 150.000,00, l'allegato B4 (dichiarazione familiari a carico) non



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

*Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it*

	debba essere reso.
Risposta	<i>L'autodichiarazione richiesta può essere fornita prima della stipula del contratto</i>

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vincenzo Lo Medico

