



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA 05841790826

**AREA PROVVEDITORATO**

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)

Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

**A tutti gli operatori economici**

**Oggetto: indagine di mercato per l'U.O.C. di Microbiologia e Virologia per l'acquisto di un kit in Real-Time PCR per il rilevamento di geni che codificano per la resistenza ai carbapenemici e dei geni di resistenza alla colistina.**

Si elencano di seguito le caratteristiche infungibili dei test richiesti:

- test con protocollo interamente certificato CE-IVD, per assicurare il livello di qualità adeguata alla diagnostica di laboratorio;
- test in Real-Time PCR con sonde Taqman validato su diversi strumenti Real-Time PCR e con diversi sistemi di estrazione degli acidi nucleici, per sfruttare con la massima versatilità gli apparecchi Real-Time PCR Taqman nelle disponibilità dell'U.O.C. 81.01.0;
- Test di screening in grado di identificare la positività alle principali classi di carbapenemasi (A,B,D);
- disponibilità di un test di verifica in grado di identificare il meccanismo molecolare di resistenza per pazienti positivi al test di screening;
- possibilità di identificare la presenza dei geni *Acinetobacter* Oxa;
- ampio numero di target di resistenza Oxa, oltre a quelli di *Acinetobacter*, inclusa Oxa23

Questa Amministrazione deve acquisire un kit in Real-Time PCR per il rilevamento di geni che codificano per la resistenza ai carbapenemici e dei geni di resistenza alla colistina per la U.O.C. di Microbiologia e Virologia per un periodo biennale.

A tal fine si individua il fabbisogno aziendale:

- test di screening: 1200 per il 2024 e 1200 test per il 2025;

## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- test per verificare il meccanismo molecolare di resistenza per i pazienti positivi: 400 per il 2024 e 400 per il 2025.

Con la presente si intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche);
- 2) il prezzo orientativo (NO PREZZO A LISTINO) dei prodotti richiesti;
- 3) il costo di vendita praticato presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro le ore 12.00 del giorno 01/12/2023, al seguente indirizzo mail: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.



Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Giovanna Milisenda

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Milisenda".