



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area_provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

A tutti gli operatori economici

Oggetto: indagine di mercato per la fornitura triennale, di Materiale Diagnostico e Strumentale necessario per il “*monitoraggio dei farmaci biologici e degli anticorpi anti-farmaco*” presso l’UOC Medicina di Laboratorio dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo.

Questa Amministrazione deve acquisire **una fornitura triennale** del materiale reagentario (comprensivo di controlli, calibratori e soluzioni) e della strumentazione idonea completamente automatica, necessari per la determinazione dei “*farmaci biologici e degli anticorpi anti-farmaco (ADA)*”, di seguito indicati, con l’ausilio della **tecnica in Immunofluorescenza e/o della tecnica in ELISA**, su siero o plasma, da eseguire presso l’UOC Medicina di Laboratorio dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo.

Pannello Parametri

Farmaco /Anticorpo anti-farmaco	Fabbisogno annuo
INFLIXIMAB	70 Test
ADALIMUMAB	70 Test
GOLIMUMAB	70 Test
VEDOLIZUMAB	70 Test
USTEKINUMAB	70 Test
ETANERCEPT	70 Test
TRASTUZUMAB	70 Test
ANTI-INFLIXIMAB	70 Test
ANTI- ADALIMUMAB	70 Test
ANTI- GOLIMUMAB	70 Test
ANTI- VEDOLIZUMAB	70 Test
ANTI- USTEKINUMAB	70 Test
ANTI- ETANERCEPT	70 Test
ANTI- TRASTUZUMAB	70 Test
ANTI-INFLIXIMAB TOTALE	70 Test

Tutti i parametri presenti nella tabella sopra indicata devono essere oggetto della fornitura.

I reagenti offerti devono essere corredati di tutto quanto necessario per la corretta esecuzione dei parametri richiesti e devono necessariamente presentare la marcatura CE-IVD.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

CARATTERISTICHE DI MINIMA ANALIZZATORE

- Analizzatore completamente automatico
- Analizzatore con tecnologia in Immunofluorescenza o in ELISA
- Caricamento dei campioni biologici tramite rack
- Identificazione positiva del campione tramite barcode
- Tempo di esecuzione medio dei test non superiore ai 30 minuti
- Possibilità di poter eseguire almeno 9 test diversi in parallelo
- Possibilità di interfacciamento al LIS di laboratorio

Per l'analizzatore offerto in noleggio, al fine di garantire la performance strumentale, deve essere garantita la manutenzione *full-risk* per tutta la durata della fornitura.

Con la presente si intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche);
- 2) il prezzo orientativo (NO PREZZO A LISTINO) dei prodotti richiesti;
- 3) il costo di vendita/noleggio praticato presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro le ore 12.00 del giorno 02/12/2023, al seguente indirizzo mail: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.



Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Milisenda

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanna Milisenda".