



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



*Sede legale Via del Vespro n°129 – 90127 Palermo*

**AREA PROVVEDITORATO**

*Via Enrico Toti n.76 – 90128 Palermo*

*Tel.091/6555503 – fax 091/6555502*

Prot. n. 4830

Palermo,

09 OTT. 2017

**Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di apparecchiature per anestesia e monitor multiparametrici per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.**

**Alle Imprese interessate alla gara a procedura aperta per la fornitura di apparecchiature per anestesia e monitor multiparametrici per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.**

### **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'esperimento della procedura di gara in oggetto, si comunica a seguito di chiarimenti richiesti e al fine di non ledere il principio della par condicio, opportuno comunicare quanto segue:

#### **QUESITO N. 1:**

Considerato che il requisito minimo del CSA dispone **“Alimentato a rete e batterie con autonomia di almeno 3 ore”**, poiché il monitor multiparametrico richiesto deve essere parte integrante della workstation anestesiológica, interfacciato con l'apparecchio di anestesia, riteniamo che non si possa considerare come apparecchiatura da trasporto, perchè se fosse così dovrebbe essere sconnesso dal cavo che lo collega all'apparecchio di anestesia (normalmente un cavo seriale con viti da svitare), dovrebbe essere scollegato dal cavo di alimentazione e dovrebbe essere sganciato dal supporto (dovrebbe essere svitato anche il blocco di sicurezza).

Anche le dimensioni minime richieste (15” minimo) non consentono un agevole trasporto, ritenendo anche improbabile che in sala operatoria possa mancare l'alimentazione a rete per un periodo così lungo.

Si chiede pertanto, la possibilità di offrire un modulo/modulo con display integrato da 5” ed autonomia di funzionamento a batterie fino a 5 ore, che consentirebbe l’agevole trasporto del paziente senza perdita di dati e senza dover staccare cavi, sensori, elettrodi, ecc.....

## **RISPOSTA**

“Con autonomia di almeno 3 ore”, si intende come autonomia comprensiva di tutti i sistemi a batterie degli eventuali moduli integrati del sistema di monitoraggio offerto.

Si comunica che l’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, nella persona del Sig. Luigi La Fata telefono 091.6555568 – 3297506808 è a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni.

F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Luigi La fata

