



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

**AREA PROVVEDITORATO**

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo  
Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

A tutti gli Operatori Economici interessati

**Oggetto: indagine di mercato per la fornitura di un Device per Laser-terapia per chirurgia colon-rettale da destinare al complesso operatorio di Chirurgia Generale d'Urgenza dell'AOU Policlinico P. Giaccone di Palermo.**

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura di un Device per Laser-terapia per chirurgia colon-rettale da destinare al complesso operatorio di Chirurgia Generale d'Urgenza.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono elencate nell'allegato "Elementi Tecnici":

A tal fine si chiede un preventivo di spesa così costituito:

1. Scheda tecnica e certificazioni del bene individuato;
2. Codice CND e numero di Registrazione Ministero della Sanità;
3. Preventivo orientativo (costo totale, costo singolo pz. e posa in opera) IVA esclusa;
4. Dichiarazione sui tempi di consegna;
5. Elenco del venduto della stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
6. Copia del documento di identità.

Gli operatori economici, all'atto della risposta, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e, che non potranno vantare, nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa.

Premesso quanto sopra si chiede di inoltrare il preventivo entro il 27/10/2023, a mezzo PEC all'indirizzo [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it) all'attenzione del Sig. Massimiliano Marletta (091.6555506)

L'Assistente Tecnico  
Sig. Massimiliano Marletta



Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Chiara Giannobile

DEVICE PER LASER-TERAPIA

Voce	CARATTERISTICHE TECNICHE	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di possedere le caratteristiche richieste contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO PRODOTTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI SI EVINCE LA SPECIFICA TECNICA RICHIESTA	Eventuali NOTE
A	<p>N° 60 Kit monouso in confezione unica per trattamento fistole anali composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fibra ottica ad emissione radiale (360°) e core da 500 µm, lunghezza 2,5 mt e con presenza di maker centimetrati;</li> <li>Anoscopio fenestrato;</li> <li>Setone cavo in silicone per facilitare l'introduzione della fibra.</li> </ul>			
B	<p>N° 100 fibra ottica monouso in doppia confezione sterile per trattamento cisti pilonidale ed emissione radiale (360°) da 500 µm, 2.6 mt e marker centimetrati.</p>			
C	<p>N° 30 Kit fibra ottica più doppler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fibra da 1000 µm con manipolo per trattamenti chirurgici;</li> <li>Anoscopio operatorio, diametro 22 x 88 mm + introduttore trasparente con canale operatorio;</li> <li>Trasduttore doppler ad alta frequenza (20 MHz) per rilevazione arterie emorroidarie.</li> </ul>			
D	<p>N° 60 Kit emorroidoplastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fibra ottica monouso con terminale conico, con diametro esterno di 1850 µm;</li> <li>Ago da biopsia (Biopsybell) 14G / 6 cm con marcatura centimetrata;</li> <li>Anoscopio fenestrato.</li> </ul>			
E	<p>Laser portatile a doppia lunghezza d'Onda, 980nm e 1470nm, con potenza massima 16 watt di cui 11W a 980 nm e 5W a 1470 nm miscelabili o erogabili singolarmente, modalità di funzionamento tra cui continuo, pulsato ed elves signal. Batterie ricaricabili e trasformatore per funzionamento a rete 220V. Completo di carrello.</p>			

Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritte