

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Sede Legale Via del Vespro n°129 – 90127 Palermo. Tel 0916551111 - P.I. 05841790826

Area Provveditorato

Via Enrico Toti n°76

telefono 0916555500 – fax 0916555502

Prot. 8123

Palermo, 1 settembre 2015

Oggetto: Gara a procedura negoziata per la fornitura quinquennale in noleggio di un elettrobisturi comprensiva del servizio di manutenzione full risk e del relativo materiale di consumo per l'Unità Operativa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e dei Trapianti d'Organo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone".

CHIARIMENTI

Con riferimento all'esperimento della procedura di gara in oggetto, si comunica quanto segue:

Alle Imprese interessate alla gara a procedura aperta per la fornitura quinquennale in noleggio di un elettrobisturi comprensiva del servizio di manutenzione full risk e del relativo materiale di consumo per l'Unità Operativa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e dei Trapianti d'Organo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone".

Si comunica che a seguito di chiarimenti richiesti e al fine di non ledere il principio della par condicio si rende opportuno comunicare quanto segue:

QUESITO N°1

Nella pagina 7 del capitolato speciale d'appalto nella sezione relativa al materiale di consumo sanitario viene riportata l'indicazione: " Piastre monouso bipartite complete di cavo consumo presunto annuo 300 pezzi."


L'articolo richiesto deve essere fornito con cavo integrato monouso o è possibile proporre la piastra monouso ed il cavo separato riutilizzabile.

RISPOSTA

Si comunica che, anche se il requisito minimo richiede n.300 piastre monouso complete di cavo monouso, si ritiene equivalente anche la soluzione di piastre monouso complete di cavo riutilizzabile. Se la ditta concorrente ritiene di offrire la soluzione di piastre monouso complete di cavo riutilizzabile dovrà anche espressamente indicare il numero di cavi annui necessari per l'utilizzo delle 300 piastre monouso annuo tenendo conto del rendimento effettivo degli stessi e dichiarare espressamente che in caso in cui il numero dei cavi indicati non fosse sufficiente all'utilizzo delle 300 piastre, gli ulteriori cavi pluriuso dovranno essere forniti in sconto merce.

Si comunica che l'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone " nella persona del Dott. Aldo ALBANO telefono 091/6555500 – 3357783230 è a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni.

Distinti saluti.



F.TO IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Dott. Aldo ALBANO)