

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.itPec: provveditorato@cert.policlinico.pa.itWeb: www.policlinico.pa.it

A tutti gli operatori economici

Oggetto: Indagine di mercato e verifica dell'esistenza di interesse transfrontaliero certo da parte di operatori economici stabiliti in altri stati membri dell'UE, per l'acquisto di n . 1 ventilatore Amagnetico per la gestione dei pazienti critici adulti, pediatrici e neonatali in Risonanza Magnetica Nucleare da destinare all' A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

Questa amministrazione deve procedere all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa per l'acquisto di **n . 1 ventilatore Amagnetico per la gestione dei pazienti critici adulti, pediatrici e neonatali in Risonanza Magnetica Nucleare** nonché, alla verifica dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo da parte di Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 i quali tramite il presente avviso possono segnalare il suddetto interesse.

La fornitura di quanto indicato sarà affidata **con il criterio del prezzo più basso e a parità di caratteristiche tecniche e di assistenza, in relazione al termine di consegna e alla possibilità di consentire in tempi brevi una "prova sul Campo"** dell'apparecchiatura proposta, considerata l'urgenza dell'acquisizione in oggetto.

Le caratteristiche tecniche del materiale richiesto sono elencate nell'allegato "Elementi Tecnici" e sono previste equivalenze.

A tal fine si chiede un preventivo di spesa così costituito:

1. Schede tecniche e certificazioni del bene individuato;
2. il prezzo offerto per tali prodotti (si specifica che l'Amministrazione potrebbe determinarsi per l'approvvigionamento tramite affidamento diretto a seguito dell'espletamento della presente indagine di mercato);
3. Elenco del venduto della stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
4. Dichiarazione di esclusività ove previsto;

5. Dichiarazione sui tempi di consegna;
6. Copia del documento di identità;
7. Allegato "Elementi Tecnici" completato in tutte le sue parti.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Gli operatori economici, all'atto della risposta, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e, che non potranno vantare, nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa.

Premesso quanto sopra si chiede di inoltrare il preventivo, e per gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea esprimere il proprio interesse, entro il 24/02/2025, alle ore 9.00 al seguente indirizzo mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Susanna Zagra



Il Direttore

U.O.C. Area Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile

Ventilatore Amagnetico ventilatore Amagnetico per la gestione dei pazienti critici adulti, pediatrici e neonatali in Risonanza Magnetica Nucleare da destinare A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

Elementi Tecnici

Voce	Descrizione prodotto	Casella in cui la ditta indica di possedere la caratteristica a tecnica richiesta (SI/NO)	EVENTUALI NOTE
1	Capacità di supportare la funzione ventilatoria in ambiente RMN in modalità invasiva e non invasiva (tutte le modalità) in pazienti in età adulta pediatrica e neonatale		
2	Ergonomia		
3	Batteria a lunga durata > 7 ore		
4	Completo di ogni accessorio e materiale necessario all'utilizzo		
5	Manuale d'uso in lingua italiana e certificazione CE del dispositivo		
6	Garanzia full risk minima di 24 mesi con possibilità di manutenzione programmata e assistenza tecnica certificata sul territorio nazionale		

