



Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

A tutti gli Operatori Economici interessati

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di n. 2 sonde crio chirurgiche per trattamento distacco di retina per il DAI di Riabilitazione, Fragilità e Continuità Assistenziale dell'A.O.U.P. P.Giaccone di Palermo

Questa Azienda intende procedere, con urgenza e previa verifica della copertura finanziaria, all'esperienza di apposita procedura di scelta del contraente, in base alla vigente normativa, per **l'acquisto di n. 2 sonde crio chirurgiche riutilizzabili Keeler**, necessarie per il trattamento dei distacchi di retina da assegnare all'U.O.C. di Oculistica che già dispone della Console Cryomatic MK II Keeler.

La fornitura, che sarà affidata con il criterio del minor prezzo, deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- ✓ Sonda riutilizzabile di spicco compatibile con sistema Cryomatic MKII;
- ✓ Punta standard per criopessia retinica;
- ✓ Congelamento e sbrinamento rapidi;
- ✓ Scanalature di posizionamento per orientamento punta durante uso con BIO;
- ✓ Alta affidabilità e precisione;
- ✓ Processo di sterilizzazione: autoclavabile;
- ✓ Compatibilità gas: CO2 o N2O ad uso medico;
- ✓ Lunghezza totale: 4mm;
- ✓ Diametro punta: 8mm;
- ✓ Angolo della punta: 45 gradi;
- ✓ Lunghezza dell'estensione della punta: 9mm;
- ✓ Diametro della testina di raffreddamento: 5mm;
- ✓ Garanzia Standard: 2 ANNI.

A tal fine si chiede un preventivo di spesa, così costituito:

1. Schede tecniche e certificazioni del bene individuato;
2. Codice CND e numero di Registrazione Ministero della Sanità;
3. Preventivo orientativo (costo totale, costo singolo pz.) IVA esclusa;
4. Dichiarazione di esclusività, ove previsto;
5. Dichiarazione sui tempi di consegna;



6. Elenco del venduto per la stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita, Iva esclusa;
7. Copia del documento di identità del rappresentante legale.

Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali altre osservazioni riconducibili alle specifiche tecniche, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche indicate nella sopra riportata descrizione.

Gli operatori economici, all'atto del riscontro, dovranno dichiarare altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e che non potranno vantare, nei confronti della stessa SA, alcun diritto e/o pretesa.

Premesso quanto sopra, si chiede di inoltrare il preventivo entro le ore 12.00 del 04/08/2025, a mezzo PEC all'indirizzo provveditorato@cert.policlinico.pa.it.

Si resta in attesa di vostro riscontro, entro la data sopra indicata.



Il Direttore della UOC Provveditorato
Dott.ssa Chiara Giannobile