



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisto di un armadio in acciaio inox con serratura per il Dipartimento di Medicina Legale dell'A.O.U.P.

Questa Amministrazione deve acquistare un armadio di sicurezza in acciaio inox al fine della conservazione decennale dei prelievi effettuati dal Dipartimento di Medicina Legale.

Tali test saranno destinati al Dipartimento di Medicina Legale dell'A.O.U.P.

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche);
- 2) il prezzo offerto del prodotto (si specifica che, l'amministrazione a seguito delle offerte pervenute potrebbe determinarsi per l'affidamento diretto alla ditta che offre il prezzo più basso);
- 3) il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui l'apparecchiatura è stata venduta, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita).

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 06/08/2025, alle ore 10.00 al seguente indirizzo
PEC: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Assistente Amministrativo
Dott.ssa Fabiola Scarpello



Direttore U.O.C. Area Provveditorato
Dott.ssa Chiara Giannobile

CARATTERISTICHE

Armadio di sicurezza a 2 ante dimensioni . larg. 100 cm altezza 180cm profondità 46 cm ad uso archivio di materiale biologico a temperatura ambiente con n° 4 ripiani con bordo esterno rialzato per evitare lo scivolamento dei contenitori posizionati sopra in acciaio inossidabile indicazione dei pericoli per i prodotti contenuti all'interno, mediante apposita segnaletica di sicurezza con zoccolo da 10 cm sollevato da terra.

Segnale di rischio biologico secondo la norma internazionale ISO 7010.