

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

A tutti gli Operatori Economici interessati

Oggetto: avviso di indagine di mercato e verifica dell'esistenza di interesse transfrontaliero certo da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, fornitura triennale in noleggio di n 32 lavapadelle per le UU.OO dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa per la fornitura triennale in noleggio di n 32 lavapadelle per le UU.OO dell'A.O.U. Policlinico P. Giaccone di Palermo, nonché, alla verifica dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo da parte di Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 i quali tramite il presente avviso possono segnalare il suddetto interesse.

La fornitura sarà affidata al prezzo più basso.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono elencate nell'allegato "Elementi Tecnici":

A tal fine si chiede un preventivo di spesa così costituito:

1. Schede tecniche e certificazioni del bene individuato;
2. Codice CND e numero di Registrazione Ministero della Sanità;
3. Preventivo orientativo (costo totale, costo singolo pz.) IVA esclusa;
4. Dichiarazione di esclusività ove previsto;
5. Dichiarazione sui tempi di consegna;
6. Elenco del venduto della stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
7. Copia del documento di identità;
8. Allegato "Elementi Tecnici" completato in tutte le sue parti;
9. CCNL applicato.

Gli operatori economici, all'atto della risposta, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e, che non potranno vantare, nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa.

Premesso quanto sopra si chiede di inoltrare il preventivo, e per gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea esprimere il proprio interesse, entro il 11/08/2025, a mezzo PEC all'indirizzo provveditorato@cert.policlinico.pa.it all'attenzione della Sig.ra Giovanna Messina (091.6555569).

L'Assistente Tecnico
Sig.ra Giovanna Messina

Giovanna Messina



Il Direttore della U.O.C.
Area Provveditorato
Dott.ssa Chiara Giannobile

Chiara Giannobile

FORNITURA TRIENNALE IN NOLEGGIO DI N 32 LAVAPADELLE PER LE UU.OO DELL'A.O.U.P. POLICLINICO GIACCONE DI PALERMO

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MINIME

ELEMENTI TECNICI

FORNITURA TRIENNALE IN NOLEGGIO DI N 32 LAVAPADELLE			
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA TECNICA (SI/NO)	EVENTUALI NOTE
1	N. 32 Lavapadelle con le seguenti caratteristiche:		
2	Aumatismo per apertura/chiusura ed avvio del ciclo con sensore ad infrarossi;		
3	Svuotamento automatico dei presidi con rotazione di almeno 150°		
4	Presenza di ugelli dedicati alla disinfezione dell'interno dei presidi e assenza di ugelli sul fondo della camera di lavaggio		
5	Autodisinfezione di tutti i getti e connessioni alla fine di ogni lavaggio		
6	Apertura/chiusura a scorrimento verticale		
7	Portellone in vetro temperato trasparente		
8	Dotazione di display retroilluminato indicante la fasi del lavaggio e della disinfezione, temperatura raggiunta a valore A0		
9	Blocco della macchina in caso di mancato raggiungimento della temperatura con segnalazione sul display		
10	Presenza di sistema di raffreddamento esterno tramite iniezione di acqua dalla rete idrica sul fondo della camera di lavaggio bypassando la vasca di accumulo		
11	Completa di pompa e sonda anticalcare con possibilità di dosaggio del liquido in base alla durezza dell'acqua		
12	Completa di pompa detergente		
13	Conformità alla norma EN 1717-EN ISO 15883-3		
14	Documentazione ufficiale attestante l'eliminazione delle spore del batterio clostridium difficile in conformità alla norma europea EN 13697		
15	Documentazione ufficiale attestante l'efficacia su almeno virus		
16	Dimensioni max: altezza 1850 mm, larghezza 600 mm e profondità 600 mm		
17	Temperatura del vapore regolabile fino a 95°		
18	Presenza di blocco anti schiacciamento, blocco in caso di intasamento dello scarico e valvola a membrana per isolamento della macchina dalla rete idrica		
19	Presenza di due sonde per il rilevamento della temperatura interna alla camera di lavaggio misure 600x600x1840 mm.		
20	Garanzia e assistenza tecnica FULL RISK per tutta la durata della fornitura, si considerano inclusi nella garanzia anche i danni accidentali ed esclusi solo guasti riconducibili a dolo;		
21	Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature;		
22	Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna;		
23	Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc		

25	Si considerano incluse nella fornitura tutte le "chiavi" hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni;		
26	Tempo di risoluzione dei guasti non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata;		
27	Si richiede un'assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano. N.B. Indicare la sede operativa		
28	La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo. N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l'apparecchiatura con un'altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali		
29	Training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante). N.B. Indicare il numero di giorni di training formativo offerto		
30	Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. N.B. Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura		
31	Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5);		
32	Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali "prove particolari" previste dal costruttore. N.B. Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura;		
33	La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc.). N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa.		
34	Indicare se l'apparecchiatura offerta è compatibile con tutti i disinfettanti presenti in commercio il relativo costo e quanti lavaggi può effettuare con un carico		
35	CCNL Applicato		