

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

A tutti gli operatori economici

Oggetto: Indagine di mercato e verifica dell'esistenza di interesse transfrontaliero certo da parte di operatori economici stabiliti in altri stati membri dell'UE, per l'acquisto di n. 2 lenti oftalmiche per trattamenti laser retinici e del glaucoma da destinare all'U.O.C. di Oculistica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

Questa amministrazione intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura di quanto indicato in oggetto, nonché alla verifica dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo da parte di Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 i quali tramite il presente avviso possono segnalare il suddetto interesse.

Nel dettaglio necessita provvede all'acquisto di quanto sotto individuato:

- **N. 1 Lente fundus ad ampio campo per fotocoagulazione retinica** con le seguenti Caratteristiche tecniche minime:

- Lente a contatto oftalmica per fotocoagulazione retinica periferica.
- Design asferico multiplo ad elevata qualità ottica.
- Campo di osservazione statico $\geq 160^\circ$.
- Campo dinamico $\geq 180^\circ$.
- Ingrandimento dell'immagine compreso tra $0,45\times$ e $0,55\times$.
- Ingrandimento dello spot laser compreso tra $1,8\times$ e $2,2\times$.
- Visualizzazione fino all'estrema periferia retinica con minima distorsione.
- Elevata trasmissione luminosa.
- Trattamento antiriflesso multistrato.
- Flangia di stabilizzazione.
- Compatibilità con laser Argon, 532 nm, diodo e sistemi multispot.
- Utilizzabile anche in presenza di pupille di diametro ridotto.

Indicazioni specifiche:

up

- Panfotocoagulazione retinica (PRP).
- Trattamento della retinopatia diabetica proliferante.
- Occlusioni venose retiniche.
- Neovascolarizzazioni retiniche.
- Trattamento di lesioni periferiche.

- **n. 1 Lente di Hoskins per lisi laser delle suture in nylon, Modello “Hoskins Nylon Suture Laser Lens” o equivalente** con le seguenti Caratteristiche tecniche minime:

- *Destinazione d'uso:* Lente a contatto oftalmica progettata per la lisi laser delle suture in nylon dopo interventi di:
 - Trabeculectomia
 - Chirurgia della cataratta
 - Altri interventi oftalmici che prevedono suture corneali o sclerali in nylon.
 - La lente deve permettere la visualizzazione ottimale delle suture subcongiuntivali e facilitare il trattamento laser riducendo la dispersione del fascio.
- *Caratteristiche tecniche:*
 - Ingrandimento immagine: 1,20×
 - Ingrandimento dello spot laser: 0,83×
 - Diametro della superficie di contatto: 3 mm
 - Lunghezza dell'impugnatura: 79 mm
 - Materiale ottico: vetro ottico ad elevata trasparenza
 - Rivestimento ottico: trattamento antiriflesso a banda larga (Broad Band Anti-Reflective Coating)
 - Flangia integrata: sì
 - Design: con flangia per retrazione palpebrale e compressione congiuntivale
 - Sterilizzazione: non sterile, riutilizzabile
 - Disinfezione: secondo protocollo del produttore
- *Compatibilità:* Indicata per l'utilizzo con
 - Laser Argon
 - Laser a diodo
- *Caratteristiche funzionali:*
 - Compressione dei vasi congiuntivali per ridurre il sanguinamento superficiale.
 - Miglioramento della visualizzazione delle suture in nylon.
 - Stabilizzazione del bulbo durante il trattamento.
 - Retrattore palpebrale incorporato grazie alla flangia.
 - Riduzione delle riflessioni del fascio laser mediante rivestimento antiriflesso.
 - Elevata precisione nella focalizzazione del laser sulla sutura.
- *Vantaggi clinici:*
 - Maggiore precisione nella lisi delle suture.
 - Riduzione dei movimenti oculari durante il trattamento.
 - Ottima trasmissione dell'energia laser.
 - Procedura ambulatoriale rapida e sicura.
 - Ampia diffusione nella chirurgia del glaucoma e della cataratta.

- *Specifiche dimensionali:*

Caratteristica	Valore
Codice	OHSA
Ingrandimento immagine	1,20×
Ingrandimento spot laser	0,83×
Diametro contatto	3 mm
Lunghezza impugnatura	79 mm

- *Indicazioni cliniche:*
 - Lisi delle suture dopo trabeculectomia.
 - Lisi selettiva delle suture corneali dopo chirurgia della cataratta.
 - Riduzione dell'astigmatismo indotto da sutura.
 - Modulazione della filtrazione dopo chirurgia del glaucoma.
- *Conformità:*
 - Dispositivo medico marcato CE.
 - Prodotto secondo gli standard internazionali applicabili ai dispositivi ottici oftalmici.

La fornitura sarà affidata al prezzo più basso.

Le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura sono elencate anche nell'allegato "Elementi Tecnici".

A tal fine si chiede un preventivo di spesa così costituito:

1. **Schede tecniche e certificazioni del bene individuato;**
2. Codice CND e numero di Registrazione Ministero della Sanità, nonché codice CPV ovvero sia il codice dell'apparecchiatura sotto indicata secondo il sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici;
3. il prezzo offerto per ciascun prodotto indicato (costo totale, costo singolo pz) con Iva e senza Iva.

A riguardo, si specifica che l'Amministrazione potrebbe determinarsi per l'approvvigionamento tramite affidamento diretto a seguito dell'espletamento della presente indagine di mercato;

4. Dichiarazione di esclusività ove previsto;
5. Dichiarazione sui tempi esatti di consegna;
6. Elenco del venduto della stessa identica tipologia del bene sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
7. Copia del documento di identità;
8. Allegati "Elementi Tecnici" **completi in tutte le sue parti**, e in particolare qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (CASELLA EVENTUALI NOTE).

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.


Gli operatori economici, all'atto della risposta, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e, che non potranno vantare, nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa.

Premesso quanto sopra, e alla luce dell'urgenza rappresentata dalla Responsabile dell'UOC di oculistica, si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 06/08/2026 alle ore 10.00 al seguente indirizzo mail: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Collaboratore Amministrativo Professionale

Dott.ssa Maria Anna Puglisi



Il Direttore
dell'U.O.C. Area Provveditorato
Dott.ssa Chiara Giannobile

