



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisto di un kit in real time PCR per il rilevamento di geni che codificano per la resistenza ai carbapenemici e dei geni di resistenza alla colistina.

Questa Amministrazione deve acquistare un kit in real time PCR per il rilevamento di geni che codificano per la resistenza ai carbapenemici e dei geni di resistenza alla colistina per l'U.O.C Microbiologia e Virologia al fine di poter effettuare lo screening molecolare, come da indicazioni del WHO.

Si elencano di seguito le caratteristiche dei test richiesti:

- test con protocollo interamente certificato CE-IVD, per assicurare il livello di qualità adeguato alla diagnostica di laboratorio;
- test in Real-Time PCR con sonde Taqman validato su diversi strumenti Real-Time PCR e con diversi sistemi di estrazione degli acidi nucleici;
- Test di screening in grado di identificare la positività alle principali classi di carbapenemasi (A, B, D);
- Disponibilità di un test di verifica in grado di identificare il meccanismo molecolare di resistenza per i pazienti positivi al test di screening;
- Possibilità di identificare la presenza dei geni Acinetobacter Oxa;
- Ampio numero di target di resistenza Oxa, oltre a quelli di Acinetobacter, inclusa Oxa23.

Fabbisogno annuo:

- test di screening: 300 test da ottobre a dicembre 2026, 1.200 per il 2027 e 1.200 test per il 2028, 900 test da gennaio a settembre 2029;
- test per verificare il meccanismo molecolare di resistenza per i pazienti positivi: 100 test da

ottobre a dicembre 2026, 400 test per il 2027 e 400 per il 2028, 300 test da gennaio a settembre 2029

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni;
- 2) il prezzo orientativo dei prodotti;
- 3) il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui l'apparecchiatura è stata venduta, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita);

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro le ore 10.00 del giorno 08/09/2026, al seguente indirizzo mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Lo Staff del RUP
Dott.ssa Fabiola Scarpello




Il Dirigente dell'U.O.C. Area Provveditorato
Dott.ssa Roberta Mariti Costanza Arnone
