

LOTTO	DESCRIZIONE MATERIALE DI INTERESSE	FABBISOGNO Numero annuo	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifiche tecniche richiesta	Note
1	Tubo Valvolato Biologico Konekt Resilia con le seguenti caratteristiche: condotto pre-assemblato e pronto all'uso tessuto bovino con tecnologia resilia, anticalcificazione avanzata, stabilità emodinamica flessibilità nel posizionamento con dual-fit/supranolare e marcatori commisurali che facilitano corretta orientazione e reimpiego coronarico	10				
	Valvola Mitralica Resilia con le seguenti caratteristiche: interamente in pericardio bovino glicerolizzato a tre lembo , simmetrici, distinti ed indipendenti conservate senza soluzione di conservazione, trattamento mitigante la calcificazione Stent in Nitinolo, in grado di piegarsi verso l'interno durante l'impianto anello di sutura in gomma siliconata con Marker per il corretto orientamento della Valvola minima protusione ventricolare Calibri da 25 mm. a 33 mm. (misure dispari)	10				

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.