

Denominazione Operatore Economico:						
- VOCE	DESCRIZIONE	FABBISOGNO Numero	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE Rispondenza al D.Lgs 81/2008 e al D.M. 23 giugno 2022 n.254 Criteri Ambientali Minimi SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo della documetazione in cui si evince la specifica tecnica richiesta	Note
	Destinazione: UOSD Pronto Soccorso - UOC Chirurgia Vascolare					
1	POLTRONA PER PRELIEVI E TERAPIA INFUSIONALE 1)Tipologia: poltrona sanitaria destinata a prelievi, posizionamento accessi venosi e terapie infusionali 2)Azionamento:completamente manuale, con movimenti servoassistiti meccanicamente mediante pistoni/molle a gas o sistema equivalente (nessun collegamento alla rete elettrica e nessuna batteria necessaria per i movimenti); 3)Struttura: struttura portante stabile, idonea all'impiego continuativo in ambiente sanitario; 4)Piano:piano paziente imbottito e rivestito, composto da almeno seduta + schienale + poggiamambe, con movimentazione indipendente o combinata secondo configurazione del fabbricante; 5)Schienale: regolabile manualmente e servoassistito, con possibilità di raggiungere una posizione fortemente reclinata; 6)Poggiagambe:regolabile manualmente e servoassistito, coordinato o indipendente dallo schienale; 7)Braccioli: due braccioli regolabili, idonei all'esecuzione di prelievi/accessi venosi, i quali devono consentire il posizionamento stabile e confortevole dell'arto superiore e la regolazione dell'altezza/inclinazione necessaria al prelievo; 8)Movimenti: azionabili dall'operatore senza utensili e senza alimentazione elettrica, i sistemi di regolazione devono evitare movimenti accidentali e consentire il bloccaggio nelle posizioni previste; 9)Portata: Portata massima dichiarata dal fabbricante, riferita all'utilizzatore/paziente, non inferiore a 150 kg (allegare la documentazione ufficiale del fabbricante che attesta il valore dichiarato); 10)Mobilità: su 4 ruote, con sistema di frenatura centralizzato o almeno con bloccaggio di almeno 2 ruote; 11)Stabilità: adeguata alla destinazione d'uso anche con paziente in posizione reclinata e durante le operazioni di trasferimento/accesso; 12)Rivestimento: materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, resistente ai comuni detergenti/disinfettanti utilizzati in ambiente sanitario senza deterioramento prematuro dei materiali; 13)Superfici: lisce, facilmente pulibili, prive per quanto possibile di interstizi difficilmente accessibili e di elementi che possano trattenere fluidi biologici; 14)Imbottitura: adeguata all'utilizzo prolungato e resistente all'uso sanitario intensivo; 15)Dimensioni: compatibili con l'impiego in Pronto Soccorso e con il passaggio attraverso porte e percorsi interni della struttura; 16)Accessori: deve essere dotata di asta portaflebo e portarotolo; 17)Marcatura: marcatura CE e conformità alla normativa applicabile; 18)Documentazione: manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana; 19)Identificazione: numero di serie/matricola e identificazione univoca del prodotto; 20)Garanzia: minimo 24 mesi dalla data di collaudo/accettazione; 21)Assistenza: disponibilità di assistenza tecnica e parti di ricambio per un periodo minimo dichiarato dal fabbricante; Colori a scelta. L'articolo per essere ritenuto conforme dovrà possedere tutti i requisiti minimi.	10				
2	ASTA PORTA FLEBO Asta portaflebo mobile con Struttura, colonna telescopica, base e componenti metallici principali realizzati in acciaio inox AISI 304 o materiale di caratteristiche tecniche e prestazionali equivalenti, idoneo all'impiego in ambiente sanitario e resistente ai ripetuti cicli di pulizia e disinfezione, destinata all'impiego in ambiente ospedaliero/Pronto Soccorso (l'eventuale proposta di materiale alternativo dovrà essere accompagnata da documentazione tecnica del fabbricante idonea a dimostrarne l'equivalenza); 1) dotata di base stabile a 5 razze con 5 ruote piroettanti, di cui almeno 2 con freno; 2) colonna telescopica ad altezza regolabile con sistema di bloccaggio meccanico; 3) 4 ganci portaflebo in acciaio inox con sistemi atti ad impedire lo sganciamento accidentale dei contenitori; 4) Altezza regolabile con minimo ≤135 cm e massimo ≥220 cm; 5) Portata complessiva ≥20 kg e portata per singolo gancio ≥5 kg; 6) Struttura e superfici idonee alla pulizia e disinfezione con prodotti normalmente impiegati in ambiente sanitario; 7) Completa di documentazione tecnica e manuale d'uso in lingua italiana; 8) Garanzia minima 24 mesi; L'articolo per essere ritenuto conforme dovrà possedere tutti i requisiti minimi.	10				

3	PARAVENTO 1)Tipologia: paravento sanitario mobile a 3 sezioni/ante, pieghevoli e snodabili; 2)Destinazione d'uso: utilizzo in ambiente ospedaliero e specificamente idoneo al Pronto Soccorso; 3)Altezza: ≥ 170 cm; 4)Larghezza complessiva aperto:≥ 180 cm; 5)Sezioni: 3 sezioni di dimensioni tali da garantire, una volta posizionato, adeguata schermatura del paziente; 6)Struttura: materiale resistente all'impiego ospedaliero intensivo, facilmente pulibile e disinfettabile; 7)Teli/pannelli: lavabili, impermeabili o comunque resistenti ai liquidi e facilmente sanificabili; 8)Privacy: materiale opaco/non trasparente, idoneo a garantire la riservatezza del paziente; 9)Resistenza al fuoco: materiali con caratteristiche di comportamento al fuoco conformi alla normativa applicabile documentata dal fabbricante; 10)Ruote:≥ 4 ruote piroettanti, idonee all'impiego ospedaliero; 11)Frenatura: ≥ 2 ruote frenanti; 12)Stabilità: struttura stabile e antiribaltamento nelle normali condizioni di utilizzo e movimentazione; 13)Movimentazione: possibilità di spostamento e riposizionamento agevole da parte dell'operatore; 14)Pieghevolezza: le 3 sezioni devono poter essere ripiegate per ridurre l'ingombro durante il trasporto e lo stoccaggio; 15)Igiene: assenza, per quanto possibile, di superfici/interstizi difficilmente raggiungibili durante la pulizia; 16)Sicurezza: assenza di spigoli vivi, parti taglienti o elementi che possano determinare rischio durante l'utilizzo; 17)Documentazione: scheda tecnica e manuale/istruzioni per l'uso in italiano 18)Garanzia: ≥ 24 mesi L'articolo per essere ritenuto conforme dovrà possedere tutti i requisiti minimi.	10				
4	CARRELLO TERAPIA 1)Tipologia: carrello mobile per terapia e preparazione/somministrazione di farmaci, destinato ad ambiente ospedaliero; 2)Struttura: struttura robusta, stabile, priva di spigoli vivi, realizzata con materiali idonei all'uso sanitario intensivo; 3)Piano superiore: piano di lavoro facilmente pulibile e disinfettabile, con bordo di contenimento su almeno 3 lati; 4)Dimensioni: indicativamente L 70–90 $\times$ P 50–65 $\times$ H 85–110 cm, escluse eventuali aste/accessori 5)Cassetti: Almeno n. 5 cassetti, di dimensioni differenziate e/o configurabili, completamente estraibili o ad ampia estrazione, dotati di sistema antiribaltamento/anti-sfilamento accidentale e di divisori interni regolabili, ogni cassetto deve essere dotato di portaetichette o sistema equivalente per l'identificazione del contenuto; 6)Chiusura: chiusura centralizzata dei cassetti mediante chiave o sistema equivalente; 7)Maniglione: maniglione di spinta ergonomico, integrato o solidale alla struttura; 8)Ruote: n.4 ruote piroettanti, in gomma piena, diametro indicativamente ≥ 100 mm; 9)Freni: almeno 2 ruote dotate di freno: 10)Paracolpi: paracolpi perimetrali o integrati nel basamento: 11)Pulizia/sanificazione: Tutte le superfici accessibili facilmente pulibili e disinfettabili con prodotti di uso ospedaliero; 12)Resistenza: Materiali resistenti all'uso intensivo e ai comuni detergenti/disinfettanti ospedalieri; 13)Accessori:porta rifiuti, porta PC; 14)Documentazione: Scheda tecnica e istruzioni per l'uso/manutenzione in italiano; 15)Garanzia: ≥ 24 mesi; L'articolo per essere ritenuto conforme dovrà possedere tutti i requisiti minimi.	2				

5	CARRELLO MEDICAZIONE 1) Tipologia: carrello mobile per medicazione, destinato ad ambiente ospedaliero; 2) Struttura: robusta, stabile, priva di spigoli vivi e idonea all'uso sanitario intensivo; 3) Piano di lavoro: piano superiore facilmente pulibile/disinfettabile, con bordo di contenimento su almeno 3 lati; 4) Dimensioni: indicativamente L 70–90 × P 50–65 × H 85–110 cm, escluse eventuali aste/accessori; 5) Cassetti: Almeno n. 5 cassetti, di dimensioni differenziate e/o configurabili, completamente estraibili o ad ampia estrazione, dotati di sistema antiribaltamento/anti-sfilamento accidentale e di divisori interni regolabili, ogni cassetto deve essere dotato di portaetichette o sistema equivalente per l'identificazione del contenuto; 6) Chiusura: preferibilmente chiusura centralizzata dei cassetti; 7) Maniglione: maniglione di spinta ergonomico; 8) Ruote: 4 ruote piroettanti, diametro ≥100 mm; 9) Freni: almeno 2 ruote frenanti; 10) Paracolpi: presenti, integrati o perimetrali; 11) Porta-taglienti: supporto per contenitore di aghi/taglienti; 12) Rifiuti: almeno un contenitore/cestino per rifiuti sanitari, agganciabile o integrato; 13) Accessori: struttura pensile in tubo d'acciaio con nr. 2 blocchi di cassetti in plastica da nr. 5 pezzi ad apertura basculante ed estraibili – porta cateteri; 14) Sanificazione: tutte le superfici facilmente pulibili e disinfettabili; 15) Resistenza chimica: compatibilità con i detergenti/disinfettanti normalmente utilizzati nella struttura; 16) Stabilità: adeguata nelle normali condizioni di utilizzo e movimentazione; 17) Documentazione: scheda tecnica e istruzioni in italiano; 18) Garanzia: ≥24 mesi; L'articolo per essere ritenuto conforme dovrà possedere tutti i requisiti minimi.	1				
	Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti, dimostrate ai sensi degli art.li 79 e 105 del D.Lgs. 36/2023, Allegati II.5 e II.8					

Il Legale Rappresenate
.....