

Elementi Tecnici

LOTTO	DESCRIZIONE MATERIALE DI INTERESSE	FABBISOGNO Numero annuo	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta	Note
1	Scaffold vascolare riassorbibile a rilascio di farmaco. Il dispositivo richiesto deve essere indicato per il miglioramento del diametro luminale nelle lesioni arteriose infrapopltee, in vasi con diametro di riferimento compreso tra 2,5 e 4,0 mm.	Nr. 30				
	scaffold realizzato in acido poli(L-lattico) (PLLA), polimero semicristallino completamente riassorbibile					
	rivestimento polimerico riassorbibile per il rilascio controllato del farmaco					
	rilascio di everolimus con densità di dose pari a 100 µg/cm ²					
	distale					
	sistema di rilascio dotato di pallone in Pebax 72D					
	rivestimento idrofilo Hydrocoat sulle componenti esterne del sistema di rilascio					
	lunghezze richieste: 18, 28 e 38 mm					
	diametri nominali richiesti: 2,50, 3,00, 3,50 e 3,75 mm					
	possibilità di espansione massima fino a 0,5 mm oltre il diametro nominale, nel rispetto delle indicazioni del fabbricante					
	spessore delle maglie pari a 99 µm per i diametri 2,50 e 3,00 mm, con caratteristiche dimensionali conformi alle specifiche tecniche del fabbricante per gli ulteriori diametri					
	compatibilità con introduttore da 5 F					
	compatibilità con filo guida da 0,014"					
	completo riassorbimento dello scaffold nel tempo					
	dispositivo sterile, monouso e provvisto di marcatura CE, conforme alla normativa vigente in materia di dispositivi medici					

NB Le caratteristiche tecniche del dispositivo citato e la citazione dei prodotti, eventualmente, sopra indicati è effettuata esclusivamente quale riferimento tecnico-funzionale e non costituisce preferenza o vincolo di fornitura. Sono previste equivalenze, pertanto, si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.