	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il lotto soddisfare il bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta	Note
1	Questa A.O.U.P. ha necessità di procedere all'acquisto in somministrazione di GUANTI CHIRURGICI E NON						
	Lotto 01 Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, con bordino, a spessori dotto, in varie misure (dalla 6 alla 8,5)	20.000 (paio)	latticeMonouso, STERILI secondo F.U. vigente e aggiornata. Rivestimento interno innaturale lungo.Conformi alla norma EN 455 I,II,III (nomenlata che si applica ai Dispositivi Medici)ACL 1.0 (livello di qualità)Conformi alla norme ISO e ASTMMarcatura CE conformi al UE 2016/42Conformi alla norma EN 374 I,II,III come disponibili di III categoria per la protezione da rischiochimico e microbiologico Conforme En ISO 374-1-5/2016				
	Lotto 02 Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, a spessore rifodto, in varieinfisure (dalla 6 alla 8,5)	20.000 (paio)	Materiale: latticeMonouso, STERILI secondo F.U. vigente e aggiornata. Rivestimento interno innaterale anallergico, polsino lungo.Conformi alla norma EN 455 I,II,III (nomenlata che si applica ai Dispositivi Medici)ACL 1.0 (livello di qualità)Conformi alla norme ISO e ASTMMarcatura CE conformi al UE 2016/42Conformi alla norma EN 374 I,II,III come disponibili di III categoria per la protezione da rischiochimico e microbiologico Conforme En ISO 374-1-5/2016				
	Lotto 03 Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, in varie misure (dalla 6 alla 8,5)	120.000 (paio)	innaterale anallergico Conformi alla norma EN 455 I,II,III (nomenlata che si applica ai Dispositivi Medici)ACL 1.0 (livello di qualità)Conformi alla norme ISO e ASTMMarcatura CE conformi al UE 2016/42Conformi alla norma EN 374 I,II,III come disponibili di III categoria per la protezione da rischiochimico e microbiologico Conforme En ISO 374-1-5/2016				
	Lotto 04 Guanti monouso chirurgici sterili sintetici, latex free (policloroprene, nitrile) senza polvere, in varie misure.	120.000 (paio)	Conformi alla norma EN 455 I,II,III (nomenlata che si applica ai Dispositivi Medici) Conformi alla norme ISO e ASTM Marcatura CE conformi al UE 2016/425 Conformi alla norma EN 374 I,II,III come disponibili di III categoria per la protezione da rischio chimico e microbiologico				
	Lotto 05 Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere con bordino, in varie misure(dalla 6 alla 8,5)	80.000 (paio)	Materiale: latticeMonouso, STERILI secondo F.U. vigente e aggiornata. Rivestimento interno innaterale anallergico Conformi alla norma EN 455 I,II,III (nomenlata che si applica ai Dispositivi Medici)ACL 1.0 (livello di qualità)Conformi alla norme ISO e ASTMMarcatura CE conformi al UE 2016/42Conformi alla norma EN 374 I,II,III come disponibili di III categoria per la protezione da rischiochimico e microbiologico Conforme En ISO 374-1-5/2016				
	Lotto 06 Guanti monouso chirurgici sterili	5.000 (paio)	lunghi algomito, per secondamento manuale post-parto, in varie misure (dalla 6 alla8,5) Marcatura di conformitàCE				
			Devonopossedere i seguenti requisiti: Materiale: Nitrile o altromateriale comparabile al dimenlatexpol. Sterile, monouso, rifrozzati sul bordodel polsino, di spessore descrescente dalla dita al polso. Assenza di polvere. Superficie esterna microruvida, antiscivolo suppolpatrelli che assicuri un'ottima presa. Devono assicurare un'alta resistenza				
	Lotto 13 GUANTI ANTITAGLIO	40 (paio)	para-aramidica o in fibre polietileniche ad alto pesomolecolare, polso a maglia Marcatura CE conformi al UE 2016/425Marcatura a norma EN 388 livelli 4343Sterilizzabile a vapore o a Eto Dispositivo di III categoria mis: (L) - (XL)				
	Lotto 14 Guanti di protezione criogenica	15 (paio)	Conforme alla normativa tecnica EN511:2006 con livellminimi di prestazione 3-3-1 e normativa tecnica EN388 (protezione meccanica)con livelli minimi di prestazione 2-2-2-2 , doppio isolamento per ambienti criogenici emanicnetta con lunghezza non inferiore a cm 25 di 3 categoria. La norma EN 342 specifica i requisiti del'abbigliamento di protezione contro il freddo atemperature inferiori a -5 C°	palo	palo	15	

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottempirano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Prot. n. 0030415 del 15/05/2025 - UOR: SI000001