

N. 3 Cardiotocografi di cui uno gemellare da destinare alla U.O.C. Di Ostetricia e Ginecologia dell' A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

Elementi Tecnici

Voce	Descrizione prodotto	Casella in cui la ditta indica di possedere la caratteristica a tecnica richiesta (SI/NO)	EVENTUALI NOTE
1	Comunicazione bidirezionale tra i trasduttori e il monitor fetale		
2	Montaggio esterno ad ultrasuoni ampliabile a gemellare		
3	Criteri di analisi per tutti i tracciati FHR		
4	Attività uterina mediante trasduttore TOCO esterno		
5	Monitoraggio dei parametri materni Polso, NIBP, SPO2		
6	Analisi del tracciato fetale tramite CRITERI validati		
7	Registratore integrato con guida di scorrimento della carta, per la stampa automatica dei parametri fetali e materni, allarme di fine carta		
8	Profilo del movimento fetale (FMP) per il rilevamento e la registrazione automatica dei movimenti evidenti del feto, marcatore remoto di eventi		
9	Trasmissione tramite porta LAN (RJ45) integrata, dei parametri fetali e materni a un sistema di sorveglianza di ostetricia che permetta il collegamento remoto;		

	deve memorizzare i dati nel buffer di memoria durante le cadute di rete ed eseguire caricamenti rapidi quando la rete sarà ripristinata		
10	Carrello dotato di vano/cassetto porta accessori.		
11	Garanzia full risk minima di 24 mesi con possibilità di manutenzione programmata e assistenza tecnica certificata sul territorio nazionale		