

N. 1 TAVOLO PER CHIRURGIA PEDIATRICA DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA

CARATTERISTICHE MINIME	TECNICHE	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE (si) O MENO (no) LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
Tavolo operatorio a piani trasferibili destinato all'utilizzo in chirurgia pediatrica,			
colonna mobile progettata per garantire stabilità anche con carichi ridotti tipici del paziente pediatrico			
movimentazioni con snodi motorizzati, attivabili tramite pulsantiera su colonna e/o telecomando, con possibilità di regolazioni fini e progressive adatte alla gestione di pazienti di piccola taglia			
sistema di azzeramento automatico delle funzioni del tavolo (posizione "zero"); • sistema anticollisione tra piano operatorio, colonna e pavimento con segnalazione acustica e/o visiva • caratteristiche costruttive ergonomiche che facilitino la movimentazione, l'usabilità e le operazioni di pulizia e sanificazione			
dimensioni del piano e configurazioni modulari specificamente progettate per l'utilizzo su pazienti pediatrici e neonatali, mantenendo compatibilità con accessori standard			
COLONNA MOBILE			
sistemi di aggancio rapido e sicuro dei piani operatori, che garantiscano facilità di inserimento e sicurezza operativa			
movimentazioni preferibilmente indipendenti dal verso di connessione del piano operatorio: o Trendelemburg e anti-Trendelemburg o regolazione dell'altezza, con ampia escursione per consentire l'utilizzo sia in chirurgia pediatrica sia neonatale			
ampia portata di sicurezza, adeguata al supporto del paziente pediatrico e degli accessori chirurgici			
alimentazione a rete e ad accumulatori interni, con caricabatteria integrato			

batterie con ampia autonomia operativa		
allarmi acustici e/o visivi di batteria scarica		
superfici il più possibile lineari e prive di interstizi per facilitare lavaggio e sanificazione		
almeno due sezioni articolate motorizzate a-traumatiche con sistemi di riconoscimento automatico		
PIANO OPERATORIO		
sezioni con sistema di aggancio rapido e sicuro, senza utilizzo di viti o manopole, per ridurre il rischio di errore umano		
barre laterali normalizzate porta accessori su entrambi i lati per tutta la lunghezza utile del piano		
materassini antistatici, latex free, con elevate proprietà antidecubito, specificamente progettati per pazienti pediatrici, completamente rimovibili per sanificazione		
eventuale dotazione di cuscini antidecubito per interventi di lunga durata		
sistemi motorizzati di movimentazione della sezione schiena e della sezione gambe, con regolazioni progressive adatte alla chirurgia pediatrica		
movimentazione elettrica delle sezioni anche sul carrello trasportatore		
sistema anticollisione con il pavimento, che blocchi automaticamente il movimento del piano e generi segnalazione acustica in prossimità di collisioni		
coperture removibili, lavabili e sanificabili, radiotrasparenti, antistatiche, latex free e con proprietà antidecubito		
Il piano operatorio dovrà garantire escursioni motorizzate ampie e controllate		
inclinazione della sezione schiena, con indicazione del range di gradi disponibili		
inclinazione della sezione gambe, simultanea o indipendente		
traslazione longitudinale del piano. Le escursioni dovranno essere progettate in modo da consentire posizionamenti chirurgici pediatrici standard, inclusi quelli utilizzati in chirurgia addominale, toracica e urologica pediatrica. Il piano operatorio dovrà essere dotato di dispositivi che garantiscano la sicurezza del paziente pediatrico durante il posizionamento		

NB:

a) L'offerente dovrà presentare schede tecniche ufficiali, fotografie quotate e una dichiarazione del fabbricante che documentino la specifica idoneità del dispositivo alla microchirurgia oftalmica, la stabilità del poggiatesta e la compatibilità con microscopio operatorio, apparecchiature e pedali.

b) La fornitura dovrà comprendere tutti gli accessori necessari al pieno funzionamento, i manuali in lingua italiana, la dichiarazione di conformità e le istruzioni di pulizia e manutenzione. Dovrà inoltre essere incluso il training iniziale per il personale sanitario utilizzatore e per il personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da organizzare secondo le esigenze dell'Azienda.

GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia FULL RISK almeno 24 mesi, inclusi tutti i tipi di danni anche quelli accidentali ed escluso unicamente il dolo. Inclusione totale di: o manutenzione correttiva o manutenzione preventiva o verifiche di sicurezza o controlli funzionali e di qualità comprese tutte le parti di ricambio, consumabili di manutenzione, di tutte le licenze e chiavi hardware/software.

Tempo massimo di ripristino: 72 ore solari, con fornitura di muletto immediata in caso di guasti superiori alle 24 ore.

Disponibilità ricambi garantita ≥ 10 anni dal collaudo.

Manutenzioni preventive secondo costruttore (specificare n./anno).

Verifiche di sicurezza elettrica (es. CEI 62-5).

Controlli funzionali e prove particolari (specificare n./anno)

DISMISSIONE

La ditta aggiudicataria, oltre alla completa fornitura e posa in opera del nuovo tavolo dovrà anche:

- ✓ effettuare lo smontaggio non conservativo del tavolo operatorio attualmente presente in reparto;
- ✓ effettuare (se possibile) il ripristino del vano causato dalla disinstallazione della base del tavolo attualmente in dotazione al reparto.

