



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.C. Area Tecnica
Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
Tel. 091.6553002
Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Al Direttore dell'U.O.C. di Oncologia
Prof. Antonio Russo

E, p.c. Al Direttore f.f. dell'Area Economico
Finanziaria e Patrimoniale
Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
Dott.ssa Nadia Bilello
Tinaglia Epifania

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO, marca GE HEALTHCARE, modello MAC 1200 ST, s/n: 550002246 e sic 0002914 ubicata presso UOC di Oncologia

Relativamente all' apparecchiatura riportata di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0002914	ELETTROCARDIOGRAFO	GE HEALTHCARE	MAC 1200 ST	550002246	U.O.C. di Oncologia

tenuto conto che la stessa è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell'indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale e, preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon S.p.A., che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta allo scrivente ufficio con nota ascritta al protocollo aziendale n. 50489 del 27/08/2025, che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell'apparecchiatura indicata in parola.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.C. Area Tecnica
Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
Tel. 091.6553002
Email: area.technica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere, agli uffici competenti, la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il Collaboratore Ingegnere Clinico

Ing. Marika Pia Scozzaro

Il DEC

Geom. Aldo La Rosa

Il RUP

Geom. Carmelo Salvatore Lanza

Il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica

Dott.ssa Giovanna Milisenda



POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

Prot. n. 158/2025

Palermo 27/08/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUN P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia ELETTROCARDIOGRAFO, marca GE HEALTHCARE, modello MAC 1200 ST, s/n: 550002246 e sic 0002914 ubicata presso UOC Oncologia

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 175016), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico ha riscontrato il guasto del sensore carta (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta **GE HEALTHCARE**.

La suddetta GE ha però già comunicato (- All.2 -) che il modello **MAC 1200** è ormai fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.


Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 27/08/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)



Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 175016
- All.2: Comunicazione EOS **GE HEALTHCARE**

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 – 00142 Roma (RM) – Tel. +39.06544081 – Fax +39.0654408214 – Partita IVA e C.F. n° 06915071002
R.E.A n° 998707 Cap. Soc. € 6.480.000,00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A – 20129 Milano (MI) – Tel. +39.02928580 – Fax +39.0292858002
www.polygon.eu – info.ts@polygon.eu

UNI EN ISO 9001
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo
UNI CEI EN ISO 13485 UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 37001 SA 8000

UNI EN ISO 27001
UNI PDR 125

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE				
Centro di Costo	UOC Oncologia				
Reparto Ubicazione	ONCOLOGIA MEDICA				
Ubicazione					
Richiedente	PELLERITO	Riferimento	.	Tel	
Nr. Inventario	0002914 ELETTRCARDIOGRAFO				
Sistema	0002914 ELETTRCARDIOGRAFO				
Produttore	GE HEALTHCARE				
Modello	ECGGE0ZZ MAC 1200 ST				
Numero di serie	550002246	Forma Presenza	ENTE	Stato	NORMAL
Data/Ora Richiesta	25/08/2025 13:00:00	Richiesta Nr.		RDL0028348	
Data/Ora Risposta	25/08/2025 13:00:00	Data/Ora INIZIO		25/08/2025 14:30:00	
Data Concordata	25/08/2025 14:30:00	Data/Ora FINE		27/08/2025 09:00:53	
		Stato ODL		Intervento Terminato	
Tipo	Manutenzione Correttiva				
Segnalazione	NON STAMPA				

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	Ore Lavoro	Operatore principale	25/08/2025 14:30:00	25/08/2025 16:00:00
TIPO: Consegna del muletto in reparto				
NOTE: si riscontra guasto al sistema riconoscimento carta, si ritira app. completa di cavo ecg e si consegna muletto Mu490 e n2 risme di carta				
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	Ore Lavoro	Operatore principale	27/08/2025 08:30:48	27/08/2025 09:00:53
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: si propone fuori uso apparecchiatura, a seguito comunicazione di casamadre che dichiara il fuori supporto.				


Note:
FMACALUSO - 25-08-2025 16:04:24, PELLERITO - 25-08-2025 16:04:20

NON STAMPA


Tecnico:
 Giuseppe Prestigiacomò



Referente:
 Ilenia pellerito



Data firma:27/08/2025



24 gennaio 2022

**Notifica di fine del ciclo di vita di
prodotti/servizi
MAC 1200**

2520241401J00148 01400

**POLYGON SPA
C A Amministrazione
VIA LAURENTINA 456/458
10100 ROMA RM
Italia**

Gentile Cliente,

Progettare e sviluppare prodotti tecnologicamente all'avanguardia ed aggiornabili nel tempo è consuetudine ed orgoglio di GE Medical Systems, soprattutto con l'obiettivo di garantire all'utilizzatore il più duraturo ritorno dell'investimento finanziario effettuato.

Nonostante ciò, a seguito del sempre più rapido progresso tecnologico e della anzianità della Vostra apparecchiatura, GEMSI potrebbe non essere in grado di fornire e sostituire le parti di ricambio necessarie al buon funzionamento del sistema, a partire dal **30/06/2022**, per il sistema installato presso il Vostro centro ed identificato come segue:

Nome MAC 1200 ST, INTERNAZIONALE,

Sistema 550001940; 550034888



2520241401J0014802025

Sebbene siano molti i fattori che determinano lo stato di obsolescenza di un sistema, la ragione principale per questa decisione è la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti. Con l'avanzare dell'età dell'apparecchiatura e della tecnologia, i fornitori esterni cessano di produrre molte delle parti e componenti utilizzate nei sistemi più datati.

Il nostro Specialista di Vendita è a Vostra completa disposizione per meglio individuare l'alternativa a Voi più consona.

Sarà nostra cura concordare con Voi le eventuali azioni da intraprendere per garantirVi la massima soddisfazione e assicurare la continuità nell'esercizio della Vostra attività.

Nel ringraziarVi ulteriormente per la scelta dei prodotti GE Medical Systems, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Luca Pallonc
IMI Regional Service Sales & Marketing Manager