



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**  
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**U.O.C. Area Tecnica**  
Direttore f.f.: Dott. Ing. Andrea Terracchio  
Via del Vespro n 141-143  
Tel. 091.6553002/03/04/05  
Email: [area.technica@policlinico.pa.it](mailto:area.technica@policlinico.pa.it)  
Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

Palermo, 26/11/2024

Al Direttore dell'U.O.C. Cladibior  
Prof. Francesco Dieli

E, p.c. Al Responsabile dell'Area Economico  
Finanziaria e Patrimoniale  
Dott. Vincenzo Manzella  
Dott.ssa Nadia Bilello

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale  
Tinaglia Epifania

**Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 CONGELATORE DA LABORATORIO, marca KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL, modello K 58 HS 2D, s/n: 866 e sic 0005681 ubicata presso l'UOC CLADIBIOR**

Relativamente all'apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0005681	CONGELATORE DA LABORATORIO.	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	K 58 HS 2D	866	U.O.C. CLADIBIOR

Tenuto conto che l'apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell'indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale, e preso atto della comunicazione

pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0063588 del 13.11.2024 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell'apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.


A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere alla scrivente la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.


Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.


Il RUP  
Dott. in Ing. Carmelo Larza



Direttore f.f.  
Dott. Ing. Andrea Terracchio




F.to Ing. Antonio Federico



F.to Ing. Manika Pia Scozzaro





Prot. n. 238/2024

Palermo 13/11/2024

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Ing. Marika Pia Scozzaro

**OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia CONGELATORE DA LABORATORIO, marca KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL, modello K 58 HS 2D, s/n: 866 e sic 0005244 ubicata presso l'UOC CLADIBIOR**

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 167174), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il malfunzionamento del compressore (- All.1 - ), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta **KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL**.

La suddetta ditta ha però comunicato (- All.2 -) che il modello **K 58 HS 2D** è ormai fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.


Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 16/10/2024.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

**Polygon SpA**

**(ing. Francesco Macaluso)**

  
**Polygon S.p.A.**  
Via Laurentina 456/458  
00144 Roma  
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 167174
- All.2: Comunicazione EOS KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL

Presidio A.O.U. PAOLO GIACCONE  
 Centro di Costo UOC CLADIBIOR  
 Reparto Ubicazione [04\_05] LABORATORIO CLADIBIOR

Ubicazione				
Richiedente	MURTAS	Riferimento		Tel
Nr. Inventario	0005681	CONGELATORE DA LABORATORIO		
Sistema	0005681	CONGELATORE DA LABORATORIO		
Produttore	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL			
Modello	CLAOMKKH K 58 HS 2D			
Numero di serie	866	Forma Presenza	ENTE	Stato NORMAL
Data/Ora Richiesta	16/10/2024 10:30:00	Richiesta Nr.		RDL0025829
Data/Ora Risposta	16/10/2024 10:30:00	Data/Ora INIZIO		16/10/2024 12:00:43
Data Concordata	16/10/2024 10:30:00	Data/Ora FINE		31/10/2024 13:00:21
		Stato ODL		Intervento Terminato
Tipo	Manutenzione correttiva			
Segnalazione	COMPRESSORE RUMOROSO			

**AZIONI ESEGUITE**

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
CESARE BILELLO	Ore Lavoro	Operatore principale	16/10/2024 12:00:43	16/10/2024 13:00:50

TIPO: Intervento non risolutivo

NOTE: Si riscontra difetto, seguirà intervento in garanzia di ditta esterna

---

CESARE BILELLO	Ore Lavoro	Operatore principale	31/10/2024 12:42:16	31/10/2024 13:00:21
----------------	------------	----------------------	---------------------	---------------------

TIPO: Intervento non risolutivo


NOTE: A seguito richiesta di ricambi casa madre comunica la non disponibilità, pertanto si comunica al reparto e segue proposta di dismissione.

Note:


**LLAPLACA - 16-10-2024 11:23:40, MURTAS - 16-10-2024 11:22:33**

COMPRESSORE RUMOROSO

Tecnico:  
Cesare Bilello



Referente:  
Murtas Aurora



Data firma: 31/10/2024

**KW** APPARECCHI  
SCIENTIFICI



Azienda affiliata in  
FONDAZIONE  
TOSCANA LIFE SCIENCES

VIA DELLA RESISTENZA 119 – 53035 MONTERIGGIONI – SIENA-ITALIA  
SERVICE-KW TEL. +39-577-309144 – FAX +39-577-309142  
e-mail [service@kwkw.it](mailto:service@kwkw.it)  
REFERENTE: DAVID RODANI

20/11/2023 – 2023\_124\_COM

Spett.le  
**Polygon spa**

C.A.  
**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico  
“Paolo Giaccone”**

**OGGETTO:**  
**VOSTRA RICHIESTA DI RICAMBIO PER ASL 060N, K4062 HSL, K58 HS 2D, K58 S, K60  
HS, K38/E-PM  
S/N 136F00255, 641; 866; 217; 664; 547; 1043  
ANNO 2000/2004**

Spett.le Servizio,

In riferimento alle apparecchiature in oggetto, costruite tra il 2000/2004, comunichiamo che la spedizione delle componenti non sarà possibile in quanto non più reperibili.

Con la speranza di avere ulteriori occasioni di collaborazione e disponibili sempre al sereno confronto tecnico.

*La ringraziamo per la cortese attenzione*  
David Rodani