



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 22/05/2025

Al Direttore dell'U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali
 Prof.re Antonio Cascio

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico
 Finanziaria e Patrimoniale f.f.
 Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Dott.ssa Nadia Bilello
 Sig.ra Tinaglia Epifania

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI, marca FUKUDA DENSHI CO LTD, modello DS 7300, s/n: 50000220 50000111 e sic 0003135 e N.1 MONITOR sic 0003136 ubicati presso l' U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali

Relativamente alle apparecchiature di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0003135	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	FUKUDA DENSHI CO LTD	DS 7300	50000220 50000111	U.O.C. MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
0003136	MONITOR	FUKUDA DENSHI CO LTD	HS 700	37060117	U.O.C. MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

N

Tenuto conto che le apparecchiature sono obsolete e come tali non più assistite e assistibili a causa della indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale, e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0031789 del 22.05.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione delle apparecchiature indicate in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tali beni fossero presenti nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico dei beni in oggetto. Nel caso in cui tali beni fossero di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere alla scrivente la rimozione e lo smaltimento delle apparecchiature di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere i beni in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tali apparecchiature fossero necessarie per garantire il proseguo dell'attività ad esse connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP

Geometra Carmelo Lanza

Firmato da Carmelo Salvatore Lanza
Data 22/05/2025

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO "P. GIACONE"

F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

Firmato da Marika Pia Scozzaro
Data 22/05/2025

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO "P. GIACONE"

Il DEC

Geometra Aldo La Rosa



Firmato digitalmente
da: Aldo La Rosa
Data: 22/05/2025
11:51:16

F.to Ing. Antonella Federico

Firmato da Antonella Federico
Data 22/05/2025

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO "P. GIACONE"

Il Direttore dell' U.O.C. Area Tecnica

Dot.ssa Giovanna Milisenda



Prot. n. 106/2025

Palermo 22/05/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025. - Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI, marca FUKUDA DENSHI CO LTD modello DS 7300 s/n: 50000220 50000111 e sic 0003135 ubicata presso l' UOC Malattie infettive e tropic

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 173132), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto del display (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre **FUKUDA DENSHI CO LTD**.

La suddetta ditta ha però già comunicato (- All.2 -) che il **MONITOR DS 7300** è fuori produzione dall'anno 2008 e non sono più disponibili i ricambi in commercio.


Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura in oggetto e del master MONITOR HS 700 inventario sic 0003136, per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 20/05/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso delle stesse.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

POLYGON SpA

(ing. Francesco Macaluso)



Polygon S.p.A.
Via Laurentina 458/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 173132
- All.2: Dichiarazione di obsolescenza **FUKUDA DENSHI CO LTD**

Sede legale: Via Laurentina, 458/458 - 00144 Roma (RM) - Tel. +39.06544091 - Fax +39.0654408214 - Partita IVA e C.F. n° 06915071002
R.E.A n° 908707 Cap. Soc. € 6.480.000 00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39.02928580 - Fax +39.0292859003
www.polygon.eu - info.it@polygon.eu

UNI EN ISO 9001
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo
UNI CEI EN ISO 13485 UNI EN ISO 14001 SA 8000
UNI EN ISO 37001

UNI EN ISO 27001
UNI PDR 125

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE				
Centro di Costo	UOC Mal. infettive e tropic.				
Reparto Ubicazione	MALATTIE INFETTIVE				
Ubicazione					
Richiedente	GRECO POLITO	Riferimento	Tel		
Nr. Inventario	0003135 MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI				
Sistema	0003136 MONITOR				
Produttore	FUKUDA DENSHI CO LTD				
Modello	MTVFUKZZ DS 7300				
Numero di serie	50000220 50000111	Forma Presenza	ENTE	Stato	NORMAL
Data/Ora Richiesta	19/05/2025 14:30:00	Richiesta Nr.	RDL0027260		
Data/Ora Risposta	19/05/2025 14:30:00	Data/Ora INIZIO	20/05/2025 12:20:20		
Data Concordata	20/05/2025 12:00	Data/Ora FINE	20/05/2025 12:50:17		
		Stato ODL	Intervento Terminato		
Tipo	Manutenzione Correttiva				
Segnalazione	NON MOSTRA TRACCIATO ECG				

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
MARCO GERACI	Ore Lavoro	Operatore principale	20/05/2025 12:20:20	20/05/2025 12:50:17

TIPO: Intervento non risolutivo


NOTE: Si riscontra guasto al display. Come da comunicazione di casa madre, non sono c'è disponibilità di ricambi per fine supporto. Per tanto seguirà proposta di dismissione al S I C I. Si applicano bollini rossi (anche al modulo associato a ente Sic03136)

Note:


LLAPLACA - 19-05-2025 14:58:11, GRECO POLITO - 19-05-2025 14:58:02

NON MOSTRA TRACCIATO ECG

Tecnico:
Geraci



Referente:
Greco Polito



Data firma:20/05/2025

Via P. Veronese,5 - 90145 Palermo
Tel. 091/6859880 - 229116
FAX 091227547
Email ceastpa@virgilio.it - service@ceast-pa.it

Data • **14.11.2022**
Vs Rif. • ODL 139900 del 14/11/2022

Spettabile
Polygon
c/o Policlinico
Palermo

Oggetto • **Lettera di obsolescenza**

In riferimento alla Vs. richiesta e mail del 14.11.2022, ODL 139900, desideriamo informarvi che il materiale di ricambio richiesto per Monitor DS 7300 Fukuda Denshi non è più reperibile a causa dell'obsolescenza tecnologica dell'apparecchiatura in oggetto, fuori produzione dall'anno 2008.

Tale circostanza ci induce a proporre la sostituzione dei vecchi prodotti con l'acquisto di quelli di nuova generazione, che rispondono in termini di sicurezza alle più recenti normative europee. In quest'ottica il nostro ufficio commerciale Vi potrà offrire interessanti proposte di vendita.

Con l'Augurio di farVi cosa gradita siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Distinti saluti

Fukuda Denshi
Servizio Assistenza Tecnica

